COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA Nº 03/12 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/12 "Adquisición de medicamentos, insumos, reactivos y Productos odontológicos varios"

Asunción, 09 de Mayo de 2012

1. Modificar en el Pliego de Bases y Condiciones la Sección III lista de bienes, especificaciones técnicas y en la Sección VI lista de precios.

DONDE DICE:

361	42221504-003	Cateter venoso periferico	N° 14 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible

DEBE DECIR:

361	42221504-003	Cateter venoso periferico	N° 14 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.Debe permitir flujos iguales o mayores a 329ml/min como mínimo

DONDE DICE:

362	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 16 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.

DEBE DECIR:

362	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 16 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.Debe permitir flujos iguales o mayores a 206 ml/min como mínimo

DONDE DICE:

363	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 18 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, no mayor a 32 mm de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEBE DECIR:

363	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 18 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, no mayor a 32 mm de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.Debe permitir flujos iguales o mayores a 104 ml/min como mínimo

DONDE DICE:

562	42222001-001	Set para bomba de infusion	Envase esteril individual
563	42222008-001	Sets descartables para alimentación parenteral	Envase esteril individual

DEBE DECIR:

562	42231504-003	Set descartables para alimentacion parenteral	Set descartables para alimentacion parenteral, con equipo comodato.
563	42222008-001	Sets descartables para bomba de infusion parenteral	Sets descartables para bomba de infusion parenteral y droga fotosensible, con equipo comodato.

Observación: la presentación de los ítems 562 y 563 será en envase estéril individual.

DONDE DICE:

765	51191604-001	SOLUCION RINGER C/LACTATO	Frasco o sachet x 1000 ml COMO MINIMO

DEBE DECIR:

765	51191604-001	SOLUCION RINGER C/LACTATO	Frasco o sachet x 1000 ml COMO MINIMO.EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.

DONDE DICE:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

770	51191601-003	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	SOL.GLUCOSADA ISOTONICA 5%.Frasco de 1000 ml. COMO MINIMO . EL FRASCO DE SUERO
771	51191601-003	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	SOL.GLUCOSADA ISOTONICA 5%. Frasco o sachet x 500 ml .

DEBE DECIR:

770	51191601-003	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	SOL.GLUCOSADA ISOTONICA 5%.Frasco de 1000 ml. COMO MINIMO . EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.
771	51191601-003	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	SOL.GLUCOSADA ISOTONICA 5%. Frasco o sachet x 500 ml . EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.

DONDE DICE:

	SUERO		
765	51191604-001	SOLUCION RINGER C/LACTATO	Frasco o sachet x 1000 ml COMO MINIMO
766	51191604-001	SOLUCION RINGER C/LACTATO	Frasco o sachet x 500 ml
767	51191602-002	SOLUCION SALINA ISOTONICA (SUERO FISIOLOGICO)	Frasco o sachet de 1000 ml como minimo
768	51191602-002	SOLUCION SALINA ISOTONICA (SUERO FISIOLOGICO)	0,009.% INYECTABLE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEBE DECIR:

	SUERO		
765	51191604-001	SOLUCION RINGER C/LACTATO	Frasco o sachet x 1000 ml COMO MINIMO.EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.
766	51191604-001	SOLUCION RINGER C/LACTATO	Frasco o sachet x 500 ml .EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.
767	51191602-002	SOLUCION SALINA ISOTONICA (SUERO FISIOLOGICO)	Frasco o sachet de 1000 ml como minimo.EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.
768	51191602-002	SOLUCION SALINA ISOTONICA (SUERO FISIOLOGICO)	0,009.% INYECTABLE.Frasco o sachet x 500 ml .EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DONDE DICE:

316	42142514-001	Aguja Raquidea	Aguja espinal p/anestesia raquidea N°25G X 3 1/2 C/INTROD. Estéril Descartable Tribicelada Tipo WHITAKRE

DEBE DECIR:

316	42142514-001	Aguja Raquidea	Aguja espinal p/anestesia raquidea N°25G X 3 1/2 C/INTROD. Estéril Descartable Tribicelada Tipo WHITAKRE,punta lapiz.

DONDE DICE:

412	42312201-008	Hilo p/ sutura de poliester con algodón	SUTURA QUIRURGICA DE POLIESTER Y ALGODÓN N° 0, trenzado, incoloro, sin aguja, 10 hebras largo mínimo 75cm.

DEBE DECIR:

412	42312201-008	Hilo p/ sutura de poliester con algodón o satura de lino	SUTURA QUIRURGICA DE POLIESTER Y ALGODÓN N° 0, trenzado, incoloro, sin aguja, 10 hebras largo mínimo 75cm.

DONDE DICE:

413	42312201-008	Hilo p/ sutura de poliester con algodón	SUTURA QUIRURGICA DE POLIESTER Y ALGODÓN N° 3-0, trenzado, incoloro, sin aguja, 10 hebras largo mínimo 75cm.

413	42312201-008	Hilo p/ sutura de poliester con algodón o satura de lino	SUTURA QUIRURGICA DE POLIESTER Y ALGODÓN N° 3-0, trenzado, incoloro, sin aguja, 10 hebras largo mínimo 75cm.

DONDE DICE:

431	42312201-999	Hilo p/sutura de poliglecaprona	SUTURA QUIRURGICA POLIGLECAPRONA N° 5-0, monofilamento, incoloro, aguja reverso cortante 3/8 círculo 19 mm (+- 1mm), hebra largo mínimo 45cm.

DEBE DECIR:

431	42312201-999	Hilo p/sutura de poliglecaprona o satura monifilar	SUTURA QUIRURGICA POLIGLECAPRONA N° 5-0, monofilamento, incoloro, aguja reverso cortante 3/8 círculo 19 mm (+- 1mm), hebra largo mínimo 45cm.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DONDE DICE:			
351	42221503-002	Catéter Venoso p/ Vía Central Adulto	Compatible para técnica de Seldinger, 7 Fr, 2 Lumen. Kit Completo.Poliuretano, radiopaco con guía, con dilatador venoso y aguja introductoria
DEBE DECIR:			
351	42221503-002	Catéter Venoso p/ Vía Central Adulto	Compatible para técnica de Seldinger, 7 Fr, 2 Lumen. Kit Completo.Poliuretano, radiopaco con guía, con dilatador venoso y aguja introductoria.Los cateres solicitados deben incluir la conexión ECG.
DONDE DICE:			
356	42221503-006	Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico	Compatible para técnica de Seldinger, 5 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guía, con dilatador venoso y aguja introductoria
356	42221503-006	Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico	Compatible para técnica de Seldinger, 5 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guía, con dilatador venoso y aguja introductoria.Los cateres solicitados deben incluir la conexión ECG.
DONDE DICE:			
361	42221504-003	Cateter venoso periferico	N° 14 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible
362	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 16 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.
363	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 18 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, no mayor a 32 mm de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.
364	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 20 GA. de resina de poliuretano , radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 60 ml/min, no mayor a 32 mm de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

365	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 22 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 35 ml/min, No mayor a 25 mm, de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.
366	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 24 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 22 ml/min, de 19 a 20 mm de longuitud , con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.

DEBE DECIR:

361	42221504-003	Cateter venoso periferico	N° 14 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA
362	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 16 GA. De 50 mm de longuitud, de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA
363	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 18 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, no mayor a 32 mm de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

364	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 20 GA. de resina de poliuretano , radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 60 ml/min, no mayor a 32 mm de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA
365	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 22 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 35 ml/min, No mayor a 25 mm, de longuitud, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA
366	42221504-003	Cateter intravenoso periferico	N° 24 GA. de resina de poliuretano, radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 22 ml/min, de 19 a 20 mm de longuitud , con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible.LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA
DONDE DICE:			
380	42221616-002	Prolongador de Vía parenteral	Extensión de vía para soluciones como minimo 60 cm, PVC flexible transparente, estéril, descartable 1 via para unir y asi prolongar 3 extremos.-
DEBE DECIR:			
380	42221616-002	Prolongador de Vía parenteral	Extensión de vía para soluciones como minimo 60 cm, PVC flexible transparente, estéril, descartable 1 via para unir y asi prolongar 3 extremos.EL PROLONGADOR SOLICITADO ES DE UNA SOLA VIA.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DONDE DICE:

382	41123403-002	Equipo Macrogotero	Macrogotero Longitud minima 1.40m con conexión Equipomacmgotero a rosca, inyectorlateral, librede latex y envoltorio de papel grado médico

DEBE DECIR:

382	41123403-002	Equipo Macrogotero	Macrogotero Longitud minima 1.40m con conexión Equipomacmgotero a rosca, inyectorlateral, librede latex y envoltorio de papel grado médico. DEBE INCLUIR TAPA CON FILTRO HIDROFUGO PARA EVITAR DERRAMES.

DONDE DICE:

383	41123403-001	Microgotero	Microgotero Longitud mínima 1.40 m con conexion Equipo microgotero a rosca, inyectorlateral libre de latex y envoltono de papel grado medico

DEBE DECIR:

383	41123403-001	Microgotero	Microgotero Longitud mínima 1.40 m con conexion Equipo microgotero a rosca, inyectorlateral libre de latex y envoltono de papel grado medico.DEBE INCLUIR TAPA CON FILTRO HIDROFUGO PARA EVITAR DERRAMES.

DONDE DICE:

Plan de Entregas

Lugar de Entrega: **Parque Sanitario de la DISERSANFA – Gral. Díaz e/ Don Bosco** Los plazos de entrega serán computados en días calendarios.

DEBE DECIR:

Plan de Entregas

Lugar de Entrega: **Parque Sanitario de la DISERSANFA – Gral. Díaz e/ Don Bosco**Los plazos de entrega serán computados en días calendarios. **EL PLAZO DE ENTREGA PARA LOS PRODUCTOS IMPORTADOS SERA DE 60 DIAS COMO MAXIMO.**

EN LA SECCION III DEBE SER INCLUIDO:

OBSERVACIONES: En los ítems Nº 821 "OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL", ítems Nº 822 "OXIGENO GASEOSO MEDICINAL"; ítems Nº 823 "CO2"; LA PRESENTACION DE MUESTRAS NO SE APLICA PARA LOS ITEMS MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE.

Para el Item Nº 823 "CO2", se deberá incluir los siguientes documentos:

a- Despacho de importación del gas "CO2", contra entrega del mismo.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812

b- Certificado de origen de calidad del gas "CO2", contra entrega del mismo.(Siempre de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC)

c- Declaración Jurada por parte del oferente de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo, en donde la convocante se reserva el derecho de constatar la veracidad de la información suministrada por el oferente.

d- Certificado de habilitación del local comercial como fraccionadora envasadora y distribuidora de gases medicinales expedido la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS).

LOS NUMERALES DE GASES CITADOS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS FUERON INTRODUCIDOS DE MANERA INVOLUNTARIA, PERO NO DEBEN SER CONSIDERADOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA;

5. Aire Comprimido Medicinal.

6. Oxido Nitroso Medicinal.

8. Oxido Nítrico Medicinal.

9. Gas Helio Medicinal.

10. Nitrógeno Gaseoso Medicinal.

11. Nitrógeno Gaseoso Industrial.

12. Nitrógeno Líquido Medicinal.

En la Sección III. Suministro Requerido. Lista de Bienes. a) Condiciones Específicas de los productos a ser proveídos. Numeral 16, donde dice:

El proveedor adjudicado deberá contar, en sus instalaciones, con una capacidad mínima de almacenamiento de oxígeno de 100.000 m3.

Debe incluir:

EL OFERENTE PUEDE OFERTAR CON UNA CAPACIDAD MINIMA DE ALMACENAMIENTO DE 50.000(CINCUENTA MIL) METROS CUBICOS.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGISTICO
DPTO. de UOC CF Nº 5

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Int. Jefe UOC Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 213-812