UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Llamado N° 24/2018

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS ID N° 353.026

ADENDA N° 1

La **Unidad Operativa de Contrataciones** de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, conforme a lo que dispone el Artículo 22 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Artículo 40 del Decreto 21909/03, en el marco de la Contratación Directa N° 24/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS - ID N° 353.026, procede a realizar las siguientes correcciones en las especificaciones técnicas que corresponden al ítem 13 del llamado:

1) **Carta de Invitación Estándar Contratación Directa (CD), ANEXO C - Especificaciones Técnicas de los bienes – Ítem 13:**

DONDE DICE:

		FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS			
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
13	23151804-001	Equipo Digestor de Fibras.	Unidad	Unidad	1
Especificaciones técnicas: Destilador tipo pilsen. Para 220 V con descarga a tierra. Monofásico; de material metálico. Funcionamiento automático, capacidad de 30 l/h, debe acompañar reservorio para agua destilada de aproximadamente 50 l de capacidad. Garantía mínima 1 año.			**Imagen Ilustrativa** 		

DEBE DECIR:

		FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS			
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
13	23151804-001	Equipo Digestor de Fibras.	Unidad	Unidad	1
Especificaciones técnicas: Digestor de fibras, construido en chapa de acero inoxidable revestido en epoxi electrostático. Acomoda 6 pruebas simultáneas. Sistemas de calentamiento a través de resistencia blindada, control electrónico de temperatura con referencia entre puntos, temperatura máxima de 280ºC en plataforma, fijación de dos condensadores por medio de pinzas regulables. Condensadores en vidrio, con encaje perfecto para copos tipo 600 ml borda alta, colector de agua de refrigeración en la parte de atrás del aparato, 220 voltios, watts 1290. Dimensiones externas 30 x 86 x 68 cms. como mínimo. Garantía mínima 1 año.			**Imagen Ilustrativa** 		

La presente adenda pasa a formar parte de los documentos correspondientes al procedimiento a contratación.

P/A

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director – Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones