PAC N°: 280.088.-

NOTA ACLARATORIA N° 03

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 63/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

Consulta 1:
En los ítems 239, 246, 247, 248 Placas Digital revelado a seco, de la licitación de referencia, solicitando indicar el número de impresoras, lugar de instalación y modalidades a las que se deberán conectar dichas impresoras.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Consulta 2:

Ítem 210: Líquido fijador concentrado para placas radiográficas, automático, cantidad máxima: 12.000. Se refiere a 12.000 bidones o 12.000 litros?

Respuesta: Se aclara que la cantidad solicitada es en bidones.

Consulta 3:
Ítem 211: Líquido fijador concentrado para placas radiográficas, manual, cantidad máxima: 7.000. Se refiere a 7.000 bidones o 7.000 litros?

Respuesta: Se aclara que la cantidad solicitada es en bidones.

Consulta 4:
Ítem 212: Líquido revelador concentrado para placas radiográficas, automático, cantidad máxima: 12.000. Se refiere a 12.000 bidones o 12.000 litros?

Respuesta: Se aclara que la cantidad solicitada es en bidones.

Consulta 5:
Ítem 212: Líquido revelador concentrado para placas radiográficas, manual, cantidad máxima: 7.000. Se refiere a 7.000 bidones o 7.000 litros?

Respuesta: Se aclara que la cantidad solicitada es en bidones.

Consulta 6:
Sección III, Suministros Requeridos, Ítem N° 18 Apósito Hidrocoloide 15x20cm. (+-2cm), solicitamos la apertura de un rango de +-5cm., debido a que la presentación de estos insumos son de 10 x 10cm, 15 x 1 5cm y 20 x 20 cm., siendo la medida solicitadas en el PBC diferente a lo comercializado normalmente en el mercado.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 7:
Sección III, Suministros Requeridos, Ítem N° 11 y 12 Algodón Hidrófilo de 500 grs y 250 grs. Respectivamente, en las especificaciones técnicas requeridas solicitan presentación en zigzag, se podría ofertar en rollo, debido a que esta es la presentación para uso hospitalario más corriente.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta 8:
Sección III, Suministros Requeridos, Ítem N° 13 y 14 Algodón laminado de 15cm y 20cm respectivamente, en las especificaciones técnicas solicitan con una longitud mínima de 2mts, se podría habilitar un rango de +-10% en el margen de longitud de dichos ítems, o en todo caso se podría aceptar con una longitud mínimo de 180cm. Favor aclarar.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Consulta 9:
En la adenda N° 16, publicada en fecha 05/03/2015 en el portal de contrataciones públicas, en la sección II. Criterios de evaluación y requisitos de calificación en su punto € Inspecciones y pruebas en la etapa de evaluación en donde se indica lo siguiente: Nota 1: Todas las empresas adjudicadas serán responsables de los costos de control de calidad, peritajes, realizados al producto, en los laboratorios designados por el MSP y Bs. Las pruebas de control de calidad podrían solicitarse en cualquier momento que el MSPyBS lo considere necesario
Consulta:

- ¿La solicitud de dichos análisis será solo para los casos que sean necesarios o se aplicaran a todos los ítems adjudicados?
- ¿Sera por única vez o conforme a cada entrega o lote entregado?
- ¿Cuáles serán los ítems o productos que requerirán control de calidad en laboratorios externos?

Los costos de estos análisis varían según el producto y también las cantidades requeridas para los ensayos.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19, asimismo se aclara que el MSPyBS, podrá solicitar aleatoriamente las pruebas de control de calidad de los ítems adjudicados en el momento de la entrega del producto.

Consulta 10:
Con relación a los ítem 34, 35, 36, y 37 Bolsa de papel para envoltorio de esterilización teniendo en cuenta que según el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas solicitadas son mínimas:
Consulta: Solicitamos se permita cotizar productos que superan en ALTURA a la medida solicitada (incluso sobre el margen permitido en cada ítem) ya que este requisito no resulta técnicamente indispensables ni afectara a la calidad ni función del producto

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 11:
Con relación a los ítems 259 Resucitador Pediátrico con bolsa de reanimación de 500 ml
Consulta: Solicitamos se nos permita cotizar Resucitador Pediátrico con bolsa de reanimación de 650 ml (mejor).

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 12:
Con relación a los ítems 262 Resucitador Pediátrico con bolsa de reanimación de 500 ml
Consulta: Solicitamos establecer un margen +/- o que se nos permita cotizar 600 ml.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 13:
Con relación a los ítems 194 y 195 Jeringas hipodérmicas de 3 ml de plástico con agujas de 21 G x 1 ½ y 23G x 1 respectivamente.
Consulta: Solicitan que jeringa de 3 ml sean graduadas cada 3 ml? O debe ser graduado en decimas o cada ml?.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Consulta 14:
Con relación a la presentación de certificados de control de calidad del país de origen, debidamente consularizados.
Consulta: se podrá presentar certificado de control de calidad simple y en caso de resultar adjudicados presentarla debidamente consularizados para la firma del contrato?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Consulta 15:
Ítem N° 107 – Catéter:
Consulta: Solicitan catéter de silicona de 1,8Fr x 30cm Neonatal

- Solicitamos se amplié el rango para posibilidad de ofertar a todos por libre competencia y se solicite: Catéter de silicona o poliuretano termo sensible de 1,8Fr a 1,9Fr de 30cm a 50cm de largo, ya que son las medidas estándares utilizadas en la región para Neonatología, ampliar el rango sería fundamental para mayor cantidad de oferentes y eliminar suspicacias de posible dirigimiento a beneficios de otras empresas.

Respuestas: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 16:
Ítem N° 108 – Catéter
Consulta: Solicitan catéter de silicona de 2Fr x 30 cm Neonatal
Solicitamos se amplié el rango para la posibilidad de ofertar a todos por libre competencia y se solicite:
Catéter de silicona o poliuretano termo sensible de 1,8Fr a 1,9Fr de 30cm a 50cm de largo, ya que son las medidas estándares utilizadas en la región para Neonatología, ampliar el rango sería fundamental para mayor cantidad de oferentes y eliminar suspicacias de posible dirigimiento a beneficios de otras empresas.

Respuestas: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 17:
Ítem N° 109 – Catéter
Consulta: Solicitan catéter de 2Fr x 30cm
Solicitamos se amplié el rango para la posibilidad de ofertar a todos por libre competencia y se solicite:
Catéter de 2Fr a 2,6Fr de 30cm a 50cm ya que son la medida estándar utilizada en la región, ampliar el rango sería fundamental para mayor cantidad de oferentes y eliminar suspicacias de posible dirigimiento a beneficios de otras empresas.

Respuestas: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consultas 18:
Ítem N° 271 – Solución para Preservar Órganos solución para conservar de órganos
Teniendo en cuenta que los Plazo de Vencimiento del Suministro como lo solicita el Pliego de Bases y Condiciones, son de (18) Diez y Ocho Meses al momento de la entrega SEGÚN PLAN DE ENTREGA – PLAZO DE VENCIMIENTO DEL SUMINISTRO, Informamos que dichos ítems a ser ofertados son con menor vencimiento.
Adjuntamos a la presente un breve resumen del motivo por el cual los vencimientos de los mismos son menores a lo establecido, se debe a; que uno de los componentes del Kit de Eurocollins como es de muy baja rotación la materia prima de ese componente (Solución de Electrolitos), se adquiere de un proveedor externo para la fabricación de la misma y por nivel de seguridad es que la planta fabrica realiza producción solo cuando su stock es mínimo. ADJUNTAMOS A LA MISMA UNA NOTA ENVIADA POR EL FABRICANTE PARA VUESTRO MEJOR CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN.
Es por ello que recurrimos a Usted y a quienes corresponda a efectos de analizar esta situación; tengamos en cuenta que; nosotros en caso de adjudicación del mencionado producto, solicitamos la Autorización correspondiente y una vez emitida dicha Autorización procederemos a presentar la POLIZA CAUCION POR VENCIMIENTO MENOR, ACOMPAÑADA DE NUESTRA CARTA DE COMPROMISO DE CANJE EN CASO DE LA NO UTILIZACION DEL PRODUCTO; como también lo estipula el Pliego de Bases y Condiciones donde menciona; si por la naturaleza de los mismos o por necesidad de la institución no se puede cumplir con este requisito la recepción del producto deberá ser autorizada por la DGGIES (NOTA DE AUTORIZACION)
Solicitamos a través de la presente vuestra consideración con relación a los vencimientos de los mismos y bajar a Diez Meses para este ítem en particular, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto.

Respuestas: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 19:
En los ítems 204-205 catéteres para medición de presión intracraneal:
Para medición de la presión intracraneal (PIC). Set para Adulto. De 90 a 105 cm. Con 1) Un catéter de silicona 100% multiperforado con medidas de profundidad visibles, guía metálica, tubuladuras semirrígida transparente autor regulable. Llave de 3 vías con salida-acople al transductor para medición intracraneal. Reservorio volumétrico rígido (volutrol). Bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 1500 cc con sistema de evacuación en polo inferior.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Solicitamos que se permita cotizar con la siguiente especificación; "Catéter para medición de la presión intracraneal (PIC). Set para adulto. De 24 cm a 105 cm. Con 1) Un catéter de silicona 100% multiperforado con medidas de profundad visibles, guía metálica, tubuladura semirrígida transparente autorregulable. Reservorio volumétrico bolsa colectora milimetrada blanda de 500 a 700cc con sistema de evacuación en polo inferior.
La razón que solicitamos los cambios es que en las ultimas licitaciones son productos nuestros las que se adjudican con los catéteres de 24 cm o 240 mm para poder usar tanto en adulto, pediátrico, como neonatal. Y con el reservorio volumétrico con bolsa colectora milimetrada blanda.
Insistimos en esta consulta ante la respuesta de "Adécuese a las especificaciones técnicas del pliego", ya que ambos pedidos son muy razonables, que la bolsa sea milimetrada rígida o blanda, no hace diferencia en la calidad para el tratamiento y de igual manera en la medida del set para adulto, en donde 90 cm. Creemos ya es muy larga, inclusive podría ocasionar inconvenientes a los profesionales de la salud y hasta al mismo paciente a la hora de su utilización. También en años pasados el reservorio volumétrico tuvieron inconvenientes en el momento de drenar ya que tenían coágulos y no lo podían drenar, hoy en día este producto con estas características es la más utilizada del mercado tanto en el sector público como en el privado, por lo que solicitamos consideren como un opcional estas características para una mayor participación de oferentes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 20:
En los ítems 44-45-46-47 cánulas de traqueotomía: Solicitan con mandril y balón.
En relación al mandril se refiere a las cánulas de intercambios en caso de taponamiento con secreciones? Y de ser así se recomienda que tenga dos unidades para su lavado y recambio pertinente.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 21:
En los ítems 206-207-208-209 Kits de aparato respirador para ventilación no invasiva: solicitan con circuitos para ventilador y máscaras no invasivas
Los circuitos que solicitan tiene que ser de dos ramas o una rama? Y las máscaras deben ser con válvulas exhalatoria o sin válvula exhalatoria?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 22:
Ítem 3: aguja para punción medular
Solicitamos a la convocante aclarar el producto solicitado en dicho ítem, atendiendo que la descripción del producto es una y especificación técnica corresponde a otra.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 23:
Ítem 25, 26 y 27: Bata quirúrgica
Se podrá ofertar indistintamente a lo solicitado, batas quirúrgicas confeccionadas en tela no tejida tipo SSMMS, siendo el MSP y BS beneficiado con un producto de mayor calidad y barrera bacteriana.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 24:
Ítem 57: Cánula orofaringea N° 1
A fin de beneficiarse con ofertas y de dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud de 60 a 70 mm

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Consulta 25:
Ítem 58: Cánula orofaringea N° 2
A fin de beneficiarse con ofertas y de dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud de 70 a 80 mm

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 26:
Ítem 59: Cánula orofaringea N° 3
A fin de beneficiarse con ofertas y de dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud de 80 a 90 mm

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 27:
Ítem 60: Cánula orofaringea N° 4
A fin de beneficiarse con ofertas y de dar una mayor participación a los oferentes, sugerimos a la convocante ampliar la longitud de 90 a 100 mm

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 28:
Ítem 147 y 148: Conexión para infusión parenteral
Deberán los dispositivos libre de aguja (puerto de inyección) de las conexiones para infusión parenteral ser totalmente transparentes (inferior y exterior), a fin de que estos permitan visualizar al personal de blanco el adecuado lavado del conector y evitar dejar residuos de sangre y/o medicamentos que contamine el conector libre de aguja.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 29:
Ítem 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156 y 157: Equipos micro gotero y macro gotero para administración intravenosa
Recomendamos a la convocante que para todos los Equipos micro gotero y macro gotero para administración intravenosas, la longitud mínima sea de 180 cm y que los mismos cuenten con conexión proximal al paciente con rosca y punta catéter, para la comodidad y seguridad del usuario (personal de salud) y paciente.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 30:
Ítem 306: Tapa para catéter
Deberá el conector para línea intravenosa sin aguja ser totalmente transparente (inferior y exterior) a fin de que estos permitan visualizar al personal de blanco el adecuado lavado del mismo y evitar dejar residuos de sangre y/o medicamentos que contamine el conector libre de aguja

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 31:
Ítem N° 92, 93, 94, 95, 96 y 97
Catéter intravenosos periféricos N° 14, 16, 18, 20, 22 y 24 respectivamente
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC INDICAN
Catéter venoso periférico N° 14G, 16G, 18G, 20G, 22G y 24G (respectivamente) de poliuretano, estéril, desechable, radiopaco, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, cámara de reflujo traslucida, código de colores para grupo etareo.
Solicitamos especificar:

1. Cuantos ml por minuto es el flujo que debe tener cada medida
2. Cuál es la longitud que debe tener el catéter solicitado?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Consulta 32:
Ítem N° 98 y 99
Catéter intravenoso periférico N° 20 y 22
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC INDICAN
Catéter venosos periférico N° 20G y N° 22G de poliuretano, radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacelado, cámara de reflujo con alta transparencia, con flujo igual o mayor a 60 mL/min. Termo sensible. Con sistema de bioseguridad
Solicitamos especificar:

1. Cuál es la longitud que debe tener el catéter solicitado?

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Ítem N° 141
Dosificador de gotas
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC INDICAN
Medidores de flujo de soluciones intravenosas. Con regular del flujo y conectores al set de infusión
Además de las especificaciones solicitadas, debería tener las siguientes características: cámara de goteo ¿?

1. Línea de extensión? (especificar la longitud de la línea)

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Consulta 33:
Ítem N° 152
Equipo para administración de solución fotosensible
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC INDICAN
Equipo de infusión intravenosa por gravedad con sistema de seguridad para fármacos fotosensibles con tubo opaco
Lo solicitado corresponde a:

1. Macrogotero?
2. Microgotero?
3. Que longitud debería tener la tubuladura del set?

Respuesta: Se aclara que se podrá ofertar indistintamente y la longitud de la tubuladura del set debe ser de 1,60 cm como mínimo.

Consulta 34:
Ítem N° 214
Llave de tres vías
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC INDICAN
Llave de paso de 3 vías, plástico resistente, sin filtraciones, pico fino, conexión a rosca
Lo solicitado debe tener las siguientes caracterizas:

1. Giro de 360° grados
2. Teniendo en cuenta que las filtraciones ocurren porque el material de fabricación de algunas llaves de 3 vías, se dilatan cuando son atacados con soluciones que puedan agredirlas, se solicita que la prueba de filtración no se realice con agua u otra solución lábil, sino con soluciones que si puedan atacar el material.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 35:
Ítem N° 3
Se solicita definir si lo solicitado corresponde a PUNTA LAPIZ o a WITAKCRE O QUINCKE, ya que son dos características totalmente diferentes, también los precios son totalmente diferentes, uno tiene un valor de mercado muy superior al otro, por lo que es muy importante definir muy bien cuál es la características que necesita el Ministerio de Salud.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

Ing. MANUEL Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Consulta 36:
Ítem N° 8 y 10
Teniendo en cuenta que una pulgada equivale a 25,4 milímetros, y lo solicitado es 3, ½ pulgadas y 90 milímetros; (3, 5 pulgadas x 25,4 milímetros = 88,9 milímetros) Considerando la escasa diferencia; será posible cotizar un producto en cuyo rotulo se indica 3, ½ pulgadas y 88 milímetros? Si es posible ampliar de 88,9mm a 90mm, sería posible llegar a 88mm

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 37:
Ítem N° 9
Se solicita a la convocante:

1. Cambiar el bisel de la aguja solicitada, por "punta lápiz". Ya que la punta tipo quincke genera corte del musculo. A lo que la punta lápiz separa el musculo y no producirá gran pérdida de LCR
2. Excluir la inclusión de un introductor, debido a que por el tamaño de la aguja no debe ser imprescindible la utilización del introductor.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a las EETT solicitadas en la Adenda N° 16.-

Consulta 38:
En los ítems 251, 252, 258, 259,260 de la licitación de referencia, solicitando indicar el número de impresoras, lugar de instalación y modalidades a las que se deberán conectar dichas impresoras.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 19.

ASUNCION ,24 DE MARZO DE 2015.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS