Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ADDENDA N° 4

Contratación Directa – ID Nº 298.232 "Adquisición de Equipos de Laboratorios para la Morgue Judicial".

Asunción, 03 de setiembre de 2015

Señores

_____

Presente

La Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público, se dirige a ustedes, en atención al Procedimiento de Contratación Directa ID Nº 298.232 - "Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Morgue Judicial", a los efectos de comunicar la **Addenda Nº 4,** relacionado a las consultas realizadas por posibles oferentes.

En el Anexo C 1- Especificaciones Técnicas

Donde dice:

ITEM	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
2	Cialitica Móvil	Cialitica Móvil: debe contener 6 focos como mínimo. Luminosidad distancia de aproximadamente 1 metro de distancia del campo quirúrgico.

Se incluyen los siguientes puntos:

ITEM	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
2	Cialitica Móvil	Cialitica Móvil debe contener 6 focos como mínimo, **los mismos podrán tener características LED.** **Luminosidad: intensidad debe ser > 50.000 Lux.** (Aproximadamente 1 metro de distancia del campo quirúrgico).

Donde dice:

ITEM	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
4	Revelador de mesa	Revelador de Mesa

Se incluye el siguiente punto:

ITEM	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS
4	Revelador de mesa	Revelador de Mesa **Se aceptara propuesta de equipos con temperatura ajustable al revelador y el fijador.**

Atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

Ministerio Público