COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 31 de julio de 2019

ADENDA Nº 3/19

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS" ID N° 361.842.-

- Fecha de Tope de Consulta.
- Fecha Recepción de Sobres.
- Fecha Apertura de Sobres.
- **ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS- 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS,** quedando como sigue de los siguientes ítems:

ITEMS 3- LARINGOSCOPIO ADULTO CODIGO DE CATALOGO 42272001-002

Set de Laringoscopio en acero Inoxidable. Especificar: Marca, Modelo, Procedencia y Año de fabricación. Normas de calidad para los ítems a ofertar: ISO /JIS/ CE/ UL/ FDA/ TUV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas. **Con tres láminas rectas de diferentes medidas**, de acero inoxidables sanitario autoclavables a 135 °C. Con mango normal, incluir estuche adecuado para el mango y las hojas. Alimentación: Baterías recargables o pilas (incluir las pilas y/o baterías recargables). **5 (cinco) Lámparas de repuesto (Opcional para el caso de que el Laringoscopio cotizado sea con iluminación LED**).

ITEMS 4- LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CODIGO DE CATALOGO 42272001-001

Set de Laringoscopio en acero Inoxidable. Especificar: Marca, Modelo, Procedencia y Año de fabricación. Normas de calidad para los ítems a ofertar: ISO /JIS/ CE/ UL/ FDA/ TUV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas. **Con tres láminas rectas de diferentes medidas**, de acero inoxidables sanitario autoclavables a 135 °C. Con mango normal, incluir estuche adecuado para el mango y las hojas. Alimentación: Baterías recargables o pilas (incluir las pilas y/o baterías recargables), **5 (cinco) Lámparas de repuesto (Opcional para el caso de que el Laringoscopio cotizado sea con iluminación LED**).

ITEMS 5- LARINGOSCOPIO NEONATAL CODIGO DE CATALOGO 42272001-003.

Set de Laringoscopio en acero Inoxidable. Especificar: Marca, Modelo, Procedencia y Año de fabricación. Normas de calidad para los ítems a ofertar: ISO /JIS/ CE/ UL/ FDA/ TUV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas. **Con tres láminas rectas de diferentes medidas**, de acero inoxidables sanitario autoclavables a 135 °C. Con mango normal, incluir estuche adecuado para el mango y las hojas. Alimentación: Baterías recargables o pilas (incluir las pilas y/o baterías recargables). **5 (cinco) Lámparas de repuesto (Opcional para el caso de que el Laringoscopio cotizado sea con iluminación LED).**

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC/CF Nº 5