CONTRATACION DIRECTA Nº "CD Nº 82/11 "Adquisición de Electroencefalógrafo para el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante"

ADENDA Nº 1

Al oferente:
Se comunica las siguientes modificaciones:

CONSULTA Nº 1

Donde dice: Dispositivo integrado "Flash" para la grabación de datos de larga duración.
Solicitamos aclarar a que se refieren con dispositivo integrado FLASH, si están haciendo alusión a: Un disco duro adicional o una memoria USB o se refieren a un sistema integrado de almacenamiento de datos.

RESPUESTA Nº 1

Se cambia, donde dice: Dispositivo integrado "Flash" para la grabación de datos de larga duración. **Debe decir:** Dispositivo integrado "Flash" para la grabación de datos de larga duración (OPCIONAL)

CONSULTA Nº 2

Donde dice: Trasmisión de datos Bluetooth o USB.
¿Cuál es el propósito de trasmisión de datos por cualquiera de esas vías? Normalmente los resultados de un estudio de EEG se entregan al paciente o a otros médicos en un informe elaborado impreso o grabado en un CD. Solicitamos aclarar este ítem.

RESPUESTA Nº 2

Donde dice: **Trasmisión de datos Bluetooth o USB. Debe decir:** Transmisión por puerto USB

CONSULTA Nº 3

Donde dice: Control de valores limites para 4 canales
Solicitamos aclararen a que se refieren con esta especificación.

RESPUESTA Nº 3

Respuesta: Se elimina el punto de las especificaciones técnicas: **Control de valores limites para 4 canales**

CONSULTA Nº 4

Donde dice: Compressed Spectral Density y EEG de amplitud integrado.
Consulta: ¿A qué se refiere esta característica? Porque podría ser una característica técnica de alguna marca en especial. ¿Podrían explicar cuál es esta función?

RESPUESTA Nº 4

Se aclara que el equipo electroencefalograma que se requiere es para la verificación de muerte cerebral en los cadáveres ó posibles donantes, el equipo debe ser compacto, portátil, de fácil transporte, se aclara igualmente que no se precisa del tipo modular. A modo de aclaración, donde dice: Compressed Spectral Density y EEG de amplitud integrado. Debe decir: EEG de amplitud integrado

CONSULTA Nº 5

Donde dice: Integración de diferente software de análisis por intercambio de datos EDF.

Consulta: ¿Integración de qué clase de software? ¿Software del mismo fabricante como opciones o software externos? ¿A qué se refieren con EDF?

RESPUESTA Nº 5

Se elimina este punto de las características técnicas.

CONSULTA Nº 6

Donde dice: Sistema de 16 a 26 canales EEG o Poligrafía

Consulta: ¿Podrían aclarar a que se refieren al decir poligrafía?(¿Se refieren/a un polígrafo o a la capacidad de captar las señales por medio de Varios canales

Respuesta: Se elimina el término ó Poligrafía, donde dice: **Sistema de 16 a 26 canales EEG o Poligrafía.**

RESPUESTA Nº 6

Debe decir: Sistema de 16 a 26 canales EEG.

DONDE DICE: Ordenador portátil (Notebook) con lector flash y cables USB para uso con el EEG.

DEBE DECIR: Ordenador portátil (Notebook) con lector flash (OPCIONAL) y cables USB para uso con el EEG.

DONDE DICE: EEG 16 a 26 canales recorder con flash card y adaptador.

DEBE DECIR: EEG 16 a 26 canales recorder con flash card (OPCIONAL) y adaptador

Asunción, 31 de Octubre del 2011

Emilce Gimena Pereira Leiva, Jefa
Dpto. de Compras Menores