DIRECIÓN DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones y Contrataciones Directas

Asunción, 24 de octubre de 2019

Señores:
……
Tel: ……
e-mail: ……
Presente

NOTA DE ACLARACIÓN Nº 2

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA LCO Nº 14/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO" ID Portal 363.600

Consulta Nº 1

ITEM 6 AGITADOR MAGNETICO:

Donde dice: Hermética y fácil de limpiar y resistente a productos químicos Favor aclarar a que se refiere con que el agitador magnético sea HERMETICO

Respuesta Nº 1

Se hace referencia a la palabra HERMETICA debido a que el sistema debe ser cerrado, por ejemplo evitar que en un derramamiento de liquidos afecte a partes del equipo.

Consulta Nº 2

ITEM 7 EQUIPO DE DIGESTION CLASICA KJELDAHL

Donde dice: Con reflectores de acero inoxidable para el trabajo en serie – Favor aclarar a que se refiere en este caso con reflectores y trabajo en serie.

Respuesta Nº 2

Con reflector de calor se hace referencia a que cuente con un dispositivo que optimice el calentamiento de la muestra, que concentre el calor y evite que se disperse.

Consulta Nº 3:

ITEM 7 EQUIPO DE DIGESTION CLASICA KJELDAHL

Donde dice: Con matraces de entre 250 y 750 ml. Se puede ofrecer un equipo que utilice TUBOS DE 250 ml?

Respuesta Nº 3

No, ajustarse a los términos del PBC.

Consulta Nº 4:

ITEM 10 CONGELADOR. Donde dice: capacidad de 515 ¿ Se puede ofrecer un equipo con capacidad útil de 476 l?

Respuesta Nº 4:

No, ajustarse a los términos del PBC.

Econ. JUAN CARLOS JIMÉNEZ T.
Director
Dirección de Contrataciones

Consulta Nº 5

ITEM 11 CONGELADOR DE MESA. Donde dice: Capacidad útil total mínima de 98l – Se puede ofrecer un equipo de 100L con capacidad útil de 94L?

Respuesta Nº 5

No, ajustarse a los términos del PBC.

Consulta Nº 6

ITEM 12 HELADERA DE MESA Donde dice: capacidad mínima de 146 litros – Considerando que lo solicitado es un equipo de mesa – Se puede ofrecer un equipo con capacidad útil de 94L?

Respuesta Nº 6

No, ajustarse a los términos del PBC.

Consulta Nº 7

ITEM 13 MICROSCOPIO BINOCULAR Donde dice: Compartimiento modular para alojar lámparas de iluminación .Considerando esta característica poco común – Puede ofrecerse un equipo que no cuente con dicho compartimiento modular?

Respuesta Nº 7

Si pueden; se hace referencia al tipo de iluminación que se precisa siendo estas la luz blanca, fría y de larga duración, estén o no en un compartimiento modular. REMITIRSE A LA ADENDA 3

Consulta Nº 8

ITEM 13 MICROSCOPIO BINOCULAR Donde dice: Cinco indicadores luminosos continuos en el lomo del estativo que permita identificar con facilidad el nivel de intensidad de iluminación. ¿Considerando esta característica poco común Puede ofrecerse un equipo que no cuente con dichos indicadores?

Respuesta Nº 8

No, se hace referencia a los indicadores de manera a poder ir graduando la intensidad de luz, en cuanto a la ubicación del mismo es indiferente.

Consulta Nº 9

ITEM 17 INCUBADOR DBO Donde dice: ¿Puerta solida – Puede ofrecerse un equipo cuya puerta cuente con una ventanilla de observación?

Respuesta Nº 9

Si, puede ofrecerse un equipo que cuente con ventanilla de observación. **REMITIRSE A LA ADENDA 3**

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS – Dirección de Contrataciones – SENAVE – DC

Econ. Juan Carlos Jiménez
Director