LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/12
"ADQUISICION DE FIBROSCOPICOS PARA INTUBACION PARA TORRES DE INTUBACION DE LA MARCA KARL STORZ DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL CENTRAL"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 27 de junio de 2012.

AL OFERENTE:
Con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 14/12, **"ADQUISICION DE FIBROSCOPICOS PARA INTUBACION PARA TORRES DE INTUBACION DE LA MARCA KARL STORZ DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL CENTRAL".** ID 229848, informamos que se realizan las siguientes consultas y modificaciones quedando como sigue:

Consulta Nº 1:
ITEM 1: No observamos en las especificaciones técnicas la descripción de las pinzas necesarias para utilizar con los Fibroscopios. Estos son necesarios para su uso correcto.
Solicitamos incluir:

01 x Pinza de Biopsia, Ovaladas, Flexibles, Abertura Bilateral, 1mm de diámetro, Longitud útil 110 cm. Para utilizar con el Fibroscopio solicitado.
01 x Pinza de agarre, Flexibles Abertura Bilateral, 1 mm de diámetro, Longitud 110 cm, para utilizar con el Fibroscopio.

Respuesta:
Las Pinzas para utilizar con Fibroscopios son OPCIONALES.-

Consulta Nº 2:
ITEM 2: No observamos en las especificaciones técnicas la descripción de las Pinzas necesarias para utilizar con los Fibroscopios. Estos son necesarios para su uso correcto.
Solicitamos Incluir:

01 x Pinza de Biopsia, forma de cuchara, redondas, fenestradas, abertura bilateral, 1.7 mm de diámetro, longitud útil 120 cm, para utilizar con el Fibroscopio solicitado.
01 x Pinza de Agarre, tipo Cocodrilo, flexibles, abertura bilateral, 1.7 mm de diámetro, longitud 120cm, para utilizar con el Fibroscopio.

Respuesta:
Las Pinzas para utilizar con Fibroscopios son OPCIONALES.-

Atentamente.