Asunción, 9 de setiembre de 2014

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional N° 18/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" ID N° 274.442

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Adenda Nº 5.

Debe decir:

SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ítem 2 Oximetro de pulso
El parámetro solicitado debe ser RA (las sigas RA significan RIGHT ARM, significado en español brazo derecho, el termino RS responde a un error de escritura, ya que queda muy evidente que no existe dicha derivación en el contexto de estar todas las otras en forma correcta).

SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ítem 9 Freezer para laboratorio.
La capacidad total del Freezer debe ser de 460 litros como mínimo y 480 litros como máximo.

SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ítem 3 Equipo de Rayos X. Arco en C. En otras características:
Lo solicitado es capacidad de almacenaje de 80.000 imágenes como mínimo a resoluciones 1.024 x 1.024 que puede variar según el tipo de procedimiento realizado en quirófano en la que es utilizado el equipo.

SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ítem 3 Equipo de Rayos X. Arco en C. En otras características:
Se solicita contar con todas las aplicaciones ¨habilitadas¨ existentes a la fecha de DICOM.

SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Ítem 3 Equipo de Rayos X. Arco en C. QUEDA DE LA SIGUENTE MANERA

ITEM	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*PRESENTACION*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS*
3	41111808-004	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	UNIDAD	UNIDAD	Brazo en "C" • 26.5" (67cm) Espacio libre o mayor • 23" (58cm) Profundidad del arco o mayor • 112□ rotación orbital (90□/22□)o mayor • 360□ rotación (+180□,-180□) con stop de seguridad • 25□ wig/wag (+/- 12.5□)

					• 8" (20cm) movimiento horizontal • 16" (40cm) movimiento vertical motorizado Generador/Tubo de rayos-X • Generador con sistema de tecnologías utilizadas dentro de un solo paquete donde se incluyen un generador de alta tensión y el tubo de rayos x • 2.2 kW generador o mayor • Tubo de rayos-X con Anodo Estacionario con 0.6 mm y 1.4 mm puntos focales • Capacidad de Calentamiento : 76000 HU o mayor • FluoroscopíaEstandarContínua 4.0mA o mayor • **Snapshot desde 0,1 mA a 8 mA o mayor** • Hasta 110 kVp o mayor • Fluoro Pulsada • Radiografía con cassette, posicionador para cassettes de 24x30cm Intensificador de Imágen/Cámara • Cámara CCD de Alta resolución 1024x 1024 • **Tri-mode 23 cm, 15cm y 10cm (9pulgadas, 6 pulgadas y 4.5 pulgadas) I.I. estándar.** Monitor • **Dos monitores de Alta Resolución LCD de 19 pulgadas como mínimo.** Otras Características • Capacidad de almacenaje de 80000 imágenes como mínimo • Posibilidad de grabar Videos • Colimador en formato de Iris y Barras Paralelas • Pedal switch& Manual switch • Congelamiento de la última imágen (LIH) • Inversión de Imagen • Puerto USB/DVD. • DICOM Habilitado Accesorios Solicitados: • Impresora Impresora térmica • Soporte de Cassete para peliculas de 30x 40cm

SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ítem 1 Ventilador pulmonar:

Respecto a la compensación de fuga. Se podrá ofertar Ventilación no invasiva en neonatos y en pediátricos con compensación de fugas de 60 LPM o mayor.

Respecto a "Alta Complejidad para pacientes adultos, pediátrico y neonatales de muy bajo peso": Ventilador de alta complejidad para pacientes adultos, pediátricos y neonatales de muy bajo peso desde 500 gramos.

Para las especificaciones de neonatales de muy bajo peso se requiere como mínimo que pueda ventilar a pacientes neonatales desde 500 gramos.

Respecto a distensibilidad: cálculo o medición de distensibilidad o compliance.

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - C.P. LILIAN SUÁREZ** Dirección: DR. MONTERO Y LA GERENZA Nº 658 Ciudad: ASUNCIÓN - PARAGUAY Teléfono: 021 - 421.162. Fax: 021 - 421.162. Dirección de correo electrónico: uoc@med.una.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** **Fecha: 11 de SETIEMBRE de 2014** **Hora: 8:00 a.m.** LAS ACLARACIONES SE REMITIRAN POR ESCRITO.
IAO 7.2	La Convocante realizará una **Junta de Aclaraciones**: *[NO]*

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES- C.P. LILIAN SUÁREZ.** Dirección: **DR. MONTERO Y LA GERENZA Nº 658** Ciudad: **ASUNCIÓN - PARAGUAY** Teléfono: 021 - 421.162. **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 18 de SETIEMBRE de 2014** **Hora: 09:00 a.m.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: DR. MONTERO Nº 658 Y LAGERENZA Ciudad: ASUNCIÓN - PARAGUAY **Fecha: 18 de SETIEMBRE de 2014** **Hora: 09:15 a.m.**

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py

Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay