PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/10

"Adquisición de Prótesis e Insumos para el Servicio de Cardiocirugía del Hospital Central del IPS"

ACLARACIÓN N° 2

Asunción, 03 de Junio de 2010.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Publica Nacional N° 02/10 "Adquisición de Prótesis e Insumos para el Servicio de Cardiocirugía del Hospital Central del IPS", aclaramos lo siguiente:

CONSULTA 1: LOTE 3. Válvulas Cardíacas Biológicas
Favor indicar si las válvulas biológicas de este Lote 3 son con Stent o Stentless
Tanto para mitrales como para aórticas

RESPUESTA: Las válvulas biológicas son sin Stent tanto para las mitrales como para aórticas.

CONSULTA 2: LOTE 5. Tubos Valvulados
¿Cabe la posibilidad que sean tubos Valvulados con válvula biológica?

RESPUESTA: Los tubos Valvulados no son con válvula biológica.

CONSULTA 3: LOTE 6. Prótesis Vasculares

a) **Ítem 43**. Se pide una longitud de 30 cm, consultamos la posibilidad de que sea de 40 cm
b) **Ítem 44**. Se pide una longitud de 30 cm, consultamos la posibilidad de que sea de 25 o de 50 cm
c) **Ítem 45**. Se pide una longitud de 30 cm, consultamos la posibilidad de que sea de 25 o de 50 cm
d) **Ítem 45**. Se pide un diámetro de 25 mm, consultamos la posibilidad de que sea de 24mm o 26 mm
e) **Ítem 46**. Se pide una longitud de 30 cm, consultamos la posibilidad de que sea de 25 o de 50 cm

RESPUESTAS:

a) Deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
b) Deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
c) Deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
d) Deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
e) Deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 4: LOTE 8. Insumos Varios

a) **Ítem 56.** Se pide parche cardiovascular de politetrafluoroetileno medida 20 x 20, consultamos si el material del parche puede ser poliéster? Woven o Knitted?
b) **Ítem 57.** Parche del pericardio bovino. Consultamos si el parche puede ser porcino de pared ultradelgada?

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

RESPUESTA:

a) El parche cardiovascular debe ser de politetrafluoroetileno y no poliéster ni woven, ni knitted.
b) El parche no puede ser porcino de pared ultradelgada.

CONSULTA 5: por definición todas las bioprótesis mitrales son "supra anulares", por lo cual el anillo de implantación se apoya en la pared auricular. Pero el término "supra anular" se refiere casi siempre a prótesis Aórticas, donde la variante intra o supra anular, se traduce en diferencias significativas de EOA. Por otro lado, la indicación de gradiente inferior a 15 mm Hg sí se refiere a una Estenosis Mitral Severa. Por lo tanto ¿Queremos saber si efectivamente están solicitando válvula biológica mitral, o en realidad el pedido es para válvula biológica aortica?

RESPUESTA: Las Válvulas Cardíacas Biológicas con Tratamiento Anticalcico solicitadas son mitrales.

CONSULTA 6: IAO 11.1 (e) punto d.
Muestras de los productos ofertados del lote 8, que serán utilizadas para la evaluación de ofertas y que serán devueltas una vez concluido el proceso de evaluación.

Esto significa que el pedido de muestras se aplica sólo al Lote 8? O la entrega de las muestras serán obligatorios en todos los casos?

RESPUESTA: Las muestras solicitadas en el presente llamado son solo para el Lote 8.

CONSULTA 7: EN LA SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Se solicita muestras para que el Comité de Evaluación pueda verificar a adaptabilidad de lo cotizado con los equipos del hospital, la falta de presentación de muestras según este criterio es casual de descalificación.

Aclaración: Esto se aplica a todos los lotes de la licitación? Ya que los productos solicitados en los lotes 1, 2, 3, 4, 5 son dispositivos que no pueden ser sometidos a prueba tanto por su costo como por su embalaje que sólo deben ser abiertos al momento de realizar los procedimientos de cirugía para los que van indicados.

RESPUESTA: Las muestras solicitadas en el presente llamado son solo para el Lote 8.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S