Ministerio Público
Unidad Operativa de Contrataciones

Contratación Directa Ad Referéndum "Provisión e Instalación de Equipos de Apoyo para el Laboratorio Genético" I.D. Nº 262.688

ADDENDA Nº 1

EN EL ANEXO "C" - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; Y ANEXO "D" FORMULARIO 1 - LISTA DE PRECIOS, SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ITEMS:

Ítem N° 1:

Donde dice:

Microcentrífuga, Tipo Minispin (Referencial) Velocidad **máxima** 6.600 rpm como mínimo…

Debe decir:

Microcentrífuga, Tipo Minispin (Referencial) Velocidad 6.600 rpm como mínimo…

Ítem N° 2:

Donde dice:

Balanza para Laboratorio, Analítica, con precisión de 0,0001 gr. Rango de pesaje 0 – 150 gr. Con gabinete de seguridad de vidrio, rebatibles para el pesaje. Plato de 100 mm.

Debe decir:

Balanza para Laboratorio, Analítica, con precisión de 0,0001 gr. **Rango de pesaje 0 – 220 gr.** Con gabinete de seguridad de vidrio, rebatibles para el pesaje. Plato de 100 mm. **como mínimo.**

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Econ. Guido F. Burros F.
Director U.O.C.
Ministerio Público