LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

Asunción, 23 de noviembre de 2018

ACLARACION N° 1

CONSULTA 1:

54	Detergente multienzimatico	Detergente multienzimatico (4 enzimas como minimo) para desinfeccion de alto nivel de material quirurgico	Solicitamos si el detergente solicitado puede tener como mínimo tres enzimas (proteasa, lipasa y amilasa) y asi permitirán mayor participacion de oferentes. Y si este debe ir con bomba dosificadora.

Respuesta: se han realizado las modificaciones conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 2:

152	Set para Citostomia	Cateter supra pubico, trocar plastico tipo peel away, Cateter poliuretano radiopaco biocompatible de 16FR, alas de fijacion, llave de 3 vias, conector y Hoja de bisturi-Producto descartable de un solo uso, esteril, atoxico y apirogeno esterilizado con exido de etileno.	Solicitamos para mayor participación de oferentes si el Set de Citostomia puede ser : Catéter suprapubico, trocar plastico tipo peel away o trocar metalico tipo aguja, Cateter poliuretano radiopaco biocompatible de 16FR, alas de fijacion (opcional), llave de 3 vias o tubo conector, conector y Hoja de bisturi (opcional)-Producto descartable de un solo uso, esteril, atoxico y apirogeno esterilizado con exido de etileno.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 3:

153	Sets de nefrostomia	Set de nefrostomia percutanea: Cateter Pigtail, de 14 Fr, longitud 30 cm con dos agujas, guia de alambre, dilatadores y tubo de conexión. Producto descartable de un solo uso, esterilizado por oxido de etileno.	Solicitamos, para mayor participacion de oferentes ,si el cateter puede tener una longitud de 25 a 30 cm .

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 4:

199	Mascara Laringea	Mascara laringea desechables N° 2. Manguito inflable, tubo de via aerea, conector de 15 mm. Linea de inflacion, balon piloto y valvula que facilita el inflado.	Solicitamos, para mayor participación de oferentes, si puede ser: Mascara laringea desechables N° 2 de ultima generación con mascarilla autopresurizable.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que no se cuenta con parámetros para la evaluación de las características "última generación".

CONSULTA 5:

200	Mascara Laringea	Mascara laringea desechables N° 2,5 Manguito inflable, tubo de via aerea, conector de 15 mm. Linea de inflacion, balon piloto y valvula que facilita el inflado.	Solicitamos, para mayor participación de oferentes, si puede ser: Mascara laringea desechables N° 2,5 de ultima generación con mascarilla autopresurizable.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que no se cuenta con parámetros para la evaluación de las características "última generación".

CONSULTA 6:

201	Mascara Laringea	Mascara laringea desechables N° 3. Manguito inflable, tubo de via aerea, conector de 15 mm. Linea de inflacion, balon piloto y valvula que facilita el inflado.	Solicitamos, para mayor participación de oferentes, si puede ser: Mascara laringea desechables N° 3 a 3,5 de ultima generación con mascarilla autopresurizable.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que no se cuenta con parámetros para la evaluación de las características "última generación".

CONSULTA 7:

ITEMS 37 Cateter Venoso Central 5 Fr x 16 cms , triple lumen , kit que incluya aguja de puncion 20 G (3,3 cms) jeringa de 5 cc , dilatador de 6.5 Fr x 10 cms , guía metalica de de 50 cms de 0.53 mm, Bisturi.
Solicitamos que pueda ampliar el Cateter de 5 FR x 16 cms +- 4 cms, de tal forma sea mayor el número de oferentes.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 8:

ITEMS 38 Cateter Venoso central de 7.5 Fr , triple lumen de poliuretano descartable con jeringa y aguja incluida , con alambre guía , kit completo.
Solicitamos que amplie Cateter Venoso central de 7 a 7.5 FR, de tal forma sea mayor el número de oferentes.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones en la Adenda N° 2

CONSULTA 9:

ITEMS 68- Frasco Recolector de orina tapa rosca, solicitan de 100 ml.
Si puede ofertarse volumen minimo de 70 ml, asi como las anteriores licitaciones, es decir 70 ml como minimo.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 10:

ITEMS 149: Set de Cateter para Hemodialisis: solicitan Kit completo Cateter doble lumen 12 Fr , guía metalica aguja de puncion dilatador grueso , un bisturí . Ademas hilo con aguja curva , dos films adhesivos , transparentes.
Solicitamos a la convocante: que el hilo con aguja curva , dos films adhesivos , transparentes., sea opcional, ya que si colocan kit completo estarían beneficiando a una sola empresa, y el mismo no está conforme según la licitación publica

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 11:

ITEMS 150: Set para Bomba de Infusion, solicitamos indicar el MODELO y AÑO de la BOMBA DE INFUSION MARCA NIPRO, para poder realizar la propuesta económica, que coincida con la bomba que tiene el Hospital de Policia.

Respuesta: Se ha incluido la realización de una visita técnica conforme a la Adenda N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

CONSULTA 12:

ITEMS 151 Set para Bomba de Infusion, solicitamos indicar el MODELO y AÑO de la BOMBA DE INFUSION MARCA BBRAUN, para poder realizar la propuesta económica, que coincida con la bomba que tiene el Hospital de Policia.

Respuesta: Se ha incluido la realización de una visita técnica conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 13:

Vencimientos , solicitamos a la convocante que los vencimientos sean como minimos de 12 meses, y no como solicitan en PBC de 18 meses, con el compromiso de canje.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes, remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 14:

Anexo 1
Punto F: Documentos adicionales , Cualquier otro documento adicional requerido
Dice: fotocopia Autenticada de Registro Sanitario vigente , , expedido por el Ministerio de Salud Publica o Certificado de la dirección de Vigilancia Sanitaria de que se encuentra en tramites de renovacion.
Solicitamos a la convocante, la consideración de comprobante de mesa de entrada de solicitud de registro Sanitario, teniendo en cuenta los tramites de DNVS y que ya se han presentado todos las documentaciones, pero hasta la fecha no hay registros, es más la DNVS ha extendido el plazo para la realización de registro sanitario (Ver resolución adjunto)

Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o Certificado de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DNVS) de que se encuentra en trámites de renovación.

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 15:

Ítem 67: Funda de Cámara Endoscópica.
Plegado telescópico con dispositivo de introducción de papel. Para utilizar con todos los sistemas de videocámaras endoscópicas de uso habitual, 13x242cm.
¿Se podría cotizar con las siguientes características: Plegado telescópico con dispositivo de introducción de papel. Para utilizar con todos los sistemas de videocámaras endoscópicas de uso habitual, 13x242cm ó enrrollada con dispositivo de introducción de plástico. Para utilizar con todos los sistemas de videocámaras endoscópicas de uso habitual, 17x242cm.?

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

CONSULTA 16:

Ítem N° 107, 108 Y 175: debido a que en el PBC no mencionan ningún requerimiento de calidad, sugerimos que exijan Certificado FDA/CE, tomando en cuenta que son especialidades farmacéuticas.

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 17:

Consulta 2: Item N° 119 y 121 "Liquido fijador para placas radiográficas dentales" Solicitamos nos aclaren si los mismos deben ser concentrados para ser preparados (agregar agua para su uso) o si deben estar listos para ser usados sin necesidad de usar agua. ¿Cuantos litros o cc debe contener cada envase, ya sea listo para uso o concentrado?

Respuesta: Los productos deben estar listos para su uso.

CONSULTA 17:

Dado que las características del item 107 IOPAMIDOL 300 son similares a IOBITRIDOL 300
¿Podemos presentar XENETIX 300 (Iobitridol 300)?
Ambos productos pertenecen a la misma clase de contrastes
Son:
-IODADOS
-HIDROSOLUBLES
-BAJA OSMOLARIDAD

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 18:

Dado que las características del item 108 IOPAMIDOL 370 son similares a IOBITRIDOL 350
¿Podemos presentar XENETIX 350 (Iobitridol 350)?
Ambos productos pertenecen a la misma clase de contrastes
Son:
-IODADOS
-HIDROSOLUBLES
-BAJA OSMOLARIDAD

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 19:

En el ítem 90: Se requiere hilo para sutura poliamida.

Se consulta: Podría la convocante aclarar por favor si se trata de un error involuntario, ya que para sutura de poliamida Nro 0 lo utilizado es **aguja traumática.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 20:

En el ítem 95: Se requiere hilo para sutura poliglactina 0, trenzada, con aguja de 40 mm.

Se consulta: Podría la convocante aclarar por favor si se trata de un error involuntario ya que el calibre mencionado no existe en el mercado.

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 21:

En el ítem 96: Se requiere hilo para sutura poliglactina, trenzado, absorbible.

Se consulta: Podría la convocante aclarar si quiso referirse a hilo para sutura absorbible de monofilamento con aguja de acero de 48 mm medio círculo N° 1. Ya que no existe sutura trenzada y monofilamento.

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 22:

En el ítem 97: Se requiere hilo de poliglactina, monofilamento absorbible, con aguja de 48mm medio círculo N° 3.0 (01).

Se consulta: Podría la convocante aclarar si se refiere a hilo de sutura poliglactina 3/0 trenzada, con aguja de ½ círculo y 26 mm de longitud. Ya que en calibre 3/0 la más utilizada es de 22 a 26 mm de longitud en la aguja.

Nuno Pereira
Chief Financial Officer
FINANTIN

Respuesta: Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 23:

En el ítem 99: Se requiere hilo para sutura Polipropileno con aguja traumática.

Se consulta: Podría la convocante aceptar la cotización de sutura de polipropileno 2/0 con aguja atraumática de 20 a 26 mm de longitud.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 24:

En el ítem 100: Se requiere hilo para sutura Polipropileno con aguja traumática.

Se consulta: Podría la convocante aceptar la cotización de sutura de polipropileno 0 con aguja atraumática de ½ círculo de 26 mm de longitud.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 25:

- **Ítem 91, 92, 93, 94, 95 96 y 97.** Hilos para Sutura
  Consulta: Falta información de la aguja, favor describir longitud, curvatura y corte o punta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

Respuesta: Se han realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 26:

- **Ítem 98 – Hilo para sutura Polipropileno**
  Consulta: A fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes, favor ofertar largor de hebra 45 cm "como mínimo".

Respuesta: Se han realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 27:

Donde dice:
Ítem 7 Aguja para neurolocalizador de 100mm N° 22
Consulta:
Solicitamos a la convocante agregar una variación de(+-1cm) al numero de la aguja solicitada, quedando de esta forma (Aguja para neurolocalizador de 100mm **N° 22(+-1cm)**.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 28:

Consulta:
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días a partir de la emisión de la orden de compra, llevando en cuanta las fechas festivas y se complican las importaciones.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

CONSULTA 29:

Ítem 52 Contenedor de Objetos corto punzante
Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar el contenedor sin la bolsa impermeable, normalmente los contenedores vienen con accesorios para colocar en el interior de la caja.

Respuesta: Lo requerido debe incluir bolsa y caja.

CONSULTA 30:

Ítem 96 – Hilo de sutura Poliglactina – hilo de poliglactina, trenzado, absorbible, de monofilamento.
Solicitamos a la convocante modificar el punto "MONOFILAMENTO" dado que la sutura de poliglactina no puede ser monofilamento ya que la misma es trenzada por lo que es multifilamento, el hilo de sutura monofilamento para poliglactina no existe.
Dado esto, las especificaciones del ítem 94 y 96 son las mismas por lo que tendrían que ser un solo ítem.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 31:

Ítem 97 – Hilo de sutura Poliglactina – hilo de poliglactina monofilamento.
Solicitamos a la convocante modificar el punto "MONOFILAMENTO" dado que la sutura de poliglactina no puede ser monofilamento ya que la misma es trenzada por lo que es multifilamento, el hilo de sutura monofilamento para poliglactina no existe.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

CONSULTA 32: Empresa CATETERES Y AFINES S.A.

Ítem 97 – Hilo de sutura Poliglactina – hilo de poliglactina monofilamento absorbible, con aguja de 48mm medio Circulo N° 3.0
Solicitamos a la convocante modificar el grosor de la aguja de 48mm, la medida ideal sería **26mm** ya que el tamaño de la aguja (N° 3-0) no puede ser mayor a la ya mencionada. El tamaño 3-0 de 48mm no existe.

Respuesta: Se han realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 33:

Ítem 123 Malla de Polipropileno
Solicitamos a la convocante permitir una variación en el tamaño de los poros de (+-0,3mm) sin línea de radio opacas.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 34:

Ítem 124 Malla de Polipropileno
Solicitamos a la convocante permitir una variación en el tamaño de los poros de (+-0,3mm) sin línea de radio opacas.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 34:

1. **SECCION III – EETT Solicitadas:** para el Ítem N° 40 la convocante solicita: *"Cepillo quirúrgico desechable, impregnado con iodopovidona"* Solicitamos modificar las EETT según el siguiente detalle: **CEPILLO QUIRÚRGICO DESECHABLE, IMPREGNADO CON CLORHEXIDINA JABÓN AL 2%**
Todo esto atendiendo a que la clorhexidina es un desinfectante de mayor efectividad y que reúne todos los estándares de desinfección.

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 35:

2. **SECCION III – EETT Solicitadas:** para el Ítem N° 46 la convocante solicita: *"Clorhexidina jabón líquido al 2% - Presentación: Frasco x 1000 CC"* con respecto a la presentación no debería la convocante solicitar: **FRASCO X 1000 CC CON BOMBA DOSIFICADORA?**

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 36:

3. **SECCION III – EETT Solicitadas:** para el Ítem N° 47 la convocante solicita: *"Clorhexidina Solución al 0,5%"* Solicitamos modificar las EETT según el siguiente detalle: **CLORHEXIDINA 0,5% CON BASE ALCOHOLICA.** Ya que la misma es utilizada para desinfección en campo quirúrgico según lo indica las normas de desinfección

Respuesta: se ha realizado las modificaciones conforme a la Adenda N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

CONSULTA 37:

4. **SECCION III – EETT Solicitadas:** para el Ítem N° 105 la convocante solicita: *"Iodopovidona jabón líquido al 0,7%"* Solicitamos a la convocante verificar las EETT ya que la concentración 0,7% no existe en el mercado.

Respuesta: se ha realizado las modificaciones conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 38:

5. **SECCION III – EETT Solicitadas:** para el Ítem N° 106 la convocante solicita: *"Iodopovidona solución al 10%"* Solicitamos a la convocante aclarar si la misma debe ser con base acuosa o alcohólica.

Respuesta: se ha realizado las modificaciones conforme a la Adenda N° 2

CONSULTA 39:

ITEM N° 33: Catéter intravenoso Periférico: Se solicita en el PBC; catéter intravenoso N° 24 G x 1 ¼ " con 1,35 mm de luz interna y 32 mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 104 ml/min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad. En sobre individuales estériles por óxido de etileno. **¿Se podrá ofertar, catéter intravenoso N° 24 G x ¾ / 1 ¼ " con luz interna de 0,7 / 1,35 mm y de longitud de 19 / 32 mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 24 / 104 ml/min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad. En sobre individuales estériles por óxido de etileno?**

Respuesta: Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 40:

ITEM N° 34: Catéter intravenoso Periférico: Se solicita en el PBC; catéter intravenoso N° 18 G x 1 ¼ " con 1,35 mm de luz interna y 32 mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 104 ml/min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible. En sobre individuales estériles por óxido de etileno. **¿Se podrá ofertar, catéter intravenoso N° 18G / 18G 1 ¼ " con luz interna de 1,30 / 1,35 mm y de longitud 32 mm(+ - 1), de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 90 / 110 ml/min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible. En sobre individuales estériles por óxido de etileno?**

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 41:

ITEM N° 35: Catéter intravenoso Periférico: Se solicita en el PBC; catéter intravenoso N° 20 G x 1 " con 0,90 mm de luz interna y 25 mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 40 ml/min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad. En sobre individuales estériles por óxido de etileno. **¿Se podrá ofertar, catéter intravenoso N° 20 G x 1 / 1¼" con luz interna de 0,90 / 1,1 mm y de longitud de 25 / 32 mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 40 / 63 ml/min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad. En sobre individuales estériles por óxido de etileno?**

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS – PLURIANUAL" – ID N° 342140

CONSULTA 42:

ITEM N° 38: Catéter Venoso Central: Se solicita en el PBC; Catéter 7,5 Fr para vía central, triple lumen. De poliuretano, descartable, estéril, c/ jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo. **¿Se puede ofertar catéter venoso central 7 a 7,5 Fr. triple lumen. De poliuretano, descartable, estéril, c/ jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo?**

Respuesta: Se han realizado las modificaciones en la Adenda N° 2

CONSULTA 43:

ITEM N° 149: Set de catéter para hemodiálisis - adulto: Se solicita en el PBC; Set de catéter Doble lumen, 12 Fr, kit completo; Guía metálica flexible con un extremo más dúctil y en el otro extremo más rígido, una aguja de punción, dos tapas del catéter, un dilatador grueso, un bisturí, Hilo para fijar el catéter con aguja curva, dos films adhesivos transparentes antialérgicos, una jeringa desechable de 5 a 10 ml. **¿Se puede ofertar Set de catéter Doble lumen, 12 Fr, kit completo; Guía metálica flexible con un extremo más dúctil y en el otro extremo más rígido, una aguja de punción, dos tapas del catéter, un dilatador grueso, un bisturí, dos films adhesivos transparentes antialérgicos, una jeringa desechable de 5 a 10 ml, con/sin Hilo para fijar el catéter con aguja curva, .?**

Respuesta: Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIR. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario Intd
Jefa Interina - Departamento U.O.C