Universidad Nacional de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ACLARACION Nº 01 DE LA L.C.O. Nº 01/14

ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO CON EQUIPOS EN COMODATO.

Asunción, 20 de mayo de 2014.

Señores
Dirección:
Tel. Nº:
Presente

Referencia: Llamado de L.C.O. Nº 01/14 para la Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato. ID Nº 269.392.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de responder a las Consultas realizadas, con relación al llamado de referencia:

CONSULTA 1:
Lote 2: Se puede aclarar que se entiende por EIA-QLIA?
RESPUESTA: Se refiere a un ensayo inmunometricos secuencial en fase sólida por quimioluminiscencia (substrato).
Se puede cotizar un Equipo de QUIMIOLUMINISCENCIA/SUPER MICROPARTICULAS PARAMAGNETICAS, entendemos que es el mismo método solicitado para el Lote 2 según el PBC.
RESPUESTA: Los oferentes son libres de ofertar los productos que disponen siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas.
Item 4: Albumina: Se puede cotizar este ITEM por otro METODO Automatizado a ser utilizado en el Equipo Automatizado de QUIMICA instalado en la Institución**.**
RESPUESTA: El producto solicitado es para dosaje de microalbuminuria por métodos inmunológicos más sensibles que los de química clínica.
Item 22: Modulo de lavado de sondas y item 23: Modulo de sustrato quimioluminiscente: Para estos ítems, se solicita la descripción de productos determinados que corresponde su uso para una marca y modelo de Equipo específico, lo cual nos imposibilita poder cotizar,

ya que nuestro Equipo utiliza otros consumibles de otra presentación y descripción, pero para el mismo efecto.

Podemos cotizar los productos según nuestra presentación ya que también son compatibles su uso en los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

RESPUESTA:

- **Ítem 22: Se solicitan volúmenes mínimos para evitar contaminación**.
- **Ítem 23: el producto solicitado se requiere en presentaciones de volúmenes pequeños, listo para el uso, para evitar contaminación.**

Ambos ítems son indispensables para la reacción final del método solicitado.

Lote 3:

Item 88: Anti kappa Anticuerpo Monoclonal:

Se puede cotizar por el Método de turbidimetria para uso en Autoanalizador de Química instalado en la Institución.

RESPUESTA: NO corresponde. El reactivo solicitado es un marcador fluorencente para membrana celular detectado con Citómetro de Flujo.

Item 89: Anti lambda Anticuerpo Monoclonal:

Se puede cotizar por el Método de turbidimetria para uso en Autoanalizador de Química instalado en la Institución.

RESPUESTA: NO corresponde. El reactivo solicitado es un marcador fluorescente para membrana celular detectado con Citómetro de Flujo.

Item 88: Anti kappa Anticuerpo Monoclonal:

Se puede cotizar por el Método de turbidimetria para uso en Autoanalizador de Química instalado en la Institución.

RESPUESTA: NO corresponde. El reactivo solicitado es un marcador fluorescente para membrana celular detectado con Citómetro de Flujo.

Item 143: C3:

Se puede cotizar por el Método de turbidimetria para uso en Autoanalizador de Química instalado en la Institución.

RESPUESTA: No, no es lo que buscamos.

Item 144: C4:

Se puede cotizar por el Método de turbidimetria para uso en Autoanalizador de Química instalado en la Institución.

RESPUESTA: No, no es lo que buscamos.

CONSULTA 2:
Ítem 41: Ag. Treponema pallidum: Favor aclarar si se puede cotizar láminas de 5 pocillos
RESPUESTA: No cumpliría las EE.TT.
Ítem 56: Agente para visualización ADN: Favor aclarar si es posible ofertar un reactivo a base de otro agente intercalante como GelGreen, que es similar al SybrGreen.
RESPUESTA: Presentar al momento de la cotización el inserto a fin de evaluar si cumple con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.
Ítem 126: Apolipoproteina A: **Ítem 128: Apolipoproteina B**: Favor aclarar si se puede ofertar kit por 50 determinaciones.
RESPUESTA: Sí se puede ofertar kit por 50 determinaciones. Favor tener en cuenta el patrón para la curva de calibración solicitados en los ítems 127 y 129.
Ítem 277: dNTP para biología molecular: Favor aclarar si se puede ofertar viales de 200 uL cada uno con una concentración de 100 mM de cada dNTP.
RESPUESTA: Sí se puede ofertar.
Ítem 324: Fitohemaglutinina: Favor aclarar si se puede ofertar viales de 200 uL cada uno con una concentración de 100 mM de cada dNTP.
RESPUESTA: Sí se puede ofertar.
Ítem 348: FTA Abs: Favor aclarar si se puede ofertar sorbente listo para uso.
RESPUESTA: Sí se puede ofertar.
Ítem 385: Hisopo:

Favor aclarar el material del que debe estar hecho el hisopo.
RESPUESTA: Madera y algodón. Madera de 14 cm de largo y cabeza de algodón de aprox. 1,5 mm. Estériles en bolsa unitaria y con una cara de papel y otra de polietileno.
Ítem 385: Hisopo: Favor aclarar el material del que debe estar hecho el hisopo.
RESPUESTA: Madera y algodón. Madera de 14 cm de largo y cabeza de algodón de aprox. 1,5 mm. Estériles en bolsa unitaria y con una cara de papel y otra de polietileno.
Ítem 481 y 482: Papel cromatografico: Favor aclarar las medidas del papel.
RESPUESTA: Las medidas del papel cromatográfico tipo Whatman 1 MM y Whatman 3 MM son: Rollo x 100 metros de largo y ancho comprendido entre 10 - 15 cm.
CONSULTA 3:
Según las especificaciones de los ítems: 55, 278, 285, 416, 434, 438, 478, 581, 613, 630, y 632 correspondientes a reactivos para uso en técnicas de Biología Molecular se requiere Certificado de Calidad de autoridad sanitaria de origen y certificado de venta libre. ¿Son estas especificaciones EXCLUYENTES para la cotización? Es de hacer notar que tanto la FDA como otros organismos sanitarios internacionales no otorgan Certificados de libre venta por estos productos pues son para uso en Investigación.
RESPUESTA: No son excluyentes para la cotización.

Atentamente;

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe de la Sub-UOC IICS UNA