LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 51/12
"Adquisición de Ventiladores Pulmonares para el I.P.S."

ADENDA Nº 2

Asunción, 26 de julio de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 51/12 "Adquisición de Ventiladores Pulmonares para el I.P.S."**, informamos que la apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día **Martes 07 de agosto de 2012 a las 09:00 hs.**, siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta a las 08:45 hs, en la Sala de Apertura de Sobres-Ofertas, 1er. Piso – Departamento de Licitaciones de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicio - Edificio Caja Central del I.P.S.

Asimismo se responden las siguientes consultas:

Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones

Sección III – Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas

- **Donde dice:**

1.	4	Dimensiones:	Cumple	Parámetros	Folio
1.	4.1	Alto: entre 30 a 35 cm.			
1.	4.2	Ancho: entre 23 a 25 cm			
1.	4.3	Profundidad: entre 25 a 30 cm.			

Debe decir:

1.	4	Dimensiones aprox ± 20%:	Cumple	Parámetros	Folio
1.	4.1	Alto: entre 30 a 35 cm.			
1.	4.2	Ancho: entre 23 a 25 cm			
1.	4.3	Profundidad: entre 25 a 30 cm.			

- **Donde dice:**

1.	5.2	Tiempo inspiratorio: 0,2 a 3 s			

Debe decir:

1.	5.2	Tiempo inspiratorio: 0,3s o menor a 3s o mayor			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Seccion Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

➢ **Donde dice:**

1.	5.5	Sensibilidad de disparo por flujo: 1 a 20 lpm o mejor. Opcionalmente por presión: -0,5 a -20 cm H2O			

Debe decir:

1.	5.5	Sensibilidad de disparo por presión -0,5 a -20 cm H20 o mejor o por flujo 1 a 20 lpm o mejor.			

➢ **Donde dice:**

1.	5.9	Respiración en suspiro			

Debe decir:

1.	5.9	Respiración en suspiro como opcional			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.