INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS CP NANAWA, CP INGAVI, CP BOQUERON, CP 12 DE JUNIO, HOSPITAL DE LUQUE Y PS CAPIATA DEPENDIENTE DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS" AD REFERENDUM 2013

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 21 de febrero de 2013.

AL OFERENTE:

Con relación a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2013 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS CP NANAWA, CP INGAVI, CP BOQUERON, CP 12 DE JUNIO, HOSPITAL DE LUQUE Y PS CAPIATA DEPENDIENTE DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS" AD REFERENDUM 2013**, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas:

1. Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 - Reactivos para Toxoplasmosis IgG e IgM; Rubeola IgG e IgM; Citomegalovirus IgG e IgM; Hepatitis A IgM; HBs Ag; HBs Ab; Anticore total; Anticore IgM y HIV. Si se podría cotizar la metodología de ELISA en lugar de la Quimio Luminiscencia?.

Respuesta: El método solicitado es el de quimioluminiscencia. El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones-

2. Lote N° 6 – Hemoglobina Glicada; favor aclarar la metodología solicitada.

Respuesta: El método solicitado para la Hemoglobina Glicada es "automatizado" (turbidimetría) con equipo en comodato que procese de manera integral todas las determinaciones de Química Sanguínea.

3. En los Ítem: 2,3 y 4 de los diferentes Lotes, correspondientes a Cuagulograma, se solicita un equipo de dos o más canales, se puede presentar 02 equipos de un canal.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones-

4. En los Ítem: 2,3 y 4 de los diferentes Lotes, correspondientes a Cuagulograma, se solicita un equipo de dos o más canales, se puede presentar 02 equipos de un canal.

Respuesta: El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones-

5. En los ítems de hematología de todos los lotes manifiesta que los equipos deben tener sistemas de aspiración abierto. Nuestro equipo de hematología cuenta con un sistema de protección para evitar accidentes del usuario con la aguja de muestra, que consiste en un receptor de muestra al cual se accede de forma abierta y que luego de depositar el tubo o cualquier contenedor este gira para la aspiración.
El equipo ofertado realiza una determinación en 45 segundos por lo que el proceso mencionado no disminuye la velocidad de procesamiento solicitado. Cumpliendo además todos las otras condiciones solicitadas.
Quisiéramos que nos aclare si se podría presentar dicho contador hematológico.

Respuesta: Siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se podrá presentar lo propuesto.

6. En cuanto a la entrega del Software de Gestión y la interface el pliego manifiesta que se debe entregar en 10 días luego de firma del contrato.
Quisiéramos que se nos manifieste las penalidades por el incumplimiento de los tiempos y quiénes serán los encargados para la verificación del correcto funcionamiento del servicio, esta pregunta se debe a las reiteradas veces que algunos proveedores incumplen con los tiempos y no reciben penalidades atendiendo el elevado costo que significa estas implementaciones en tiempo y forma.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María R. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Respuesta: El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 15 días segun Pliego de Bases y Condiciones Pag. 24.
Las penalidades por el incumplimiento de los tiempos, queda establecido en el PBC (CGC26)
Art. 37 inc. i de la ley 2051. Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las condiciones especiales y generales del contrato CGC. 26
Administrador del contrato: Director del Centro a través del Jefe/a de Laboratorio

7. En lo referido a la metodología de química empleada por todos los lotes solicitados. Queremos ofertar un método mas moderno a la química liquida tradicional, se trata de la química seca la cual se basa en la utilización de slides de fase solida con lo que se mejora notablemente la estabilidad y reproducibilidad de las determinaciones. Actualmente poseemos equipos de estas características instalados en laboratorios privados de gran volumen de muestra como el Laboratorio San Roque, La Costa, Migone y Bautista. Este tipo de tecnología disminuye el tiempo de operación del usuario ya que no necesita calibraciones diarias y otras acciones que normalmente consumen mucho tiempo del usuario. Si desean les podemos realizar una presentación del método para evaluarla de manera correcta.
Respuesta: Siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se podrá presentar lo propuesto

Atentamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios