ACLARACIONES Nº 1

Respuestas a la consultas de la LCO 43/2011. "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR".

Especificaciones Técnicas - ítem 1 - Ecocardiógrafo

1- Solicitamos que se puedan ofertar equipos con pantalla LCD de por lo menos 17", considerando que esto no afectará de manera sustancial a la funcionalidad del sistema y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

2- Donde dice "Memoria CINE con 8.000 cuadros o superior" solicitamos modificar a "Memoria CINE con 8.000 cuadros o lOseg de almacenamiento como mínimo", ya que con esto se podrá hacer la revisión completa de varios ciclos cardiacos o varios segundos de imagen con utilidad diagnóstica T permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

3- La función de software para imagen extendida se utiliza en palicaciones generales pequeñas partes y mamas, considerando que este equipo se requiere con aplicaciones" card,olog,cas y vasculares, solidamos que dicha función quede como opcional, de manera que no se incurran en gastos innecesarios en la configuración.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

4- Se podrán ofertar transductores lineales on frecuencia de 3 a 12 Mhz? Ya que esta diferencia no afectará de manera sustancial la funcionalidad del equipo ni las aplicaciones solicitadas y permitirá la participación de los oferentes.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

5- Se podrán ofertar transductores sectoriales adultos(phased array) con frecuencia de 2 a 4 Mhz? Ya que esta diferencia no afectará de manera sustancial la funcionalidad del equipo ni las aplicaciones solicitadas y permitirá la participación de los oferentes.
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

7- Para obtener la mejor respuesta en calidad de imagen y rendimiento se recomienda solicitar al menos 9.216 canales de procesamiento digital, de manera que el sistema puebla realizar todos los modos solicitados y adquirir imágenes de alta calidad diagnóstica
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

8 - En las Especificaciones técnicas dice: Rango dinámico del sistema de 200 dB como mínimo?.
- Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar Ecocardiografos con Rango dinámico del sistema de 170 dB como mínimo, de esta manera se dará mas posibilidades de participación a potenciales oferentes.

Respuesta: Se aclara adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

9 - Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 120 GB.

Sugerimos solicitar capacidad de almacenamiento de al menos 250 Gb.P

Respuesta: Se aclara adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. Se aclara igualmente, que las capacidades de almacenamiento en disco duro son de valor mínimo.

10 - Función "Software para imagen extendida"
Se pueden ofertar equipos que no posean "Software para imagen extendida"

Respuesta: Se aclara adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.

11 - Transductor Phased Array adulto con ancho de banda de 1 a 4 MHz.
- Solicitamos permitir ofertar transductor Phased Array con ancho de banda de 2 a 4 MHz., permitiendo de esta manera mayor participación de oferentes y por ende precios más ventajosos, considerando que un ancho de banda de 2 a 4 Mhz no afectará de manera importante la calidad de los estudios además a través de la opción de Imagen Armónica la frecuencia real del transductor pasa a ser de 1.5 MHz aproximadamente.

Respuesta: Se aclara adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. Se aclara igualmente, que las capacidades de almacenamiento en disco duro son de valor mínimo.

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Asunción, 14 de Octubre de 2011.-