DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-DOC -MSP Y BS

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
87	1	41116130-409	Equipo para Toma de Muestra	Equipo para toma de muestra. Contenido 2 mL como mínimo, medio de transporte líquido, estéril, para virus. Para transporte de muestras virales, con mínimo 1 (un) hisopo de dacrón, poliéster u otro material sintético (no algodón) y palillo plástico. El tubo debe tener fondo cónico, estéril, sin carbón activado	unidad	unidad	12,950	6,025	12,050	78,023,750	156,047,500
88	1	41121810-005	Erlemmeyer de vidrio	De vidrio, resistente al calor, de 1000 ml de capacidad	unidad	unidad	26,390	21	42	554,190	1,108,380
88	2	41121810-005	Erlemmeyer de vidrio	De vidrio, resistente al calor, de 250 ml de capacidad	unidad	unidad	11,750	31	62	364,250	728,500
88	3	41121810-005	Erlemmeyer de vidrio	De vidrio, resistente al calor, de 500 ml de capacidad	unidad	unidad	19,250	31	62	596,750	1,193,500
89	1	42182001-002	Espéculo descartable mediano	Presentación individual. Estériles	unidad	unidad	4,142	1,000	2,000	4,142,000	8,284,000
89	2	42182001-001	Espéculo descartable pequeño	Presentación individual. Estériles	unidad	unidad	3,980	500	1,000	1,990,000	3,980,000
90	1	41121810-017	Frasco recolector (para orina)	Frascos para orina de plastico, esteriles, boca ancha, tapa rosca, volumen 80 ml como mínimo, en paquetes individuales	Frasco x 80 ml como mínimo	Unidad	1,358	630,000	1,260,000	855,540,000	1,711,080,000
91	1	41104112-001	Bolsita colectora de orina para analisis	COLECTOR DE ORINA - PEDIÁTRICO. De plastico, esteriles, en paquetes individuales.	Unidad	Unidad	805	37,500	75,000	30,187,500	60,375,000
92	1	41121810-011	Frascos Plasticos de polipropileno autoclavables c/ tapa	FRASCOS DE BOCA ANCHA AUTOCLAVABLES TAPA ROSCA . Con capacidad de 250 ml.	unidad	unidad	19,983	30	60	599,490	1,198,980
92	2	41121810-011	Frascos Plasticos de polipropileno autoclavables c/ tapa	FRASCOS DE BOCA ANCHA AUTOCLAVABLES TAPA ROSCA. Con capacidad de 500 ml.	unidad	unidad	50,667	30	60	1,520,010	3,040,020
92	3	41121810-011	Frascos Plasticos de polipropileno autoclavables c/ tapa	FRASCOS DE BOCA ANCHA AUTOCLAVABLES TAPA ROSCA . Con capacidad de 1000 ml.	unidad	unidad	75,568	20	40	1,511,360	3,022,720
93	1	41122413-001	Goma de ligar	Para extracción de sangre. Presentación individual. Con dispositivo de ajuste.	Unidad	Unidad	4,680	310	620	1,450,800	2,901,600
94	1	41122107-002	Gradillas de esponja para tubos	Fabricadas en espuma de poliester resistente a los productos químicos y solventes. Capacidad de 50 tubos de diámetro hasta 12 mm.	unidad	unidad	38,503	40	80	1,540,120	3,080,240
95	1	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 13 mm de diámetro.	unidad	unidad	89,370	45	90	4,021,650	8,043,300
95	2	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 13 mm de diámetro.	unidad	unidad	177,214	45	90	7,974,630	15,949,260
96	1	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 15 mm de diámetro.	unidad	unidad	89,514	45	90	4,028,130	8,056,260
96	2	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 15 mm de diámetro.	unidad	unidad	177,271	35	70	6,204,485	12,408,970
97	1	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 50 tubos, agujero de 19 mm de diámetro.	unidad	unidad	91,147	35	70	3,190,145	6,380,290
97	2	41121703-001	Gradilla para tubos	De acero inoxidable, resistente al calor, capacidad para 100 tubos, agujero de 19 mm de diámetro.	unidad	unidad	179,655	32	64	5,748,960	11,497,920
98	1	41122801-001	Soporte para pipetas de eritrosedimentacion	GRADILLA PARA ERITROSEDIMENTACION. CAPACIDAD PARA 10 PIPETAS COMO MINIMO. Método Westergreen	unidad	unidad	234,713	34	68	7,980,242	15,960,484

Lic. Marta E. Wiegert
Opto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-DOC -MSP Y BS

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
99	1	41122801-002	Gradilla para pipetas	Fabricada en polipropileno **autoclavable**. Con diseño para que las puntas de las pipetas no estén en contacto con la superficie de la mesa. Puede contener mínimo 50 pipetas (5 x 10). Diámetro del agujero: 16 mm. La gradilla debe poseer dos asas para un mejor manejo.	unidad	unidad	302,312	29	58	8,767,048	17,534,096
100	1	41121703-001	Gradilla para tubos - 60 tubos	PARA TUBO DE ENSAYO GRANDE, AUTOCLAVABLE . De plastico, para 60 tubos, desmontable, con agujero redondo y aletas que sujetan al tubo	unidad	unidad	110,883	15	30	1,663,245	3,326,490
100	2	41121703-001	Gradilla para tubos - Kahm	PARA TUBO DE ENSAYO PEQUEÑO (KAHM), AUTOCLAVABLE. De plastico, para 90 tubos, desmontable, con agujero redondo y aletas que sujetan al tubo	unidad	unidad	137,287	15	30	2,059,305	4,118,610
101	1	41121703-001	Gradilla para tubos - 90 tubos	De propileno, autoclavables para 90 tubos de 13 mm de diametro	unidad	unidad	137,287	25	50	3,432,175	6,864,350
102	1	42292501-001	Hisopo	Hisopos de algodón. Presentación individual. Estéril	Unidad	Unidad	1,950	5,000	10,000	9,750,000	19,500,000
102	2	42292501-001	Hisopo	No estéril. De algodón, en bolsa x 100 unidades como mínimo	Paquete x 100 unidades como mínimo	Unidad	47,892	1,040	2,080	49,807,680	99,615,360
103	1	41122602-002	Láminas cubreojeto	De vidrio, 22 x 22 mm .Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. La oferta es por unidad de lámina.	unidad	unidad	184	193,000	386,000	35,512,000	71,024,000
104	1	41122601-001	Láminas portaobejto	De vidrio, 76 x 26 mm. Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. La oferta es por unidad de lámina.	unidad	unidad	200	112,000	224,000	22,400,000	44,800,000
105	1	41121805-008	Láminas esmeriladas	Esmerilada, 76 x 26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina.	unidad	unidad	365	94,000	188,000	34,310,000	68,620,000
106	1	41104107-999	Transportador para Muestra de Laboratorio	Maletín para extracción de muestras y transporte de materiales e insumos . Material resistente. Dimensiones mínimas 30 x15 x 15 cm.	unidad	unidad	335,055	38	76	12,732,090	25,464,180
107	1	41121804-001	Matraz aforado - 1000 ml	De vidrio, resistente al calor, de **1000 ml de capacidad,** con tapa	unidad	unidad	435,480	4	8	1,741,920	3,483,840
107	2	41121804-001	Matraz aforado - 500 ml	De vidrio, resistente al calor, de **500 ml de capacidad**, con tapa	unidad	unidad	435,480	7	14	3,048,360	6,096,720
108	1	42292501-002	Hisopo con medio de transporte	Medio de trasnsporte (Stuart o Cary-Blaier) con hisopo esteril.	unidad	unidad	16,325	16,000	32,000	261,200,000	522,400,000
109	1	41101702-001	Mortero de porcelana	Con pilón. Tamaño mediano. (160 a 220 mL)	unidad	unidad	668,500	4	8	2,674,000	5,348,000
110	1	41104929-999	Papel de Filtro Cualitativo	Cualitativo de 15 cm de diámetro. Bolsa x 100 unidades como mínimo.	caja x 100 unidades como mínimo	unidad	68,750	40	80	2,750,000	5,500,000
111	1	41122410-001	Film para laboratorio	En presentación de rollos de 30 a 50 metros.	Caja	unidad	442,233	67	134	29,629,611	59,259,222
112	1	41115605-002	Papel indicador universal pH	Rango de medicion de 0 a 14, capaz de medir de 0,5 en 0,5 de pH. Presentación x 100 tiras como mínimo.	Tubo x 100 tiras como mínimo	unidad	86,667	22	44	1,906,674	3,813,348
113	1	41122802-9999	Soporte para Tincion de Lamina	PARRILLA PARA TINCIÓN DE PORTAOBJETOS. En acero inoxidable. Mínimo para 24 láminas.	Unidad	Unidad	281,685	31	62	8,732,235	17,464,470
114	1	41121511-002	Pipeta automatica con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (5 a 50 microlitros)	unidad	unidad	1,566,000	45	90	70,470,000	140,940,000
114	2	41121511-002	Pipeta automatica con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado 20 a 50 microlitros)	unidad	unidad	1,566,000	28	56	43,848,000	87,696,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
114	3	41121511-002	Pipeta automatica con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (50 a 200 microlitros)	unidad	unidad	1,789,333	33	66	59,047,989	118,095,978
114	4	41121511-002	Pipeta automatica con volumen variable	Con certificado de calidad de origen. GRADUABLE, que sea capaz de cumplir con el rango solicitado (200 a 1000 microlitros)	Unidad	Unidad	2,072,667	26	52	53,889,342	107,778,684
114	5	41121511-001	Pipeta automatica con volumen fijo - 10 ul.	Con certificado de calidad de origen. **Volumen fijo de 10 ul.**	unidad	unidad	226,333	28	56	6,337,324	12,674,648
114	6	41121511-001	Pipeta automatica con volumen fijo - 20 ul.	Con certificado de calidad de origen. **Volumen fijo de 20 ul.**	unidad	unidad	226,333	32	64	7,242,656	14,485,312
114	7	41121511-001	Pipeta automatica con volumen fijo - 50 ul.	Con certificado de calidad de origen. **Volumen fijo de 50 ul.**	unidad	unidad	226,333	30	60	6,789,990	13,579,980
114	8	41121511-001	Pipeta automatica con volumen fijo - 100 ul.	Con certificado de calidad de origen. **Volumen fijo de 100 ul.**	unidad	unidad	226,333	32	64	7,242,656	14,485,312
114	9	41121511-001	Pipeta automatica con volumen fijo - 200 ul.	Con certificado de calidad de origen. **Volumen fijo de 200 ul.**	unidad	unidad	716,333	23	46	16,475,659	32,951,318
114	10	41121511-001	Pipeta automatica con volumen fijo - 1000 ul.	Con certificado de calidad de origen. **Volumen fijo de 1000 ul.**	unidad	unidad	1,071,667	26	52	27,863,342	55,726,684
114	11	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Amarillas	Amarillas. Descartables, para volumenes de 10 A 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	64,000	490	980	31,360,000	62,720,000
114	12	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Blancas	Blancas. Descartables, para volumenes de 10 A 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	75,907	210	420	15,940,470	31,880,940
114	13	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Azules	Azules. Descartables, para volumenes de 100 A 1000 microlitros,BOLSA X 500 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	64,667	155	310	10,023,385	20,046,770
114	14	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Blancas	Blancas. Descartables, para volumenes de 1000 a 5000 microlitros,BOLSA X 500 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	75,907	45	90	3,415,815	6,831,630
114	15	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Blanco o transparente	Blanco o transparente. Descartables, para volumenes de 1 a 10 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	75,907	60	120	4,554,420	9,108,840
114	16	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Blanco o transparente	Blanco o transparnte. Material de polietileno de baja densidad ajustable a pipetas de 10-200 ul	BOLSA X 1000 unidades como mínimo	unidad	75,907	50	100	3,795,350	7,590,700
114	17	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas	Descartables, para volumenes de 5 A 50 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	64,000	17	34	1,088,000	2,176,000
115	1	41121511-006	Pipeta para eritrosidimentacion de vidrio	Para método Westergreen. Pipeta tipo MACRO. De vidrio, resistente al calor, para macro eritrosedimentacion	unidad	unidad	10,372	280	560	2,904,160	5,808,320
115	2	41121511-006	Pipeta para eritrosidimentacion de vidrio	Para método Westergreen. Pipeta tipo MICRO. De vidrio, resistente al calor, para micro eritrosedimentacion	unidad	unidad	10,372	130	260	1,348,360	2,696,720
116	1	41121509-001	Pipeta Pasteur	DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN	unidad	unidad	955	7,200	14,400	6,876,000	13,752,000
117	1	41121511-011	Pipetas serológicas - 1 ml	De vidrio, resistente al calor, de 1 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	13,333	22	44	293,326	586,652
117	2	41121511-011	Pipetas serológicas - 2 ml	De vidrio, resistente al calor, de 2 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	13,667	24	48	328,008	656,016

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
118	1	41121511-011	Pipetas serológicas - 5 ml	De vidrio, resistente al calor, de 5 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	15,000	44	88	660,000	1,320,000
119	1	41121511-011	Pipetas serológicas - 10 ml	De vidrio, resistente al calor, de 10 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	16,333	44	88	718,652	1,437,304
120	1	41121511-011	Pipetas serológicas - 20 ml	De vidrio, resistente al calor, de 20 ML 1/10. Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	16,333	24	48	391,992	783,984
121	1	41121511-011	Pipetas serológicas - 1 ml	Doble aforo	unidad	unidad	13,333	14	28	186,662	373,324
121	2	41121511-011	Pipetas serológicas - 3 ml	Doble aforo	unidad	unidad	13,667	14	28	191,338	382,676
121	3	41121511-011	Pipetas serológicas - 5 ml	Doble aforo	unidad	unidad	15,000	14	28	210,000	420,000
122	1	41122101-005	Placa para tipificación	Placa de vidrio, borde esmerilado de 12 pocillos como mínimo.	unidad	unidad	105,900	86	172	9,107,400	18,214,800
123	1	41113036-001	Placa para VDRL	De vidrio, con 12 pocillos como mínimo.	unidad	unidad	93,000	110	220	10,230,000	20,460,000
124	1	41122404-001	Pinza para laboratorio	Tamaño mediano. Metálico. Costados rugosos para un mejor agarre con guantes. Dispone de punta estriada por la cara interna para facilitar la sujeción de la muestra.	unidad	unidad	124,600	38	76	4,734,800	9,469,600
125	1	41121805-001	Probeta	De plastico, semitransparente, alta resistencia, capacidad 1000 ML	unidad	unidad	152,833	20	40	3,056,660	6,113,320
125	2	41121805-001	Probeta	De plastico, semitransparente, alta resistencia, capacidad 500 ML	unidad	unidad	94,567	16	32	1,513,072	3,026,144
126	1	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor, capacidad 50 ML	unidad	unidad	42,500	17	34	722,500	1,445,000
126	2	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor, capacidad 100 ML	unidad	unidad	48,000	24	48	1,152,000	2,304,000
126	3	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor, capacidad 250 ML	unidad	unidad	91,000	14	28	1,274,000	2,548,000
126	4	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor, capacidad 500 ML	Unidad	Unidad	94,567	16	32	1,513,072	3,026,144
126	5	41121805-001	Probeta	De vidrio, resistente al calor, capacidad 1000 ML	unidad	unidad	152,833	14	28	2,139,662	4,279,324
127	1	41121511-012	Propipeta	APOPIPETAS DE GOMA) P/PIPETAS DE VIDRIO, C/ DISP. DE SUBIDA Y BAJADA	Unidad	Unidad	49,225	31	62	1,525,975	3,051,950
128	1	41122411-001	Cronómetro para laboratorio	Digital, con cronometro, memoria hasta 24 horas, para marcado de horas, minutos y segundos, con pinza para sujetar al bolsillo, iman para fijacion a superficies metalicas y soporte para fijacion vertical. Con batería incluida.	Unidad	Unidad	197,520	58	116	11,456,160	22,912,320
129	1	42281807-001	Testigos de esterilización para autoclave	Cinta indicadora de esterilización para autoclave, calor humedo 121 ºC, autoadhesivas, papel semi crepado, en rollo de 50 metros como mínimo.	Rollo de 50 metros como mínimo	unidad	27,667	10	20	276,670	553,340
129	2	42281807-002	Testigos de esterilización para estufa	Cinta indicadora de estererilización para calor seco de 150 a 200 ºC. (estufa de estereilización) autoadhesivas, papel semi crepado. En rollo de 50 metros como mínimo.	Rollo de 50 metros como mínimo	unidad	31,833	15	30	477,495	954,990

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DDC- DGAF

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-DOC -MSP Y BS

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
130	1	41121702-003	Tubo de centrífuga cónicos de plástico	De plastico, de 12 mililitros de capacidad. Aptos para centrifugación. Con indicador de graduación.	unidad	unidad	1,188	14,500	29,000	17,226,000	34,452,000
130	2	41121702-003	Tubo de centrífuga cónicos de plástico	CON TAPA. Tubos de polipropileno de alta transparencia de 15 mililitros de capacidad con tapa. Aptos para centrifugación.	unidad	unidad	1,188	15,000	30,000	17,820,000	35,640,000
131	1	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: **12 x 100 mm**	unidad	unidad	2,575	7,500	15,000	19,312,500	38,625,000
131	2	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: **13 x 100 mm**	Unidad	Unidad	2,575	2,500	5,000	6,437,500	12,875,000
131	3	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: **14 x 100 mm**	unidad	unidad	2,575	1,400	2,800	3,605,000	7,210,000
131	4	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: **16 x 100 mm**	unidad	unidad	4,718	1,400	2,800	6,605,200	13,210,400
131	5	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: **16 x 150 mm**	unidad	unidad	4,718	1,400	2,800	6,605,200	13,210,400
132	1	41121701-005	Tubos de Khan	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 12 x 75 mm	unidad	unidad	1,260	6,500	13,000	8,190,000	16,380,000
133	1	41121802-001	Varilla de vidrio	De vidrio, resistente al calor, 30 cms de largo.	unidad	unidad	9,082	55	110	499,510	999,020
134	1	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (autoclavable). De 150 ml	Unidad	Unidad	52,500	17	34	892,500	1,785,000
134	2	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (autoclavable). De 250 ml.	Unidad	Unidad	52,500	21	42	1,102,500	2,205,000
134	3	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (autoclavable). De 500 ml.	Unidad	Unidad	80,500	21	42	1,690,500	3,381,000
134	4	41121803-001	Vaso precipitado	De vidrio, resistente al calor (autoclavable). De 1000 ml.	Unidad	Unidad	80,500	7	14	563,500	1,127,000
135	1	41121701-006	Tubo de Microcentrifuga	Material de polipropileno de baja densidad, fondo cónico, con tapa unida al cuerpo. Capacidad mínima 0,5 mL.	unidad	Unidad	533	6,000	12,000	3,198,000	6,396,000
135	2	41121701-006	Tubo de Microcentrifuga	Material de polipropileno de baja densidad, fondo cónico, con tapa unida al cuerpo. Capacidad mínima 1,5 mL.	unidad	Unidad	533	6,000	12,000	3,198,000	6,396,000
136	1	41116015-336	Fucsina Pro analisis	(BASICA). Las Drogas deben tener 99,9% de pureza, certificada por la autoridad sanitaria del pais de origen, verificado mediante los controles de calidad interno y externo	Frasco x 25 a 30 gr.	Unidad	766,267	5	10	3,831,335	7,662,670
137	1	41116015-404	Ácido clorhídrico pro analisis	Los reactivos deben tener 99,9% de pureza, Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen. Verificado mediante los controles de calidad interno y externo.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Unidad	156,667	7	14	1,096,669	2,193,338
138	1	42172001-001	Palitos de madera	PALITO DE BROCHETTE LARGO. Inastillable resistentes.	Paquete x 100 unidades como mínimo	Unidad	9,195	11	22	101,145	202,290
139	1	41116015-788	Solucion Buffer de PH	SOLUCION BUFFER FOSFATO (PBS) pH 7,2. Con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen . Sobres conteniendo polvo para preparacion de 1 litro de buffer.	Paquetes para preparacion de 1 litro de buffer	Unidad	469,500	13	26	6,103,500	12,207,000
140	1	41116130-264	Kits de Ziehl-Neelsen	KIT DE COLORACIOM .LOS COLORANTES DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PAIS DE ORIGEN ,KIT DE COLORACION (3X100ML)COMO MINIMO	Kit	unidad	222,120	5,000	10,000	1,110,600,000	2,221,200,000
141	1	41116205-9975	Clamidia Test Rapido	Test Rápido inmunocromatográfico para detección de Chlamydia trachomatis en secreciones genitales y orina. Con certificados de calidad del pais de origen. Presentación en caja de 20 a 30 test.	Unidad	Determinación	10,850	3,700	7,400	40,145,000	80,290,000

Lic. Marta E. Wiegert
Opto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
142	1	41121509-001	Pipeta Pasteur	DE PLASTICO, DE 3 ML DE VOLUMEN	unidad	unidad	955	21,000	42,000	20,055,000	40,110,000
143	1	41116130-506	Test Helicobacter Pylori	TES RÁPIDO PARA HELICOBACTER PYLORI. Anticuerpos en suero. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del pais de origen. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casettes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	8,033	11,250	22,500	90,371,250	180,742,500
Monto total pedido XI Región Sanitaria - Central										**119,132,116,244**	**238,264,232,488**

XVIII REGIÓN SANITARIA - CAPITAL (LABORATORIO REGIONAL y CAPELLANES DEL CHACO)

144	1	41116120-001	Kit solución contador hematológico	CONTADOR HEMATOLOGICO DE 5 PARTES Reactivos con 1 (un) equipo en comodato. 1- La tecnología debe permitir realizar lecturas ópticas de precisión láser o citometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos. 2- Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. 3- Con capacidad como mínimo 24 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos. 4- El equipo debe procesar un mínimo de 50 muestras por hora, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. 5- El equipo solicitado en comodato no deberá tener más de 5 (cinco) años de fabricación. 6- Provisión de tubos con anticoagulante EDTA compatible con los equipos ofertados y en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. 7- El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada, Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). 8- Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. 9- Los equipos informáticos deberán poseer UPS. 10- Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. 11- Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (1 impresora como mínimo en comodato), tinta y/o tóner, hojas y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. 12- Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. 13- Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro	Unidad	Determinación	13,553	25,000	50,000	338,825,000	677,650,000

Lic. Marta E. Widgert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
144	2	41116105-126	Glicemia	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, de última generación, no mayor a 5 (CINCO) años de fabricación. 1 (un) EQUIPO DE QUÍMICA: Con capacidad de procesar 350 determinaciones hora como mínimo. Debe ser de acceso aleatorio, capacidad de carga de 50 posiciones de muestra como mínimo, realizar urgencias aleatoriamente y continuar procesando las demás muestras. Con 50 posiciones como mínimo de reactivos refrigerados a bordo. Debe tener posibilidad de incorporar tubos primarios y lector de códigos de barra en todas las posiciones. Rotor de reacción con temperatura controlada por peltier a 37ºc. Tipos de muestra: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (para HBA1C). 1 (un) EQUIPO DE INMUNOLOGÍA: Con capacidad de realizar 100 determinaciones/hora como mínimo. Sistema de análisis inmunológico totalmente automático, basándose en el sistema de detección por Quimioluminiscencia, Electro quimioluminiscencia o similar tecnología. Debe ser un aparato de acceso continuo de muestras y fácil manejo. Rotor: con capacidad para 15 muestras como mínimo. Las puntas de pipetas del equipo deberán ser descartables para eliminar la contaminación por arrastre. Recipiente de desechos sólidos (puntas de pipeta, cubetas, etc.) evitando así el contacto del usuario con los mismos ya que, una vez lleno, se extrae del sistema y se puede tirar íntegramente. PARA CADA EQUIPO: Todos estos equipos deben estas conectados a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información de los equipos auto analizadores al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (2 impresoras como mínimo en comodato, tinta y/o tóner) y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el oferente, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser deberá ser dentro de las 24 horas de haber realizado el reclamo y dentro del horario de trabajo del laboratorio , con personal calificado de la empresa. Se deberá proveer de tubos con gel separador de sueros en cantidad igual que las determinaciones solicitadas. Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (una) centrifuga de 36 tubos o más.**Para el Laboratorio Regional de la XVIII Region Sanitaria :La empresa adjudicada deberá proveer servicio de internet compatible con el sistema de Gestion de**	Unidad	Determinación	7,605	20,000	40,000	152,100,000	304,200,000
144	3	41116105-083	Reactivo para urea		Unidad	Determinación	7,627	20,000	40,000	152,540,000	305,080,000
144	4	41116105-082	Reactivo para creatinina		Unidad	Determinación	7,625	20,000	40,000	152,500,000	305,000,000
144	5	41116105-077	Reactivo para ácido úrico		Unidad	Determinación	7,722	15,000	30,000	115,830,000	231,660,000
144	6	41116105-129	HDL colesterol (Directo, sin precipitación)		Unidad	Determinación	7,793	15,000	30,000	116,895,000	233,790,000
144	7	41116105-079	Reactivo para colesterol		Unidad	Determinación	7,751	20,000	40,000	155,020,000	310,040,000
144	8	41116105-081	Reactivo para triglicéridos		Unidad	Determinación	7,725	20,000	40,000	154,500,000	309,000,000
144	9	41116105-127	GOT		Unidad	Determinación	7,725	15,000	30,000	115,875,000	231,750,000
144	10	41116105-128	GPT		Unidad	Determinación	7,725	15,000	30,000	115,875,000	231,750,000
144	11	41116105-159	Fosfatasa alcalina		Unidad	Determinación	7,725	15,000	30,000	115,875,000	231,750,000
144	12	41116105-123	Bilirrubina - Total		Unidad	Determinación	7,725	15,000	30,000	115,875,000	231,750,000
144	13	41116105-123	Bilirrubina - Directa		Unidad	Determinación	7,725	15,000	30,000	115,875,000	231,750,000
144	14	41116130-081	Gamma GT		Unidad	Determinación	7,677	5,000	10,000	38,385,000	76,770,000
144	15	41116113-016	Alfa amilasa		Unidad	Determinación	7,993	5,000	10,000	39,965,000	79,930,000
144	16	41116105-130	LDH		Unidad	Determinación	7,677	3,000	6,000	23,031,000	46,062,000
144	17	41116004-021	Proteínas totales		Unidad	Determinación	7,677	1,500	3,000	11,515,500	23,031,000
144	18	41116105-403	Albúmina		Unidad	Determinación	7,677	1,500	3,000	11,515,500	23,031,000
144	19	41113305-001	Calcio		Unidad	Determinación	7,677	4,000	8,000	30,708,000	61,416,000
144	20	41116113-022	Fósforo		Unidad	Determinación	7,677	2,000	4,000	15,354,000	30,708,000
144	21	41116105-005	Magnesio		Unidad	Determinación	7,677	2,000	4,000	15,354,000	30,708,000
144	22	41116105-109	CK MB		Unidad	Determinación	6,150	1,500	3,000	9,225,000	18,450,000

Lic. Marta E. Wiegert
Depto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
144	23	41113305-002	CK Total	**Laboratorio y para la monitorizacion y seguimiento de un Programa de Evaluación Externa de Calidad (Control de calidad de 3ra opinión)** Los equipos a ser instalados en: Para Laboratorio Regional (Equipo de Química y Equipo de Inmunología), Total 2 (dos) equipos en comodato. LOS EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS,DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN CADA SERVICIO ADJUDICADO.	Unidad	Determinación	7,406	1,500	3,000	11,109,000	22,218,000
144	24	41116004-020	Proteínas (Proteinuria)		Unidad	Determinación	5,632	1,000	2,000	5,632,000	11,264,000
144	25	41116109-002	Hemoglobina glicosilada (A1c)		Unidad	Determinación	56,919	5,000	10,000	284,595,000	569,190,000
144	26	41116003-011	Electrolitos (Na, K, Cl)		Unidad	Determinación	20,541	5,000	10,000	102,705,000	205,410,000
144	27	41111605-007	T3 Reactivo		Unidad	Determinación	49,235	3,000	6,000	147,705,000	295,410,000
144	28	41116126-013	Kits - Determinación de T4		Unidad	Determinación	49,235	3,000	6,000	147,705,000	295,410,000
144	29	41111605-003	FT3 reactivo		Unidad	Determinación	48,735	3,000	6,000	146,205,000	292,410,000
144	30	41111605-006	FT4 reactivo		Unidad	Determinación	49,808	3,000	6,000	149,424,000	298,848,000
144	31	41116105-368	TSH Reactivo		Unidad	Determinación	49,808	4,000	8,000	199,232,000	398,464,000
144	32	41115819-001	Rubeola IgG		Unidad	Determinación	53,900	2,000	4,000	107,800,000	215,600,000
144	33	41115819-002	Rubeola IgM		Unidad	Determinación	65,235	2,000	4,000	130,470,000	260,940,000
144	34	41116113-004	Reactivo para Toxoplasmosis IgG		Unidad	Determinación	56,935	2,000	4,000	113,870,000	227,740,000
144	35	41115819-003	Toxo IgM reactivo		Unidad	Determinación	63,315	2,000	4,000	126,630,000	253,260,000
144	36	41116126-016	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG		Unidad	Determinación	62,254	2,000	4,000	124,508,000	249,016,000
144	37	41116126-017	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM		Unidad	Determinación	65,733	2,000	4,000	131,466,000	262,932,000
144	38	41116105-166	Troponina (I) cuantitativo		Unidad	Determinación	58,020	200	400	11,604,000	23,208,000
144	39	41116105-131	Dimero D		Unidad	Determinación	164,650	500	1,000	82,325,000	164,650,000
144	40	41116105-271	Ferritina		Unidad	Determinación	59,463	500	1,000	29,731,500	59,463,000
144	41	41116105-284	Transferrina		Unidad	Determinación	61,390	500	1,000	30,695,000	61,390,000
144	42	41116105-131	Procalcitonina		Unidad	Determinación	164,650	500	1,000	82,325,000	164,650,000
144	43	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Determinación	71,700	400	800	28,680,000	57,360,000
144	44	41115819-005	Anti HBs cuantitativo		Unidad	Determinación	55,342	400	800	22,136,800	44,273,600
144	45	41116002-093	Reactivo antigeno de superficie para hepatitis B.		Unidad	Determinación	52,585	400	800	21,034,000	42,068,000
144	46	41116002-103	Hepatitis C		Unidad	Determinación	67,270	400	800	26,908,000	53,816,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-DOC -MSP Y BS

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
144	47	41116002-047	Reactivo para HIV		Unidad	Determinación	50,636	500	1,000	25,318,000	50,636,000
144	48	41116010-008	IgE Reactivo		Unidad	Determinación	62,770	200	400	12,554,000	25,108,000
144	49	41116105-400	Antígeno Prostático Específico (PAS) - Total		Unidad	Determinación	63,649	1,800	3,600	114,568,200	229,136,400
144	50	41113305-004	CA 125		Unidad	Determinación	72,777	400	800	29,110,800	58,221,600
144	51	41113305-005	CA 15-3		Unidad	Determinación	77,549	400	800	31,019,600	62,039,200
144	52	41113305-006	CA 19-9		Unidad	Determinación	72,777	500	1,000	36,388,500	72,777,000
144	53	41116004-026	CEA		Unidad	Determinación	60,145	1,000	2,000	60,145,000	120,290,000
144	54	41116105-590	Estradiol		Unidad	Determinación	53,790	200	400	10,758,000	21,516,000
144	55	41116010-041	FSH hormona folículo estimulante		Unidad	Determinación	54,162	200	400	10,832,400	21,664,800
144	56	41116010-042	LH hormona luteinizante		Unidad	Determinación	54,162	200	400	10,832,400	21,664,800
144	57	41116004-028	Progesterona		Unidad	Determinación	60,762	200	400	12,152,400	24,304,800
144	58	41116126-014	Kits - Determinación de Prolactina		Unidad	Determinación	47,600	200	400	9,520,000	19,040,000
144	59	41116015-464	Testosterona Reactivo		Unidad	Determinación	61,200	200	400	12,240,000	24,480,000
144	60	41116005-006	Reactivo TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato. Semi automatizado de 4 canales de medición independiente. Método óptico de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 10 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada (TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración. Servicio técnico y garantía de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 5 (CINCO) años de fabricación. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas. **A ser instalado en Laboratorio Regional.** LOS EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS,DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN CADA SERVICIO ADJUDICADO.	Unidad	Determinación	8,724	2,000	4,000	17,448,000	34,896,000
144	61	41116005-007	Reactivo TTPA		Unidad	Determinación	11,851	2,000	4,000	23,702,000	47,404,000
144	62	41116113-001	Reactivo de Fibrinógeno		Unidad	Determinación	12,041	2,000	4,000	24,082,000	48,164,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
145	1	41116120-001	Kit solución contador hematológico	CONTADOR HEMATOLOGICO DE 5 PARTES Reactivos con 1 (un) equipo en comodato. 1- La tecnología debe permitir realizar lecturas ópticas de precisión láser o citometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos. 2- Identificación para las células anormales; análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. 3- Con capacidad como mínimo 24 parámetros hematológicos y además ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos. 4- Los equipos deben procesar un mínimo de 50 muestras por hora, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado. 5- El equipo solicitado en comodato no deberá tener más de 5 (cinco) años de fabricación. 6- Provisión de tubos con anticoagulante EDTA compatible con los equipos ofertados y en cantidad igual que las determinaciones de hemograma solicitadas. 7- El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada, Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). 8- Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. 9- Los equipos informáticos deberán poseer UPS. 10- Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. 11- Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (1 impresora como mínimo en comodato), tinta y/o tóner, hojas y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. 12- Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. 13- Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro	Unidad	Determinación	13,553	8,000	16,000	108,424,000	216,848,000
145	2	41116105-126	Glicemia	REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS PARA USAR CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, de última generación, no mayor a 5 (CINCO) años de fabricación. 1 (un) EQUIPO DE QUÍMICA: Con capacidad de procesar 350 determinaciones hora como mínimo. Debe ser de acceso aleatorio, capacidad de carga de 50 posiciones de muestra como mínimo, realizar urgencias aleatoriamente y continuar procesando las demás muestras. Con 50 posiciones como mínimo de reactivos refrigerados a bordo. Debe tener posibilidad de incorporar tubos primarios y lector de códigos de barra en todas las posiciones. Rotor de reacción con temperatura controlada por peltier a 37ºc. Tipos de muestra: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (para HBA1C). 1 (un) EQUIPO DE INMUNOLOGÍA: Con capacidad de realizar 100 determinaciones/hora como mínimo. Sistema de análisis inmunológico totalmente automático, basándose en el sistema de	Unidad	Determinación	7,605	6,000	12,000	45,630,000	91,260,000
145	3	41116105-083	Reactivo para urea		Unidad	Determinación	7,627	6,000	12,000	45,762,000	91,524,000
145	4	41116105-082	Reactivo para creatinina		Unidad	Determinación	7,625	6,000	12,000	45,750,000	91,500,000
145	5	41116105-077	Reactivo para ácido úrico		Unidad	Determinación	7,722	5,000	10,000	38,610,000	77,220,000
145	6	41116105-129	HDL colesterol (Directo, sin precipitación)		Unidad	Determinación	7,793	5,000	10,000	38,965,000	77,930,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO-DOC -MSP Y BS

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
145	7	41116105-079	Reactivo para colesterol	detección por Quimioluminiscencia, Electro quimioluminiscencia o similar tecnología. Debe ser un aparato de acceso continuo de muestras y fácil manejo. Rotor: con capacidad para 15 muestras como mínimo. Las puntas de pipetas del equipo deberán ser descartables para eliminar la contaminación por arrastre. Recipiente de desechos sólidos (puntas de pipeta, cubetas, etc.) evitando así el contacto del usuario con los mismos ya que, una vez lleno, se extrae del sistema y se puede tirar íntegramente. PARA CADA EQUIPO: Todos estos equipos deben estas conectados a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. Conexión y transferencia de la información de los equipos auto analizadores al sistema de gestión de laboratorio. El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad). Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software. Los equipos informáticos deberán poseer UPS. Los equipos en comodato deben incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (2 impresoras como mínimo en comodato, tinta y/o tóner) y todos los consumibles que el usuario crea conveniente. Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico. Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el oferente, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas. Brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel y presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser deberá ser dentro de las 24 horas de haber realizado el reclamo y dentro del horario de trabajo del laboratorio , con personal calificado de la empresa. Se deberá proveer de tubos con gel separador de sueros en cantidad igual que las determinaciones solicitadas. Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores. El proveedor deberá entregar en comodato 1 (una) centrífuga de 36 tubos o más.**Para el Laboratorio Regional de la XVIII Region Sanitaria :La empresa adjudicada deberá proveer servicio de internet compatible con el sistema de Gestion de Laboratorio y para la monitorizacion y seguimiento de un Programa de Evaluación Externa de Calidad (Control de calidad de 3ra opinión)** Los equipos a ser instalados en: Policlínica Capellanes del Chaco - XVIII RS Capital (Equipo de Química y Equipo de Inmunología). Total 2 (dos)equipos en comodato. LOS EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS,DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN CADA SERVICIO ADJUDICADO.	Unidad	Determinación	7,751	6,000	12,000	46,506,000	93,012,000
145	8	41116105-081	Reactivo para triglicéridos		Unidad	Determinación	7,725	6,000	12,000	46,350,000	92,700,000
145	9	41116105-127	GOT		Unidad	Determinación	7,725	4,000	8,000	30,900,000	61,800,000
145	10	41116105-128	GPT		Unidad	Determinación	7,725	4,000	8,000	30,900,000	61,800,000
145	11	41116105-159	Fosfatasa alcalina		Unidad	Determinación	7,725	4,000	8,000	30,900,000	61,800,000
145	12	41116105-123	Bilirrubina - Total		Unidad	Determinación	7,725	4,000	8,000	30,900,000	61,800,000
145	13	41116105-123	Bilirrubina - Directa		Unidad	Determinación	7,725	4,000	8,000	30,900,000	61,800,000
145	14	41116130-081	Gamma GT		Unidad	Determinación	7,677	1,000	2,000	7,677,000	15,354,000
145	15	41116113-016	Alfa amilasa		Unidad	Determinación	7,993	500	1,000	3,996,500	7,993,000
145	16	41116105-130	LDH		Unidad	Determinación	7,677	500	1,000	3,838,500	7,677,000
145	17	41116004-021	Proteínas totales		Unidad	Determinación	7,677	500	1,000	3,838,500	7,677,000
145	18	41116105-403	Albúmina		Unidad	Determinación	7,677	500	1,000	3,838,500	7,677,000
145	19	41113305-001	Calcio		Unidad	Determinación	7,677	1,200	2,400	9,212,400	18,424,800
145	20	41116113-022	Fósforo		Unidad	Determinación	7,677	500	1,000	3,838,500	7,677,000
145	21	41116105-005	Magnesio		Unidad	Determinación	7,677	500	1,000	3,838,500	7,677,000
145	22	41116105-109	CK MB		Unidad	Determinación	6,150	500	1,000	3,075,000	6,150,000
145	23	41113305-002	CK Total		Unidad	Determinación	7,406	500	1,000	3,703,000	7,406,000
145	24	41116004-020	Proteínas (Proteinuria)		Unidad	Determinación	5,632	500	1,000	2,816,000	5,632,000
145	25	41116109-002	Hemoglobina glicosilada (A1c)		Unidad	Determinación	56,919	3,000	6,000	170,757,000	341,514,000
145	26	41111605-007	T3 Reactivo		Unidad	Determinación	49,235	1,200	2,400	59,082,000	118,164,000
145	27	41116126-013	Kits - Determinación de T4		Unidad	Determinación	49,235	1,200	2,400	59,082,000	118,164,000
145	28	41111605-003	FT3 reactivo		Unidad	Determinación	48,735	1,000	2,000	48,735,000	97,470,000
145	29	41111605-006	FT4 reactivo		Unidad	Determinación	49,808	1,000	2,000	49,808,000	99,616,000
145	30	41116105-368	TSH Reactivo		Unidad	Determinación	49,808	1,500	3,000	74,712,000	149,424,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
145	31	41115819-001	Rubeola IgG		Unidad	Determinación	53,900	1,200	2,400	64,680,000	129,360,000
145	32	41115819-002	Rubeola IgM		Unidad	Determinación	65,235	1,200	2,400	78,282,000	156,564,000
145	33	41116113-004	Reactivo para Toxoplasmosis IgG		Unidad	Determinación	56,935	1,200	2,400	68,322,000	136,644,000
145	34	41115819-003	Toxo IgM reactivo		Unidad	Determinación	63,315	1,200	2,400	75,978,000	151,956,000
145	35	41116126-016	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG		Unidad	Determinación	62,254	1,200	2,400	74,704,800	149,409,600
145	36	41116126-017	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM		Unidad	Determinación	65,733	1,200	2,400	78,879,600	157,759,200
145	37	41116105-166	Troponina (I) cuantitativo		Unidad	Determinación	58,020	200	400	11,604,000	23,208,000
145	38	41116105-131	Procalcitonina		Unidad	Determinación	164,650	200	400	32,930,000	65,860,000
145	39	41116105-131	Dimero D		Unidad	Determinación	164,650	200	400	32,930,000	65,860,000
145	40	41116105-271	Ferritina		Unidad	Determinación	59,463	300	600	17,838,900	35,677,800
145	41	41116105-284	Transferrina		Unidad	Determinación	61,390	300	600	18,417,000	36,834,000
145	42	41115819-009	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)		Unidad	Determinación	71,700	200	400	14,340,000	28,680,000
145	43	41115819-005	Anti HBs cuantitativo		Unidad	Determinación	55,342	200	400	11,068,400	22,136,800
145	44	41116002-093	Reactivo antigeno de superficie para hepatitis B.		Unidad	Determinación	52,585	200	400	10,517,000	21,034,000
145	45	41116002-103	Hepatitis C		Unidad	Determinación	67,270	200	400	13,454,000	26,908,000
145	46	41116002-047	Reactivo para HIV		Unidad	Determinación	50,636	200	400	10,127,200	20,254,400
145	47	41116010-008	IgE Reactivo		Unidad	Determinación	62,770	300	600	18,831,000	37,662,000
145	48	41116105-400	Antígeno Prostático Específico (PAS) - Total		Unidad	Determinación	63,649	1,000	2,000	63,649,000	127,298,000
145	49	41113305-004	CA 125		Unidad	Determinación	72,777	600	1,200	43,666,200	87,332,400
145	50	41113305-005	CA 15-3		Unidad	Determinación	77,549	600	1,200	46,529,400	93,058,800
145	51	41113305-006	CA 19-9		Unidad	Determinación	72,777	600	1,200	43,666,200	87,332,400
145	52	41116004-026	CEA		Unidad	Determinación	60,145	800	1,600	48,116,000	96,232,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
145	53	41116005-006	Reactivo TP	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE CRASIS SANGUINEA. Con equipo en comodato. Semi automatizado de 4 canales de medición independiente. Método óptico de la formación del coágulo. Capacidad de incubación de 10 o más muestras. Deben incluir determinación de fibrinógeno con buffer de dilución de muestras, cefalina activada (TTPA) , cloruro de calcio, tromboplastina cálcica con buffer, controles, cubetas, esferas o barras magnéticas, Además mantenimiento, reparaciones, elementos consumibles (como papeles para la impresora del equipo). Almacenamiento de curva e impresión de las curvas de calibración. Servicio técnico y garantía de funcionamiento, en caso necesario, provisión de un equipo de repuesto. Controles, Calibradores y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo. El equipo ofertado no deberá tener más de 5 (CINCO) años de fabricación. Provisión de tubos con anticoagulante citrato de sodio en igual cantidad de las determinaciones solicitadas. **A ser instalados en Policlínica Capellanes del Chaco - XVIII RS Capital.** LOS EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS,DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN CADA	Unidad	Determinación	8,724	2,000	4,000	17,448,000	34,896,000
145	54	41116005-007	Reactivo TTPA		Unidad	Determinación	11,851	2,000	4,000	23,702,000	47,404,000
145	55	41116113-001	Reactivo de Fibrinógeno		Unidad	Determinación	12,041	2,000	4,000	24,082,000	48,164,000
146	1	41115816-002	Cartucho para Analizador de Sangre	Cartuchos de un solo uso, para la determinación de análisis vital de sangre, método microelectrodo, cuantitativo y simultánea de los siguientes parámetros en sangre entera como mínimo: **Sodio (Na), Potasio (K), Cloruro (Cl), Calcio Ionizado (iCa), Glucosa (Glu), Creatinina (Crea), Hematocrito (Hct) y Hemoglobina (Hgb).** Presentación de entrega: caja de 20-25 cartuchos. Con certificado de calidad FDA o ISO. Con provisión de Equipo autoanalizador sanguíneo portátil en COMODATO. Especificaciones Técnicas de los cartuchos: Conservación entre 2º. y 8º. C. El cartucho debe estar envasado en bolsa de papel metalizado y sellado con etiqueta conteniendo: nombre del panel, análisis incluidos en el panel, número de lote y fecha de caducidad. Los cartuchos se utilizarán con el Analizador Clínico portátil, dado en comodato para la determinación cuantitativa simultánea específica de las substancias analizadas en sangre entera de parámetros metabólicos y hematológicos a la vez. Fácil de usar, preciso y sencillo. Simplemente que se introduzca el cartucho en el lector y el proceso de análisis se realiza de forma completamente automática, sin intervención del operador (inclusive la calibración). Debe ser de un solo uso y desechable, pudiendo procesar los test en forma simultánea y al lado del paciente, o en todo lugar. Completamente autónomo y rápido. Para realizar una prueba, basta aplicar 2 ó 4 gotas de sangre completa y al lado del paciente, en el cartucho y una vez introducido en el lector, los resultados deben aparecer y comunicar en escasos minutos. Incluir folleto informativo o ficha técnica. Especificaciones Técnicas del Analizador Portátil: El sistema debe estar siempre listo para ser usado, no requiere preparación previa ni mantenimiento. Que pueda almacenar en su memoria 5.000 test como mínimo, los cuales pueden ser consultados en cualquier momento. Completamente portátil que funciona a bateria, con diseño de teclas suaves, para uso cómodo y sencillo por personal clínico. Exhaustivo: que el sistema pueda procesar todas las pruebas de Electrolíticos, Químicas y Hematologicas. Facilidad de muestreo: Las pruebas puedan procesarse utilizando muestras de sangre total o punción cutánea, con solo una pequeña cantidad de sangre de 17 a 95 ul. (2 ó 4 gotas de sangre). Salvaguardar contra error de entrada: Debe tener lector de código de barras de laser integrado, capaz de scanear un envase de cartucho con código de barra. El equipo permite tener los datos del paciente y del operador o escanear el código de barra para introducir la información de identificación de paciente. Completamente automático o comunicación bidireccional, una vez introducido el cartucho en el lector, el proceso de análisis se realiza completamente automatizado. Por cada lector se debe entregar:- 2 (dos) baterías recargables de 9 Voltios; - 1 (un) Recargador de batería; - 1 (un) Simulador electrónico para control de calidad; - 1 (un)	Unidad	Determinación	88,833	500	1,000	44,416,500	88,833,000

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
OTROS REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO - XVIII Región Sanitaria Capital											
147	1	41116105-295	Anti A Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupos sanguíneos. Con certificado de calidad de origen.	Frasco x 10 ml como mínimo	Unidad	45,167	70	140	3,161,690	6,323,380
147	2	41116105-296	Anti B Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupos sanguíneos. Con certificado de calidad de origen.	Frasco x 10 ml como mínimo	Unidad	45,167	70	140	3,161,690	6,323,380
147	3	41116105-297	Anti D Monoclonal	Aglutinación sanguínea. Para la determinación de grupos sanguíneos. Con certificado de calidad de origen.	Frasco x 10 ml como mínimo	Unidad	67,833	70	140	4,748,310	9,496,620
148	1	41116130-131	Asto	Aglutinación en látex. Para la detección de Antiestreptolisina O en suero. Con certificados de calidad de origen. Con controles positivos y negativos incluidos. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 50 y un máximo de 150 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	1,861	2,200	4,400	4,094,200	8,188,400
148	2	41116130-130	Factor reumatoide	Prueba rápida en lamina de aglutinacion de latex para la determinacion cuali y semicuantitativa del factor reumatoideo. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del pais de origen. Con controles positivos y negativos incluidos. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 50 y un máximo de 150 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	1,713	2,200	4,400	3,768,600	7,537,200
148	3	41116004-003	Proteina C. Reactivo (P.C.R.)	Para la deteccion y cuantificacion de proteina C reactiva en suero. Aglutinación directa. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de origen. Con controles positivos y negativos incluidos. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 50 y 150 determinaciones por presentación. Con provisión de equipo Agitador de Placas en comodato, para las siguientes dependencias: XVIII RS Capital (Laboratorio Regional) y Policlínica Capellanes del Chaco, **TOTAL: 2 (dos) equipos en comodato.** Los responsables en las mencionadas dependencias indicarán los sitios específicos donde entregar, instalar e instruir en forma adecuada el correcto funcionamiento del equipo solicitado. Mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y respuestos incluidos en la oferta durante el tiempo que dure el contrato.	Unidad	Determinación	22,700	7,000	14,000	158,900,000	317,800,000
149	1	41116002-071	Colorante Wrigh	LISTO PARA USO. Colorante. Los reactivos deben poseer certificado de calidad emitida por la autoridad sanitaria del pais de origen.	Frasco x 1000 ml. como mínimo	Unidad	1,226,567	48	96	58,875,216	117,750,432
150	1	41116113-020	Reactivo para Diagnostico de Embarazo	Test rápido inmunocromatografico en un solo paso. Capacidad de deteccion a partir de 25 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma. Con certificado de calidad del país de origen. Capacidad de realizar un mínimo de 20 y un máximo de 60 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	7,840	2,800	5,600	21,952,000	43,904,000
151	1	41116205-9996	Test Rápido para Hepatitis B	HBs Ag. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del pais de origen. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casettes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 10 y máximo 25 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	2,684	3,200	6,400	8,588,800	17,177,600
152	1	41116205-9998	Test Rápido para Influenza	**Test rápido inmunocromatografico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B.** Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad de 98%. Con certificado de Calidd del pais de origen.	Unidad	Determinación	35,667	900	1,800	32,100,300	64,200,600
153	1	41116205-9992	Sifilis - Test Rapido	Test rápido para detección cualitativa de anticuerpos contra Treponema pallidum. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99%, con certificado de Calidad del pais de origen. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casettes y de lectura visual.	Unidad	Determinación	3,900	3,250	6,500	12,675,000	25,350,000

Lic. Marta E. Wiegert
Jefa de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
154	1	41116205-9993	Test Rápido para HIV	HIV 1+2. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad del 100%, con certificado de Calidad del pais de origen. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casettes y de lectura visual. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	4,227	3,250	6,500	13,737,750	27,475,500
155	1	41113035-013	Tiras Reactivas de Orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteinas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina y sangre. La presentación debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección práctico y exactitud. Con Certificado de Calidad del pais de origen. **El inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.** Presentación de entrega: caja de 50 tiras reactivas como mínimo. La convocante podrá solicitar pruebas en laboratorios de referencia de los productos ofertados.	Unidad	Determinación	12,983	24,000	48,000	311,592,000	623,184,000
156	1	41116105-122	Reactivo antígeno V.D.R.L.	FLOCULACION DIRECTO en placa. Suspensión antigénica estabilizada para realizar la prueba VDRL modificada (USR) de detección de sífilis en suero, plasma o líquido cefalorraquídeo (LCR). Con certificados de calidad por el pais de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 200 y un máximo de 250 determinaciones por presentación.	Unidad	Determinación	328	6,000	12,000	1,968,000	3,936,000
157	1	41121701-008	Tubo con anticoagulante - EDTA	Para hematología. En polipropileno transparente. Tubos para extracción sanguínea con tampones de goma pre-perforado y perforable. Con anticoagulante EDTA. Capacidad de muestra máxino 1 ml.	unidad	unidad	1,360	1,500	3,000	2,040,000	4,080,000
157	2	41121701-008	Tubo con anticoagulante - EDTA	En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml.	unidad	unidad	1,360	1,500	3,000	2,040,000	4,080,000
158	1	41122601-005	Porta Lamina	CAJA PARA LÁMINAS PORTAOBJETOS. En poliestireno con tapa transparente. Capacidad de 100 láminas como mínimo.	unidad	unidad	115,500	4	8	462,000	924,000
158	2	41122601-005	Porta Lamina	CAJA PARA LÁMINAS PORTAOBJETOS. En poliestireno con tapa transparente. Capacidad de 50 láminas como mínimo.	unidad	unidad	99,500	4	8	398,000	796,000
159	1	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Tamaño grande.	unidad	unidad	20,195	31	62	626,045	1,252,090
159	2	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Tamaño mediano.	unidad	unidad	16,118	31	62	499,658	999,316
159	3	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Tamaño chico.	unidad	unidad	16,118	31	62	499,658	999,316
160	1	41121810-017	Frasco recolector (para orina)	Frascos para orina de plastico, esteriles, boca ancha, tapa rosca, volumen 80 ml como mínimo, en paquetes individuales	Frasco x 80 ml como mínimo	Unidad	1,358	14,000	28,000	19,012,000	38,024,000
161	1	41104112-001	Bolsita colectora de orina para analisis	COLECTOR DE ORINA - PEDIÁTRICO. De plastico, esteriles, en paquetes individuales.	Unidad	Unidad	805	700	1,400	563,500	1,127,000
162	1	41122413-001	Goma de ligar	Para extracción de sangre. Presentación individual. Con dispositivo de ajuste.	Unidad	Unidad	4,680	30	60	140,400	280,800
163	1	41122602-002	Láminas cubreojeto	De vidrio, 22 x 22 mm .Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. La oferta es por unidad de lámina.	unidad	unidad	184	18,000	36,000	3,312,000	6,624,000
164	1	41121805-008	Láminas esmeriladas	Esmerilada, 76 x 26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina.	unidad	unidad	365	10,000	20,000	3,650,000	7,300,000
165	1	41104929-999	Papel de Filtro Cualitativo	Cualitativo de 15 cm de diámetro. Bolsa x 100 unidades como mínimo.	bolsa x 100 unidades como mínimo	Unidad	68,750	8	16	550,000	1,100,000
166	1	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Amarillas	Amarillas. Descartables, para volumenes de 10 A 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	64,000	11	22	704,000	1,408,000
166	2	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Blancas	Blancas. Descartables, para volumenes de 10 A 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	75,907	10	20	759,070	1,518,140
166	3	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas - Azules	Azules. Descartables, para volumenes de 100 A 1000 microlitros,BOLSA X 500 unidades como mínimo	Bolsa	unidad	64,667	9	18	582,003	1,164,006

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL - MSPyBS

Lote	Ítem	Cód. Cat.	Producto	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio Estimativo	Pedido Mínimo	Pedido Máximo	Monto Mínimo	Monto Máximo
167	1	41121509-001	Pipeta Pasteur	DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN	unidad	unidad	955	5,500	11,000	5,252,500	10,505,000
168	1	41121511-011	Pipetas serológicas - 1 ml	De vidrio, resistente al calor, de 1 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	13,333	15	30	199,995	399,990
168	2	41121511-011	Pipetas serológicas - 2 ml	De vidrio, resistente al calor, de 2 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	13,667	15	30	205,005	410,010
168	3	41121511-011	Pipetas serológicas - 5 ml	De vidrio, resistente al calor, de 5 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	15,000	15	30	225,000	450,000
168	4	41121511-011	Pipetas serológicas - 10 ml	De vidrio, resistente al calor, de 10 ML (1/100). Con certificado de calibración individual.	unidad	unidad	16,333	15	30	244,995	489,990
169	1	41122101-005	Placa para tipificación	Placa de vidrio, borde esmerilado de 12 pocillos como mínimo.	unidad	unidad	105,900	14	28	1,482,600	2,965,200
170	1	41113036-001	Placa para VDRL	De vidrio, con 12 pocillos como mínimo.	unidad	unidad	93,000	16	32	1,488,000	2,976,000
171	1	41122404-001	Pinza para laboratorio	Tamaño mediano. Metálico. Costados rugosos para un mejor agarre con guantes. Dispone de punta estriada por la cara interna para facilitar la sujeción de la muestra.	unidad	unidad	124,600	3	6	373,800	747,600
172	1	41122411-001	Cronómetro para laboratorio	Digital, con cronometro, memoria hasta 24 horas, para marcado de horas, minutos y segundos, con pinza para sujetar al bolsillo, iman para fijacion a superficies metalicas y soporte para fijacion vertical. Con batería incluida.	Unidad	Unidad	197,520	6	12	1,185,120	2,370,240
173	1	41121702-003	Tubo de centrifuga cónicos de plástico	CON TAPA. Tubos de polipropileno de alta transparencia de 15 mililitros de capacidad con tapa. Aptos para centrifugación.	unidad	unidad	1,188	4,100	8,200	4,870,800	9,741,600
174	1	41121701-006	Tubo de Microcentrifuga	Material de polipropileno de baja densidad, fondo cónico, con tapa unida al cuerpo. Capacidad mínima 1,5 mL.	unidad	Unidad	533	500	1,000	266,500	533,000
175	1	41116015-788	Solucion Buffer de PH	SOLUCION BUFFER FOSFATO (PBS) pH 7,2. Con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen . Sobres conteniendo polvo para preparacion de 1 litro de buffer.	Paquetes para preparacion de 1 litro de buffer.	Unidad	469,500	1	2	469,500	939,000
Monto total pedido XVIII Región Sanitaria - Capital										**7,579,754,905**	**15,159,509,810**
MONTO TOTAL DEL PEDIDO										**126,711,871,149**	**253,423,742,298**

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC- DGAF

MEMORANDO DLIC N° 1241 /2022

A: **LIC. JORGE MOLINAS**, Jefe
Departamento de Planificación y Presupuesto

REF.: **Dictamen de Precios Complementarios de la LPN N° 06/22 –ID 406.459**

OBJETO: **SOLICITAR DICTAMEN DE PRECIOS COMPLEMENTARIOS**

DE: **ABG. ALBERTO JARA IRALA**, Jefe
Departamento de Licitaciones

FECHA: **lunes, 01 de agosto de 2022** Exp.: 183.622 /2021

En el marco de la Licitación de referencia, se solicita que el Complemento de Precios Referenciales, solicito se ajuste al listado de pedido remitido por la Red de Laboratorios que se halla publicado en el Portal de la DNCP, a fin de poder ajustar los precios del PAC de acuerdo a la última versión del PBC.

Adjunto remito Planilla de Pedidos conforme a la Publicación en el SICP y al Pedido de la Red de Laboratorios

Atentamente,