PAC N°: 281.003.-

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 72/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL"**, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

Consulta 1:

Ítem N° 3: Macrocentrifugadora

Se solicita como accesorios : Un juego de portatubos para 15 ml
Un juego de portatubos para 10 ml
Un juego de adaptadores para tubos de 12 x 75 mm
Un juego de adaptadores para tubos de 13 x 100 mm

Consulta: Los accesorios mencionados son para rotor oscilante y para el rotor angular fijo o para cual de los rotores mencionados.

Respuesta: Se aclara que en el ítem 3, donde dice características técnicas mínimas, se solicita motor oscilante, lo que por consiguiente los Accesorios solicitados deben ser para ese rotor, es decir, los accesorios solicitados son para rotor oscilante, favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 2:

Ítem N° 29: Espectrofotometro

Algunas de las especificaciones técnicas mencionadas se ajustan por una parte a un espectrofotómetro y por otro parte se ajustan a las especificaciones técnicas de un fotómetro de filtro, por lo que resultan ambiguas.

Consulta: ¿ Se solicita entonces un espectrofotómetro o se solicita un fotómetro de filtro ?

Respuesta: Se aclara que en el ítem 29 se solicita un Espectrofotómetro, favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 3:

a. Ítem 6 Separador de Plasma

Pide: Separador manual de Plasma

Solicitamos. Aclarar si piden un aparato con resorte mecánico o electrónico

Respuesta: Se aclara que en el ítem 6, Separador "MANUAL" de Plasma se solicita Placa de presión transparente accionado por RESORTE, como se observa a continuación, la naturaleza del resorte no tiene relevancia, favor ajustarse al PBC.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPyBS

ITEM 6	SEPARADOR DE PLASMA
Características mínimas requeridas:	Separador Manual de Plasma
	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN
	Normas de Calidad para los ítems a ofertar: ISO / CE / UL / FDA / TÜV, Normas del Mercosur o al menos una de ellas, aclarar en la oferta cual norma cumple cada bien ofertado
	Placa de presion transparente accionado por resorte,
	Estructura de acero pintada por pintura de capa espolvoreada resistente a agentes químicos
	Manual de operación y servicio en español con certificado de calidad e inspección técnica.

Consulta 4:

b. Ítem 23 Micrótomo: Características técnicas

Pide: .Avance automático: menciona medidas muy concretas, al ser representante una de las marcas más prestigiosas del mundo en histopatología.

Solicitamos: abrir estos parámetros a los sugeridos abajo

Avance automático:

de 0,5 - 5,0 µm	**en pasos de 0,5 m**
de 5,0 - 20,0 µm	**en pasos de 1,0 m**
de 20,0 - 60,0 µm	**en pasos de 5,0 m**
de 60,0 - 100,0 µm	**en pasos de 10,0 m**

c. 2. Pide Avance Horizontal:

Consulta: Se refiere a "Avance Total de la Muestra?

d. 3. Pide: Movimiento vertical:

Solicitamos: ampliar el rango hasta 70mm.-

Respuesta: Se aclara que en todos los ítems las especificaciones técnicas son mínimas, en caso que se oferte una tecnología superior y cumpla con las finalidades requeridas, también estará cumpliendo con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas, favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 5:

e. Ítem 24 Centro de Inclusión de Parafina: Características técnicas

Pide: "Contenedor caliente para casetas con bandeja de aprox 3lts" al mismo tiempo solicita "Tanque de parafina de 5lts".

Solicitamos. Adecuar a la medida del Contenedor caliente al tanque de parafina a 3lts. Ya que esta es la medida estándar para este tipo de instrumento.

f. Pide. Área de enfriamiento hasta -10° a 45°

Solicitamos: Ampliar el rango hasta -18° a 40°C

g. Pide: Calentador del fórceps: hasta 80°C

Solicitamos: Ampliar el rango hasta 70°

h. Favor aclarar el requerimiento. "Almacenamiento de tejidos". Desde 40°C hasta 80°C

Respuesta: Se aclara que en todos los ítems las especificaciones técnicas son mínimas, en caso que se oferte una tecnología superior y cumpla con las finalidades requeridas, también estará cumpliendo con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas, favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Consulta 6:

i. Ítem 25: Criostato

Pide: Avance automático del espécimen: **menciona medidas muy concretas, ser representante una de las marcas más prestigiosas del mundo en histopatología, nos gustaría ofrecer un producto de la mejor calidad por lo que:**

Solicitamos: ampliar estos parámetros a los sugeridos abajo

0 - 2 µm en pasos de 0,5 µm
2 - 10 µm en pasos de 1 µm
10 - 20 µm en pasos de 2 µm
20 - 60 µm en pasos de 5 µm
60 - 100 µm en pasos de 10 µm
100 - 300 µm en pasos de 50 µm

j. Criobarra

Pide: Congelación rápida del espécimen hasta -60ºC

Solicitamos: Ampliar el rango hasta - 50ºC

Respuesta: Se aclara que en todos los ítems las especificaciones técnicas son mínimas, en caso que se oferte una tecnología superior y çumpla con las finalidades requeridas, también estará cumpliendo con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas, favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 7:

Para todos los ítems: Cual será el procedimiento de certificación que utilizaran en la recepción de los equipos para determinar si son equipos nuevos y no reacondicionados?

Respuesta: Se aclara que para todos los ítems, en la página 27 punto 3 – PLAN DE ENTREGAS se describe detalladamente el procedimiento de recepción de los equipos, favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.

ASUNCIÓN, 06 de mayo de 2015.-

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS