ADENDA Nº 02/2010
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2010
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO".
19/08/2010.

- **CONSULTA:** En el ítem 1 se solicita Baño María con 8 bocas, ¿podría ofertarse un equipo con 6 bocas?

  RESPUESTA: Sí, puede ofertarse un equipo con 6 bocas.

- **CONSULTA:** En el ítem 7 se solicita Conductivímetro, ¿debe ser portátil o de mesa?

  RESPUESTA: Debe ser de mesa.

- **CONSULTA:** En el ítem 36 se solicita Agitador magnético con marcador de revoluciones por minuto, ¿podemos ofertar un equipo con perilla de regulación continua referencial de las revoluciones con un rango de regulación de 0 hasta 3.000 revoluciones?

  RESPUESTA: Sí, puede ofertarse un equipo con las características descriptas.

- **CONSULTA:** Para el ítem 36 Agitador magnético, ¿se necesita ofertar el equipo con una barra de soporte?

  RESPUESTA: No es necesario ofertar el equipo con una barra de soporte.

- **CONSULTA:** Solicitamos que se aumente el plazo de entrega de los bienes de la presente licitación, pues para importar, despachar y entregar dichos bienes es necesario aproximadamente 120 (ciento veinte) días.

  RESPUESTA: Se mantiene el plazo fijado en la Sección V – Programas de Suministros, punto 2 Plan de entregas del Pliego de bases y condiciones (60 días calendarios a la firma del contrato).

- **CONSULTA:** En los ítems 15 y 16 solicitan Picnómetro con termómetro, pero en las especificaciones técnicas dan la descripción de densímetro, ¿cuál de los dos debemos cotizar?

  RESPUESTA: Para el ítem 15 se debe cotizar el densímetro de rango 1.000 a 1.200, longitud 300 mm., y para el ítem 16 densímetro de rango 1.200 a 1.400, longitud 300 mm.

Pablo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

- **CONSULTA:** En el ítem 18 piden Desecador de vacío de Silicona, los desecadores son de vidrio, las tapas de los desecadores tienen goma de silicona ¿podrían aclarar las especificaciones técnicas?

  RESPUESTA: Para el ítem 18 indefectiblemente se debe ofertar de silicona o policarbonato transparente, para el ítem 19 si corresponde ofertar de vidrio con todas las especificaciones técnicas indicadas.

- **Se modifica la fecha de presentación y apertura de ofertas a:**

  Presentación de oferta: **26 de agosto de 2010, hasta las 13:30 hs.**
  Apertura de oferta: **26 de agosto de 2010, a las 13:30 hs.**

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.