Municipalidad de
Loma Plata

ADENDA Nº 01/2018 ID Nº 342242

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Loma Plata, emite la presente Adenda, por el llamado "COMPRA DE MEDIDOR DE ALCOHOL EN ALIENTO (ALCOLIMETRO)", **CD N° 05/2018, ID Nº 342242,** con y Expediente de llamado N° 306331 de entrada a la DNCP del año 2.018, siendo las mismas como sigue:

1- DONDE DICE: Anexo B DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC) PUNTO N° 18 b) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

1.1- DEBE DECIR: Anexo B DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC) PUNTO N° 18 b) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio oferta cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%)p ara ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.

EL análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

2- DONDE DICE: Anexo C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDOR DE ALCOHOL EN ALIENTO:

Datos técnicos requeridas mínimamente

- **Principio de medición:** Sensor de celda electroquímica, específico para alcohol
- **Rango de medición:** de 0,000mg/L a 2,000mg/L
- **Resolución:** 0,0001mg/L
- **Máximo error de medición en relación al Etanol Standard:**
  - Rango de 0 a 1‰: ±0.05‰ absoluto
  - Rango de 1 a 2‰: ±5% del valor medido
  - Rango >2‰: ±10% del valor medido
- **Calibración:** Cada 6 meses
- **Rango de temperatura de operación:** de -15°C a 45°C
- **Rango de temperatura de almacenamiento:** de -30°C a 70°C
- **Tiempo de soplado:** 3 a 5 segundos como máximo
- **Tiempo de análisis:** menor a 10 segundos
- **Boquilla desechable:** Con capacidad de rotar 360° (grados)
- **Display:** 2,8 pulgadas TACTIL A COLOR
- **Capacidad de memoria:** Hasta 4000 análisis con fecha y hora

- **impresora:** Térmica Integrada al equipo
- **Dimensiones aproximadas:** 190mm x 82mm x 36mm
- **Numero de análisis con una carga de batería completa:** Más de 500
- **Voltaje de operación:** corriente directa de 6,3 a 8,4 Vol.
- **Baterías:** 2000mAh/7,4 de Ion-Litio
- **Peso:** 470g (incluyendo impresora, batería y rollo de papel)
- **Accesorios y componentes:**

EL BIEN ADQUIRIDO DEBERA CONTAR CON GARANTIA DE 12 MESES, EN CASO DE REPARACIONES DEBERA CONTAR CON RESPUESTO ORIGINALES.

2.1- DEBE DECIR: Anexo C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDOR DE ALCOHOL EN ALIENTO:

Datos técnicos requeridos mínimamente para cada unidad

- **Principio de medición:** Sensor de celda electroquímica, específico para alcohol
- **Rango de medición:** de 0,000mg/L a 2,000mg/L
- **Resolución:** 0,0001mg/L
- **Máximo error de medición en relación al Etanol Standard:**

Rango de 0 a 1‰:	±0.05‰ absoluto
Rango de 1 a 2‰:	±5% del valor medido
Rango >2‰:	±10% del valor medido

- **Calibración:** Cada 6 meses
- **Rango de temperatura de operación:** de -15°C a 45°C
- **Rango de temperatura de almacenamiento:** de -30°C a 70°C
- **Tiempo de soplado:** 3 a 5 segundos como máximo
- **Tiempo de análisis:** menor a 10 segundos
- **Boquilla desechable:** Con capacidad de rotar 360° (grados)
- **Display:** 2,8 pulgadas TACTIL A COLOR
- **Capacidad de memoria:** Hasta 4000 análisis con fecha y hora
- **impresora:** Térmica Integrada al equipo
- **Dimensiones aproximadas:** 190mm x 82mm x 36mm
- **Numero de análisis con una carga de batería completa:** Más de 500
- **Voltaje de operación:** corriente directa de 6,3 a 8,4 Vol.
- **Baterías:** 2000mAh/7,4 de Ion-Litio
- **Peso:** 470g (incluyendo impresora, batería y rollo de papel)
- **Accesorios y componentes:**
  - ✓ Cable para PC,
  - ✓ Cargador electrico,
  - ✓ Maletin de trasporte,
  - ✓ Fonda protectora,
  - ✓ Un paquete de boquilla de 100 unidades como mínimo,
  - ✓ Boquilla pasiva,
  - ✓ Rollo de Papel
  - ✓ Cargador patrullero
  - ✓ Software

EL BIEN ADQUIRIDO DEBERA CONTAR CON GARANTIA DE 12 MESES, EN CASO DE REPARACIONES DEBERA CONTAR CON RESPUESTO ORIGINALES.

Atte.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA U.O.C. BOQUERON

Lic. Armanda Acosta
Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones