INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATACIÓN DIRECTA
C.D. Nº 70/10

"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAMPARAS SCIALITICAS PARA EL IPS"

ADDENDA N° 1

AÑO 2010

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 70/10

ADDENDA Nº 1

"Adquisición de Repuestos para Lámparas Scialiticas para el IPS"

Asunción, 29 de noviembre de 2010.

AL OFERENTE:

Con relación al llamado a **Contratación Directa Nº 70/10 "Adquisición de Repuestos para Lámparas Scialiticas para el IPS"** se comunica que la fecha de apertura de sobres-ofertas quedó prorrogada para el día, **lunes 06 de diciembre de 2010** a las **09:00 horas**, en la Sala de Apertura de Sobres-Ofertas de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, 1er. Piso Edificio Caja Central, siendo la hora tope de recepción de ofertas, las **08:45 horas**. Se aclaran los siguientes puntos:

1- Consulta: Favor especificar si las lámparas deben ser originales de la marca Maquet como lo estipula el fabricante, según nota anexa enviada a electromedicina del IPS en Junio de 2007. En las especificaciones se solicitan **lámparas compatibles** que pueden dañar y/o deformar el sistema de lentes de Fresnel de las cúpulas y aumentar la temperatura en la cabeza del cirujano.

Respuesta El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

2- Consulta: Favor especificar el modelo de las scialiticas para las cuales se solicitan las lámparas. Se refieren a las scialiticas de techo marca MAQUET modelo Hanaulux HLX 2000 que están instaladas en el séptimo piso del Hospital Central?. De ser así, las especificaciones de esas lámparas son de 22,8V/40W y no de 24V/50W como se solicitan en las especificaciones. Favor corregir porque una potencia superior a 40W podría dañar el sistema de lentes de Fresnel y aumentar la temperatura en la cabeza del cirujano.

Respuesta: Las lámparas solicitadas son para las scialiticas ubicadas en el séptimo piso del Hospital Central. El oferente pondrá ofertar lámparas de 22,8V/40W o de 24V/50W.

3- Consulta: Se consulta si se puede ampliar el plazo de entrega a 30 días posterior a la recepción de la orden de entrega debido a que las lámparas deben ser importadas de Alemania.

Respuesta: El oferente deberá a ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

4- Consulta: Se consulta si se debe presentar en la oferta el certificado de habilitación otorgado por el MSPBS para importación de equipos y productos médicos.

Respuesta: El oferente podrá presentar en la oferta el certificado de habilitación otorgado por el MSPBS para importación de equipos y productos médicos.

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social