Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

¡Construyamos Futuro con Calidad!

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018
"ADQUISICION DE ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X CON EQUIPO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS POR FUSION PARA FABRICA VALLEMI"

ADENDA Nº 3

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes la modificación realizada en el Pliego de Bases y Condiciones y prórroga de la presente Licitación Pública Nacional Nº 29/2018 que formará parte de la misma, y es la siguiente:

1) **EN LA SECCIÓN III, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL PUNTO 3. ARMARIO DEL ESPECTRÓMETRO Y ESTABILIZACIÓN TÉRMICA**

DONDE DICE:

3.Armario del Espectrómetro y estabilización térmica

El espectrómetro debe alojarse en un armario de diseño robusto que esté sellado y controlado térmicamente. Los diseños de gabinete no deben utilizar ventiladores de admisión de aire para propósitos de regulación térmica. Los sistemas de control térmico deben mantener 37ºC +/- 0.05ºC para máxima estabilidad.

DEBE DECIR:

3.Armario del Espectrómetro y estabilización térmica

El espectrómetro debe alojarse en un armario de diseño robusto que esté sellado y controlado térmicamente. Los diseños de gabinete no deben utilizar ventiladores de admisión de aire para propósitos de regulación térmica. Los sistemas de control térmico deben mantener entre 30 a 37ºC +/- 0.05ºC para máxima estabilidad.

-Los demás puntos quedan invariables

2) **PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP:**

- Fecha y hora tope de presentación de ofertas
- Fecha y hora tope de apertura de ofertas

Abog. César E. Diesel Marin
Gerente U.O.C.
I.N.C.