ACLARACIONES Nº 001/2010

ACLARACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTA, PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, ID Nº 196492, EXPEDIENTE 310650, CONVOCADA POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.-

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes aclaraciones en base a consultas:

Reformulaciones 1:

Consulta 1: Ítem 1 - Barrita magnética – Que medida?

Respuesta:
1 cm. De largo x 0,6 de diámetro

Consulta 2: Ítem 8- Mufla – Que medida o capacidad?

Respuesta:
Medidas estándares, que cumpla con la temperatura requerida en las especificaciones técnicas:

Fundición de acero tratado con aislamiento especial;

- Elementos calentadores de carburo de silicio;
- Panel de control con laterales para una mejor visualización
- La temperatura del microprocesador controlador de sistema de sincronización debe ser automática
- Sensor de tipo "S";
- Temperatura inicial de trabajo 800 ° C;
- Máxima temperatura de 1400 ° C;

Consulta 3: Ítem 9- Conductivimetro – Indicar rangos; deben ser portátiles o de mesa?

Respuesta:
Rangos o campos de Medición:

Temperatura	0,0...+ 60 °C
Conductividad EC	0,00...29,99 µS/cm; 30,0...299,9 µS/cm
	300...2999 µS/cm; 3,00...29,99 mS/cm
	30,0...200,0 mS/cm; 200,0...500,0 mS/cm
Salinidad TDS	0,00...14,99 ppm (mg/l); 15,0...149,9 ppm (mg/l)
	150...1499 ppm (mg/l); 1,50...14,99 ppt (g/l)
	15,0...100,0 ppt (g/l); 100,0...400,0 ppt (g/l)
Resolución	0,0 ... 400,0 %
Temperatura	0,1 °C
Conductividad EC	0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm;
	0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Salinidad TDS	0,01 ppm; 0,1 ppm; 1 ppm; 0,01 ppt; 0,1 ppt
NaCl	0,10%
Precisión (a 20°C)	
Temperatura	± 0,4 °C
Conductividad EC	+- 1 % del valor indicado
Salinidad TDS	+- 1 % del valor indicado
NaCl	+- 1 % del valor indicado
Calibración	
Temperatura	Calibración 2 puntos
Conductividad EC	1 punto (con 6 tampones registrados)
Factor TDS	regulable entre 0,40 y 0,80
NaCl	1 punto con solución opcional (HI 7037

Deben ser de mesa.

Consulta 4: Ítem 11- Contador diferencial de Células – a que se refiere? a un Equipo Automatizado Contador Hematológico o a un Contador diferencial de células mecánico?

Respuesta:
Lo que se requiere es un Contador Diferencial de Células Electrónico para hacer formulas leucocitarias.

Consulta 5: Ítem 13- Aparato analizador de glucosa, colesterol y triglicéridos, digital portátil, que cantidades de tiras y lancetas se necesitaran?

Respuesta:
Las cantidades de tiras y lancetas que se necesitaran es de 100 (cien) unidad cada.