UNICAN
Universidad Nacional de Canindeyu

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
Creada por Ley de la Nación N° 3.985/10
Unidad Operativa de Contrataciones
Salto del Guairá – Paraguay
Tel. 046-242960

ADENDA N° 1
ID N°: 287.512 LCO N°02/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SALUD E INSTRUMENTAL EN GENERAL"

Salto del Guairá, 23 de junio del 2015

SEÑORES OFERENTES:

La Universidad Nacional de Canindeyú, de conformidad al Art. 22 inciso "b" de la Ley Nº2051, el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda a fin de realizar las siguientes modificaciones correspondientes al llamado de Referencia.

Donde Dice:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *Lic. Roberto Diosnel Cristaldo Aguilar* Dirección: *De las Residentas c/ Camilo Recalde.* Ciudad: *Salto del Guairá, Paraguay* Teléfono: *046-242960* Fax: 046-242960 Dirección de correo electrónico: *unidad.uoc@gmail.com* **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: *23 de junio hasta las 13:00 horas.*

1. Especificaciones Técnicas

Nº de Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas Mínimas
1	Balanza para laboratorio (0,001g/600g).	Capacidad: 450 g, Legibilidad: 0.001g, Rango de tara: Gama Completa, Tamaño del plato: 5.7"x4.9" / 145x125mm, Unidades de medida: mg, g, kg, Lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, ti, tl H, tl S, tl T, Custom Unit, Calibración: Calibración Externa / Calibración Interna Automática, Pantalla: Pantalla LCD Retro iluminada con dígitos 0.9"/ 24mm de alto, Alimentación de corriente Adaptador 12VDC 800Ma, Temperatura de operación 10° a 40°C, Dimensiones del protector de corriente de aire, Cuadrado 6.2"x6.2"x3.1" / 158x158x80m
4	Centrifugas de laboratorio y accesorios	Máxima velocidad de 13,500 rpm, Capacidad de 4 x 100 ml, Control Microprocesador, Despliegue grande de LCD, Operación silenciosa, Identificación automática de rotor, Señal audible al termino de cada ciclo., con adaptadores para tubo de ensayo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
UNICAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SALTO DEL GUAIRÁ

Lic. Roberto Diosnel Cristaldo
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

Debe Decir:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *Lic. Roberto Diosnel Cristaldo Aguilar* Dirección: *De las Residentas c/ Camilo Recalde.* Ciudad: *Salto del Guairá, Paraguay* Teléfono: *046-242960* Fax: 046-242960 Dirección de correo electrónico: *unidad.uoc@gmail.com* **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: *25 de junio hasta las 13:00 horas.*

2. Especificaciones Técnicas

Nº de Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas Mínimas
1	Balanza para laboratorio (0,001g/600g).	Capacidad: 600 g como mínimo, Legibilidad: 0.001g, Rango de tara: Gama Completa, Tamaño del plato: 5.7"x4.9" / 145x125mm, Unidades de medida: mg, g, kg, Lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, ti, tl H, tl S, tl T, Custom Unit, Calibración: Calibración Externa / Calibración Interna Automática, Pantalla: Pantalla LCD Retro iluminada con dígitos 0.9"/ 24mm de alto, Alimentación de corriente Adaptador 12VDC 800Ma, Temperatura de operación 10° a 40°C, Dimensiones del protector de corriente de aire, Cuadrado 6.2"x6.2"x3.1" / 158x158x80m
4	Centrifugas de laboratorio y accesorios	Máxima velocidad de 13,500 rpm, Capacidad de 4 x 100 ml, Control Microprocesador, Despliegue grande de LCD, Operación silenciosa, Identificación automática de rotor, Señal audible al termino de cada ciclo., con adaptadores para tubo de ensayo como mínimo de 16 tubos con capacidad de 10 ml.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
UNICAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY

Lic. Roberto Diosnel Cristaldo
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú