MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

Departamento de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

ACLARACIONES Nº 1

ITEM 1 – SILLON PARA DIALISIS:

- Solicitan se puedan ofertar sillones con accionamiento eléctrico en vez de amortiguadores a gas.
- Solicitan se elimine, o al menos no sea excluyente "El asiento posee precinta de acero para mayor comodidad", por la forma en que esta escrito se nota que esta especificación fue copiada de un catalogo.

RESPUESTAS:

- Sera requerido respaldo reclinable en cualquier posición, y como posición final trendelenburg, los cual permite accionamiento eléctrico o amortiguadores a gas.
- El requisito mencionado será eliminado de las especificaciones técnicas.

ITEM 2 – MAQUINA PARA DIALISIS:

- Donde dice: "Función programable de limpieza del dializador". ¿Esto se refiere al drenaje del liquido del baño de diálisis luego de concluida la sesión del paciente?
- Donde dice: Software en español. Debido a la similitud de términos en cuanto a la hemodiálisis, ¿se podrían ofertar maquinas con software en ingles?

RESPUESTAS:

- El requisito mencionado será eliminado de las especificaciones técnicas.
- Se podrán ofertar software tanto en español como ingles, no obstante, será requerido que los manuales sean presentados en idioma español o en su defecto, en ingles con la traducción al español realizada por un Traductor Publico Matriculado.

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Asunción, 01 de julio de 2.011.-