PAC Nº: 316.811

# ADENDA Nº 04

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC Nº 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 75/2016 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO"– ID Nº 316.811,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

## Sección III. Suministros Requeridos

### 1. Especificaciones Técnicas

| Ítem | Descripción de lo solicitado | Especificaciones Técnicas | Presentación de Entrega |
|---|---|---|---|
| 58 | Resucitador adulto:Bolsa respiratorias - | Bolsa de reanimación **1500 ml o mayor**, autoinflable, con valvula paciente, valvula peep,valvula de admisión, valvula reservorio, con mascara adulto siliconizada, tubo de conexión a oxigeno a rosca. | Envase individual |
| 59 | Resucitador neonatal c/ camara y mascara :Bolsa autoinflable | neonatal de 200-250 ml, autoinflable con valvula paciente, valvula de peep, valvula de admision, valvula reservorio, con mascara neonatal, trasparente anatomica, siliconada, con tubo de conexión a oxigeno,sin rosca. Con reservorio de oxigeno y con manometro de presion. (reutilizable) con certificacion FDA- CE **(se solicita al menos una de las Certificaciones)** | Envase esteril individual |
| 60 | Resucitador pediatrico c/ camara y mascara :Bolsa autoinflable | Pediatrico de 500 ml, autoinflable con valvula paciente, valvula de peep, valvula de admision, valvula reservorio, con mascara neonatal, trasparente anatomica, siliconada, con tubo de conexión a oxigeno, sin rosca. Con reservorio de oxigeno y con manometro de presion. (reutilizable) con certificadion FDA- CE **(se solicita al menos una de las Certificaciones)** | Envase esteril individual |

**LOS DEMÁS ÍTEMS QUEDAN INVARIABLES.-**

***Asunción, 26 de octubre de 2016.-***

Ing. MAE. Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS