PAC Nº: 316.817

ACLARACIÓN Nº 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 75/2016 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO"– ID Nº 316.811,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

Consulta 1

CONSULTA 1: en la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, Ítem Nº 3, la Convocante solicita: **Iodopovidona 10% Solución, presentación de entrega frasco de 250cc.**

¿Se podrá ofertar frasco mínimo de 100ml a fin de ampliar la cantidad de oferentes en dicho Ítem?.

RESPUESTA: Lo solicitado es Iodopovidona 10% solución, presentación de entrega frasco x 250 cc.por lo que el oferente deberá adecuarse al PBC.

Consulta 2

CONSULTA 2: en la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, Ítem Nº 20, la Convocante solicita: **Metronidazol 500mg Inyectable, presentación de entrega ampolla.**

La presentación solicitada no existe en el mercado, podrán ajustar la misma conforme a las presentaciones existentes que son frasco- frasco/ampolla?

Respuestas: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° .2.-

Consulta 3

Item Nº 45- Sonda Vesical.

Solicitan siliconada Nº 16 Fr. siliconado, orificios laterales punta a traumática. Envase individual estéril. Favor detallar en las especificaciones técnicas el número de vías de la sonda: es decir, sonda vesical de 2 vías, o 3 vías, para ofertar acorde a la necesidad y disipar dudas.

Respuestas: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° .2.-



Consulta 4

Item 45- Sonda vesical.

Solicitan siliconada N° 16 Fr siliconada, orificios laterales. Envase individual esteral,

El precio referencial publicado en el Portal de Contrataciones Públicas, mencionada GS.5317, precio alejado a la realidad. Menciono esto porque en la Especificaciones técnicas requieren que el producto sea siliconado y a la vez estéril lo que encarece el producto.

El precio referencial está muy por debajo del precio de venta para insumos con las características técnicas requeridas, al solicitar de silicona nunca será lo mismo que el PVC ni en precio ni en la calidad. Los precios de material PVC para la sonda vesical oscilan entre 4.000 a 10.000 mientras la siliconada lo duplican ampliamente entre 32.000 a 50.000.

Favor ajustar Especificaciones técnicas al precio referencial, o bien ajustar el precio referencial a las Especificaciones Técnicas descripta.

Pues que es imposible que un producto siliconado 100% y estéril su packing list sea inferior o igual a 5000 guaraníes. Favor adecuarse al precio de venta

Respuesta: El material solicitado es siliconado (PVC con baño de silicona) el precio referencial que figura en el portal de contrataciones públicas se encuentra dentro de los parámetros de precio y especificaciones técnicas.

Consulta 5

Ítem N° 57- CANULA NASAL

Solicitan bigotera adulto diámetro externo 4,0 de silicona 100%. Libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables tubuladuras de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm.

El precio referencial esta muy por debajo del precio de venta, menciona a Gs. 9623; al solicitar de silicona nunca será lo mismo de PVC ni en precio ni en calidad, favor adecuarse al precio de venta.

Respuesta: Se solicita CANULA NASAL, bigotera, adulto diámetro 4,0 de silicona 100 % libre de Látex y PVC **(solo la parte de la bigotera el que va dentro de las fosas nasales),** y en cuanto a las tubuladuras se requiere de PVC transparente de longitud mínima de 100cm. El precio que figura en el portal de contrataciones se encuentra dentro de los parámetros de precios acorde a las especificaciones técnicas.

Asunción, 11 de octubre de 2016.-