Adenda 02

De la Licitación Publica Nacional Nº 04/2012

"Adquisición de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Formulas Lácteas."

ID 231.101.-

San Lorenzo 25 de Junio de 2012

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

Donde Dice:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Sr. Enrique Valdez Artaza.*** Dirección: ***Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria.*** Número del Piso/Oficina: ***Sub U.O.C. - Segundo Piso, Edificio Administrativo.*** Ciudad: ***San Lorenzo,*** **Paraguay.** La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **Lunes 02 de Julio de 2012.** Hora: ***10.00 a.m.***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: ***Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria.*** Número de Piso/Oficina: ***Sub U.O.C. - Segundo Piso, Edificio Administrativo.*** Ciudad: ***San Lorenzo,*** **Paraguay** Fecha: **Lunes 02 de Julio de 2012.** Hora: ***10:00 a.m.***

Debe Decir:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Sr. Enrique Valdez Artaza.*** Dirección: ***Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria.*** Número del Piso/Oficina: ***Sub U.O.C. - Segundo Piso, Edificio Administrativo.*** Ciudad: ***San Lorenzo,*** **Paraguay.** La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **Miércoles 04 de Julio de 2012.** Hora: ***10.00 a.m.***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: ***Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria.*** Número de Piso/Oficina: ***Sub U.O.C. - Segundo Piso, Edificio Administrativo.*** Ciudad: ***San Lorenzo,*** **Paraguay** Fecha: **Miércoles 04 de Julio de 2012.** Hora: ***10:00 a.m.***

Sección III. Suministros Requeridos
1. Especificaciones Técnicas

Ítem 42 – Esparadrapo

Agregar:

- Las medidas mínimas requeridas deben ser de 7.5 cm de ancho por 4.5 m de largo.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO REPUBLICA DEL PARAGUAY SUB U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Adm. de UOC
Hospital General Pediátrico

Ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57 – Mascar Laríngea

Agregar:

- Se aceptara balón piloto codificado en colores de forma a identificar la talla y medida.
- El manguito, la mascarilla y el tubo deben ser fabricados y moldeados en una sola pieza.

Ítem 57 – Mascar Laríngea:

Donde dice:

- N° 4 - Para Adultos de entre 20 - 50 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, on canula de silicona, libre de latex, de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, valvula y balon indicador, descartable en envase esteril individual.

Debe decir:

- N° 4 - Para Adultos de entre 70 - 50 kg. Eliptica con un reborde exterior insuflable, on canula de silicona, libre de latex, de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, valvula y balon indicador, descartable en envase esteril individual.

Ítem 37 – Compresa de Campo:

Donde dice:

- Tela y algodón 100% no esteril con cinta de reparo, 50cm x 50cm

Debe decir:

- Tela y algodón 100% no esteril con cinta de reparo, 45cm x 45cm

Ítem 88 – Reactivo para la determinación de crasis sanguínea:

Agregar:

- Se deben considerar 6000 cubetas y 6000 esferas
- Promedio diario de TP: 45 determinaciones; TTPA: 38 determinaciones y Fibrinógeno: 38 determinaciones.
- Se debe considerar la realización diaria de Control Normal y Patológico
- El rango ISI ideal es el que se acerca al 1.0 y el rango seria de 1.0 a 1.36

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)
(g) Muestras

Agregar:

- Las muestras serán solicitadas por escrito por el Comité Evaluador en caso de ser necesarias y se dará plazo de 24 (veinticuatro) horas hábiles para la presentación de las mismas.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO REPUBLICA DEL PARAGUAY Sub U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Responsable Sub U.O.C.