ACLARACIONES CORRESPONDIENTES AL LLAMADO CD "ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PROYECTO CONACYT PINV 15-372", CON I.D. 351.496 CONVOCADA POR LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

La Facultad de Ingeniería Agronómica - Universidad Nacional del Este, en base a las solicitudes de aclaraciones recibidas vía email, ACLARA, sobre su Carta de Invitación, los siguientes puntos:

Anexo C - Especificaciones Técnicas; 2. Plan de Entregas
Consulta: =Queremos consultar si es posible aumentar el plazo de entrega de los equipos=
Respuesta: El plazo de entrega en el caso de los equipos, se extiende a 30 días corridos.

ITEM 11:
Se solicita el equipo con calibración automática.
CONSULTA 1: ¿Podrá ofertarse el equipo con la función de Programa de Ajuste CAL como ofrece el equipo que podemos ofertar y que incluye una pesa de calibración?
Respuesta: Si, podrá ofertarse el equipo con la función de Programa de Ajuste CAL.
ADEMAS Se aclara que el equipo debe contar con sistema de calibración internacional INTN.

CONSULTA 2: Favor aclarar si debe ofertarse el equipo con posibilidad para la calibración de la temperatura.
Respuesta: No se requiere que el equipo sea con calibración de temperatura.

CONSULTA 3: Favor aclarar si debe ofertarse el equipo con impresora.
Respuesta: El equipo solicitado no requiere impresora.

ITEM 12
Consulta: Se sugiere indicar lo siguiente: volumen y rango de temperatura.
Respuesta: Remitirse a la Adenda 01/2018.

ITEM 16
Consulta: Favor aclarar si debe ofertarse un equipo portátil con maletín o un equipo de mesa.
Respuesta: El equipo solicitado es de mesa.

ITEM 19:
Consulta 1: Se solicita el equipo con lámparas de halógeno.
Favor aclarar si puede ofertarse el equipo con lámparas LED que poseen una vida útil hasta 10 veces mayor que las lámparas de halógeno.
Respuesta: El equipo deberá ser con lámparas LED. Remitirse a la Adenda 01/2018.

Consulta 2: Favor aclarar si debe ofertar el equipo con Zoom para aumentos continuos.
Respuesta: No se requiere que el equipo sea con Zoom para aumentos continuos. Remitirse a la Adenda 01/2018.

Consulta 3: Favor aclarar si puede ofertarse el equipo para hasta un máximo de 90 aumentos totales.
Respuesta: Ajustarse a lo indicado en las especificaciones técnicas. Favor remitirse a la Adenda 01/2018.

Consulta 4: Favor aclarar si se desea el equipo con el cabezal equipado para conectar, en caso de necesidad en el futuro, una cámara digital.
Respuesta: No se requiere de cabezal para conexión de cámara.

19/11/2018

Lic. Ariel Unzain
Responsable UOC