ACLARACIONES Nº 02

ID Nº 309.802

Contratación Directa para Adquisición de Equipos de Laboratorio

ITEMS 1: APARATO DE RAYOS X ODONTOLOGICO

Respectó a Frecuencia de RED piden 50/60 Hz: Sugerencia: Optar por la frecunencia en 50 Hz. Debido a que ésta es la unica frecuencia utilizada en el mercado nacional.-

La Convocante se mantiene en lo establecido en la Carta de Invitación.

Respecto a Corriente del Tubo donde piden 8mA: Podría ser de 7mA. Debido a que actualmente se busca una menor emisión de radiación, por lo que la corriente del tubo de 7mA es la adecuada y la de 8mA(expone a todos los agentes a una mayor potencia de radiación). Es antigua y no recomendada.

Se podrán ofertar Tubo de 8mA y 7mA

Respecto a Capacidad de Disparo piden de 0,01 a 2,9 seg.: Es posible que el campo especificado de conformidad con el tiempo de irradiación pueda ser o este comprendido entre 0,06 y 3,2 segundos tambien?

La Convocante se mantiene en lo establecido en la Carta de Invitación.

ITEMS 4: AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN

Respecto a la Regulación automática de la presión del vapor, temporizador de la operación: Podría ser la regulación realizada por placa controladora programada?

La Convocante se mantiene en lo establecido en la Carta de Invitación.

Con respecto a 9 Ciclos pre-programados 1 ciclo de secado, comando con Dysplay digital: Determinar si se pueden presentar Autoclave con 1 ciclo de esterilización y un 1 ciclo de secado con manómetro de presión y temperatura. Con panel de control y LEDS indicadores de estado?

La Convocante se mantiene en lo establecido en la Carta de Invitación.

ITEMS 7: MOTOR DE MESA ELECTRICO

ITEM N7 : MOTOR DE MESA ELECTRICO : Torno odontológico de mesa con pulidora de 35.000rpm como mínimo, con pieza de mano, eléctrica de 220 volts como mínimo, manual de instrucciones de ***CONSULTA:*** Podrian determinar si; es torno electrico de mesa o Micro motor electrico con pieza de mano de laboratorio?

Es Torno eléctrico de mesa para laboratorio con pieza de mano.

FACULTAD de ODONTOLOGIA U.N.C@ CORONEL OVIEDO - PARAGUAY 2010