CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN
Nº 65/11

"ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS"

ACLARACION Nº 1

Asunción, 06 de Diciembre de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación al llamado a Contratación por Vía de la Excepción Nº 65/11 **"ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS**, se realiza las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:

CONSULTA 1:

Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 3: Aguja para Aspiración de Médula: Aguja para Aspiración de Médula para Estudios de Mielografía, de 11 a 13 G. Pediátrica.

"En el Item 3 codigo 6952 solicitan: Aguja para aspiración de médula para estudios de mielografía, de 11 a 13 G. Pediátrica. Las medidas que se describen en el PBC no existen para los tamaños pediátricos ni adultos. Solicitamos ¿si se puede presentarse de 15 a 16 G.?".

RESPUESTA 1:

Sección III. Suministros Requeridos, pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, , ITEM N° 3: Aguja para Aspiración de Médula: Aguja para Aspiración de Médula para Estudios de Mielografía, de 11 a 13 G. Pediátrica.

"Se aclara que lo solicitado es Aguja para Biopsia de Médula Osea para Estudios de Melografía 11 a 13 G."

CONSULTA 2:

Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 9: Cáteter p/ Infusión de Quimioterapia: Catéter siliconado de poliuretano con reservorio p/ infusión de quimioterapia de uso prolongado, con equipo p/ punción subclavia Adultos – Esteril de 8 a 10 French.-

"En Item 9: solicitamos se nos dé la posibilidad de ofertar con el portal compuesto de material de TITANIO el cual es compatible con estudio de resonancia magnética, las demás EP del pliego concuerda con nuestro producto".

RESPUESTA 2:

Sección III. Suministros Requeridos, pág. 09 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 9: Cáteter p/ Infusión de Quimioterapia: Catéter siliconado de poliuretano con reservorio p/ infusión de quimioterapia de uso prolongado, con equipo p/ punción subclavia Adultos – Esteril de 8 a 10 French.-

"Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones".

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.