Nota DCP N° 70/2021

Asunción, 16 de junio de 2021.

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

Ref.: ID N° 395.487 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas".

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la referencia a fin de dar respuesta a la Nota DNC N° 11317/2021 de fecha 10/06/2021, por medio de la cual se describen los aspectos observados al llamado de referencia.

- **Numeral 1**: En el PBC, en el apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 9. Capacidad Técnica, se modifica de la siguiente manera el punto **II**- "Registro Sanitario de los productos ofertados, vigente. En caso de encontrarse en proceso de renovación, se deberá presentar el Certificado de Registro Sanitario acompañado de una Certificación de Vigencia emitida por la DNVS del MSP y BS, en donde conste que el producto se encuentra en proceso de renovación". Documento suficientemente válido para la comercialización del producto en territorio nacional.
  En cuanto al punto **I** Habilitación del Local, se considerará Copia Autenticada de la Constancia de Trámite de Renovación emitida por la DNVS vigente a la fecha de apertura de ofertas.

- **Numeral 2**: Los Lotes 19-20-30-31 **han sido subsanados en el SICP y en el PBC conforme a lo sugerido.**
  Cabe la aclaración con respecto del Ítem 30 Aguja para sutura, lo solicitado es una aguja para sutura de meniscos con la particularidad que contiene dentro implantes de PEEK y sutura Hi-Fi®, que puede crear hasta seis puntos continuos para una reparación sin nudos en cualquier configuración.
  Este mismo producto hemos adquirido en una Licitación anterior con ID Nº 370219.



Aguja para sutura meniscal

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

En cuanto al Ítem 31, Equipo de Estereotaxia, La descripción en la Especificación Técnica figuraba "CÁNULA PARA BIOPSIA CEREBRAL...", y hemos modificado a "EQUIPO DE ESTEREOTAXIA PARA BIOPSIA CEREBRAL Y DRENAJE DE HEMATOMAS Y CIRUGÍA GUIADA POR ESTEREOTAXIA CON SOFTWARE INCLUIDO PARA CADA PROCEDIMIENTO...". Con dicho equipo con los componentes solicitados, es posible realizar cirugías estereotáxicas por un orificio (trépano) pudiéndose abordar cualquier estructura superficial o profunda del encéfalo con extrema exactitud y precisión. Igualmente permite realizar cualquier proceder neuroquirúrgico estereotáxico a cráneo abierto guiado por imagen y asistido por computadora.
Este mismo producto hemos adquirido en una Licitación anterior con ID Nº 370219.

- **Numeral 3**: En el Lote N° 35, los Ítems 20, 48, 57 y 73, referentes a Tornillos, se han eliminado, y dichos tornillos se requerirán con las mallas de reconstrucción craneal según necesidad. Así mismo, los Ítems 46 y 47 se eliminan y se agrupan en los ítems 18, 19 y 20 Mallas de Reconstrucción Craneal. Con estas modificaciones se ha reordenado la numeración de los Ítems de este lote, que han sido subsanados en el SICP y en el PBC.

Por lo expuesto, se solicita se tome en consideración lo mencionado anteriormente

Sin otro particular me despido de Usted muy atentamente.

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Carmelo Torres - Director
Dirección de Contrataciones Públicas - DIBEN