INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS — PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/12
"Adquisición de Reactivos para detección de Dengue"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 09 de marzo de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Pública Nacional N° 17/12 **"Adquisición de Reactivos para detección de Dengue"**, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas presentadas:

- **Consulta N° 1:**
En las especificaciones técnicas para el Lote Nº 1, se solicita Sensibilidad y Especificidad de 85%. Considerando que la Sensibilidad y Especificidad son muy importantes para el diagnóstico serológico ya que la literatura internacional y los centros de referencia establecen que la Sensibilidad debe ser como mínimo de 94% y la Especificidad debe ser como mínimo de 94%, se solicita aclarar si la Sensibilidad y Especificidad requeridas es la correcta.

Respuesta:
Ajustarse a lo solicitado según el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta N° 2:**
Favor aclarar si el dispositivo de diagnóstico para el Lote Nº 1 deber ser Tira o Cassette y detectar anticuerpos IgG e IgM al Virus DEN 1,2,3,4

Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 1.

- **Consulta N° 3:**
En las especificaciones técnicas para el Lote Nº 2, se solicita Sensibilidad y Especificidad de 90%. Considerando que la exactitud en la detección del Antigeno del Virus del Dengue tiene un valor diagnóstico determinante en la detección temprana de la enfermedad y que la literatura internacional y los centros de referencia establecen que la Sensibilidad debe ser como mínimo de 92% y la Especificidad debe ser como mínimo del 98%, se solicita aclarar si la Sensibilidad y Especificidad requeridas es la correcta.

Respuesta:
Ajustarse a lo solicitado según el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta N° 4:**
Favor aclarar si el dispositivo de diagnóstico para el Lote Nº 2 debe ser Tira o Casstte y si debe tener un control interno incorporado.

Respuesta:
Remitirse a la Adenda Nº 1.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. José Manuel Villar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.