ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA N° 1268
TELEFONO N° 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
TELEFAX: 201051-Dpto. de Compras

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6072/2015

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS

ADENDA N° 1

Asunción, 15 de julio de 2015

AL OFERENTE:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa de referencia, a los efectos de comunicar que la nueva fecha de **Presentación** de los sobres de ofertas será el día **22 de julio de 2015** hasta las **08:55 Hs** y la **Apertura** de los mismos a **las 09:00 Hs.,** en el Dpto. de Compras.

Así mismo, para una mejor preparación de las Ofertas, se deberá tener en cuenta la Hoja N° 27 **Rev. 1** de las Especificaciones Técnicas del Anexo C que se adjunta y que forma parte de la Carta de Invitación Estándar.

Atentamente,
/gg

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Responsable UOC-ANDE

UOC - ANDE FOJA 027 DCP/DVN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N° DRH/DML/001/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS"

ANDE

1- **OBJETIVO:**

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requerimientos para la adquisición de Equipos Odontológicos, conforme al siguiente detalle:

Item.	Descripción	Cantidad
1	**SILLON DENTAL** Construido en estructura de acero macizo. **Sillón:** • Respaldo con articulación central única; • Tapizado amplio sin costura con apoyo lumbar resaltado • Apoya Cabezas anatómico, removible • Sistema de elevación electromecánico accionado por motoredutor; • Comandos automáticos a través de pedal multifuncional fijo en la base con 4 movimientos del sillón, funciones de vuelta automática a posición zero, accionamiento del reflector y interrupción dos movimientos al accionar cualquier tecla. **Unidad Dental:** Compuesto de una jeringa triple con pico giratorio, removible y autoclavable, una terminal con spray para alta-rotación y una terminal para micro-motor ; • Brazo de la Unidad Dental con regulado de altura • Pedal progresivo para el accionamiento de las puntas; • Soporte de las puntas con accionamiento neumático individual; • Cuerpo del Unidad Dental construido en acero macizo, revestido en poliestireno alto impacto; • Tirador frontal central; • Reservorio translúcido presurizado para agua de las puntas. **Unidad de Agua**: • Cuba profunda, removible y con rejilla para retención de sólidos; • Un suctor de saliva a aire, con manguera lisa, filtro de detritos y acople rápido; • Soporte suctor con accionamiento neumático; • Comandos eléctricos, posicionados en el Unidad Dental, para accionamiento del agua de la bacha y porta vasos; • Sistema de regulado del flujo del agua; • Cuenta con sistema de agua presurizada. **Reflector:** • Cabeza en material resistente, espejo multifacetado con tratamiento multicoating, giro de 620°; • Accionamiento en el pedal de comando del sillón con ajuste gradual de intensidad entre 14.000 a 20.000 lux; • Tiradores bilaterales • Brazo en acero con movimiento vertical y horizontal. Taburete: • Sistema de elevación del asiento a gas, accionado a través de palanca lateral; • Respaldo anatómico con ajuste de aproximación; • Base con cinco ruedas; • Tapizado en material rígido y resistente, con revestimiento sin costura.	1

Elaborado: Lic. Daisy Regina Pereira González
Departamento de Medicina Laboral

Aprobado: Lic. Daisy Regina Pereira González
Departamento de Medicina Laboral

DPTO. DE COMPRAS SECCION CD