LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 77/2014
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL IPS"

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, 3 de setiembre 2014.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 77/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL IPS"** con Id N° **275.257**, se realiza la siguiente aclaración a la consulta:

1. **Consulta:**
   Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si la puerta automática puede elevarse y bajarse a través de un motor eléctrico, que tiene el mismo efecto que un cilindro neumático o un cilindro hidráulico. Independiente del método que se utilice, el fin es el mismo, permitir que la puerta se cierre y abra en forma automática.*
   Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

2. **Consulta:**
   Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si todas las cañerías y tubulaciones en contacto con el vapor o sus condensados deben ser aislados térmicamente por seguridad.*
   Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

3. **Consulta:**
   Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si todas las válvulas deben ser neumáticas debido a su mayor vida útil, silenciosas y menor mantenimiento cuando comparadas con las válvulas solenoides.*
   Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

4. **Consulta**:
   Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Favor aclarar si el equipo debe contar con manómetro de Cámara Externa, Cámara Interna, Generador de vapor.*
   Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

5. **Consulta:**
   Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si la pantalla debe ser del tipo touchscreen color. Favor definir el tamaño de la pantalla de 7 pulgadas o 10 pulgadas.*
   Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

6. **Consulta:**
   Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si el autoclave debe contar con ciclo de Bowie and Dick y test automático de fugas o hermeticidad.*
   Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

7. **Consulta:**
Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Si las cañerías son de acero inoxidable, las resistencias y las válvulas también deben ser de acero inoxidable para no contaminar el vapor, favor aclarar en las especificaciones.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

8. **Consulta:**
Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si la bomba de vacio debe tener una alarma de bajo nivel de agua para evitar el daño de la bomba de vacio ante la falta de agua.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

9. **Consulta:**
Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si el equipo debe contar con un sistema de mensajes de alerta para intervalos de servicios o mantenimiento preventivo.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4, LOTE 2. ITEM 1: AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN punto 2.2.10.

10. **Consulta**:
Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Se consulta si el equipo debe tener conexiones para sondas de temperatura y presión para validación del proceso de esterilización. Debido a que la normativa actual recomienda que los autoclaves sean validados cada 5 años.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

11. **Consulta:**
Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Solicitamos poder cotizar autoclaves con dimensiones internas de 50 X 50 X 54 cm y dimensiones externas de 180 X 90 X 110 debido con cada fabricante varia estas dimensiones de acuerdo al diseño y se adecua al volumen requerido.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

12. **Consulta:**
Lote 2. Ítem 1: Autoclave de Esterilización. *Teniendo en cuenta el tipo y cantidad de equipos requeridos solicitamos ampliar el plazo de entrega de los mismos a 90 días como mínimo una vez cobrado el anticipo.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

13. **Consulta:**
En la Sección III del PBC, punto 2, Especificaciones técnicas, para el Lote *1, en el punto 1.2.3, donde dice "Cubierta en bronce fundido, estañado interna como externamente ajuste pulido y barnizado con junta de silicona resistente a las altas temperaturas", sugerimos que el material de la cubierta sea acero inoxidable 316 L, ya que no se oxida y es más resistente que el bronce a presiones elevadas. Además, la tapa de bronce fundido posee poros que afectan a su resistencia, lo cual se puede evitar utilizando acero inoxidable como material para la fabricación de la cubierta.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

14. **Consulta:**
En la Sección III del PBC, punto 2, Especificaciones técnicas, para el Lote 1, Ítem 1*, en el punto 1.2.7, donde dice "Gabinete construido en chapa de acero al carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura en polvo y la parte superior con la placa de acero inoxidable y montado sobre cuatro patas de goma". Los procesos anti-oxido o pintura especiales, con el tiempo se deterioran, y el acero al carbono recubierto comienza a oxidarse, por lo que se sugiere que el material de la cubierta sea completamente de acero inoxidable para elevar la calidad del equipo y aumentar su durabilidad.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

15. **Consulta:**
En la Sección III del PBC, punto 2, Especificaciones técnicas, para el Lote 2, Ítem 1*, en el punto 2.3.6, donde dice "Dimensiones externas: 170cm (+/-3 cms) de altura x 90 cm (+/-3 cms) de largo x 125 cm de profundidad. (+/-3 cms)", se sugiere que se tenga mayor consideración o tolerancia con estas medidas, ya que cada fabricante tiene sus propias dimensiones a la hora de la fabricación de los equipos y por tanto sugerimos mas apertura a siguientes "Dimensiones externas, ejemplo: 1.70cm (+/-30cm) de altura x 90cm (+/-10cm) de largo x125 cm de profundidad. (+/- 20 cm) y de esa manera dar mayor participación a oferentes.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

16. **Consulta:**
En la Sección III del PBC, punto 2, Especificaciones técnicas, para el Lote 3, Ítem 1*, en el punto 3.2.2, donde dice "Estructura externa de acero con acabado en pintura epoxi o superior. Doble pared que permita una mayor durabilidad y una buena retención del calor", se sugiere material de Acero inoxidable, por lo que la pintura epoxi, se deteriora (se quiebra), con el tiempo y el acero que lo recubre se oxida. Por dichos motivos, el mejor material a utilizarse para la estructura de las estufas es el acero inoxidable, para así elevar la calidad del equipo y aumentar sus prestaciones.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

17. **Consulta:**
*Con relación al **Lote N° 2. Ítem 1. Punto 2.2.4.** Cámara Interna rectangular. Solicitamos permitan la cotización de cámara interna rectangular o circular, ya que esto no implica ninguna diferencia en cuanto al aprovechamiento de la cámara, el cual esta dimensionado par a cumplir esa especificación ya sea en una cámara rectangular o circular, alguna será más pequeña y otra más grande, pero la capacidad o volumen aprovechable siempre será la misma establecida en litros.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

18. **Consulta:**
*Con relación al **Lote N° 2. Ítem 1. Punto 2.2.7.** Sistema de cierre de la puerta deslizante automático por medio de cilindros hidráulicos o neumáticos, con sus respectivos sistemas de suministros de fluido o aire comprimido incorporado dentro del equipo. Consideramos que lo importante es el sistema de cierre de la puerta deslizante en forma automática, que el sistema de suministro de fluido de aire comprimido sea incorporado o no, es totalmente particular al funcionamiento solicitado, por lo que solicitamos permitan cotizar equipos con sistema de suministro de fluido o aire comprimido independiente, que finalmente es mayor accesibilidad y de fácil mantenimiento.*

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la ***Adenda N° 4***. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

19. **Consulta:**
*Con relación al **Lote N° 2. Ítem 1. Punto 2.3.1.** Capacidad o Volumen de la cámara de esterilización, como mínimo de 130 litros. Podemos señalar que los distintos fabricantes poseen políticas de producción y en la generalidad de los casos, toman como norma la construcción de cámaras con dimensiones que van de 100 a 100 litros, por lo que solicitamos para la igual participación de los fabricantes se establezca esta capacidad como mínimo 100 litros o como mínimo 200 litros, no capacidades intermedias que favorecezcan a una marca en particular, en donde los demás competidores no les quede más que otra opción de cotizar equipos de 200 litros, haciendo mucha diferencia en precio.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

20. **Consulta:**
*Con relación al **Lote N° 2. Ítem 1. Punto 2.3.3.** Tiempos de esterilización y secados programables entre 121 y 134 °C (+10°C), no se establece ningún tipo de programación o ciclos de esterilización, por lo que solicitamos se establezcan para unificar la cotización de los equipos los siguientes programas como mínimos: un programa para paquetes, instrumentales y tapones: un programa para líquidos, un programa para latex, un ciclo de Test Bowie & Dick y un ciclo de Leak Test. Estos dos últimos muy importantes para el control del funcionamiento del equipo dentro de los parámetros de seguridad.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la ***Adenda N° 4***. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

21. **Consulta:**
*Con relación al **Lote N° 2. Ítem 1. Punto 2.3.5.** Dimensiones internas. 40cm (+/-3cm) de altura x40cm (+/-3cm) de largo x 80cm de profundidad (+/-3cm) y 2.3.6. dimensiones externas: 170 cm (+/-3 cm) de altura x 90 cm (+/-3 cm) de largo x 125 cm de profundidad (+/- 3 cm). Solicitamos no encasillar las dimensiones, los distintos fabricantes, manejan matrices de construcción bajo normas internacionales, por lo que las dimensiones mencionadas pasan a un segundo plano. Además cada proveedor realizara las visitas correspondientes a las instituciones donde se realizaran las instalaciones y podrán verificar las dimensiones disponibles, no se puede limitar la participación por medida establecidas para un fabricante en particular, por lo que solicitamos que las mismas sean de un mínimo y no limitado a +/- xx cm o directamente que se consideren como medidas o no descalificables, ya que insistimos no son sustanciales en el funcionamiento, ni la instalación, ni el consumo de los mismos, todo está supeditado al volumen d la cámara de cada fabricante que cumpla con normas internacionales.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la ***Adenda N° 4***. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

22. **Consulta:**
*Con relación al **Lote N° 2. Ítem 1. Punto 2.4.2**. En donde se solicita 04 (cuatro) contenedores; con sus especificaciones técnicas. Creemos que las bandejas solicitadas irían dentro de los contenedores solicitados por lo que las dimensiones solicitadas para estas bandejas no permitirían introducirlos en los contenedores solicitados. Por lo expuesto, solicitamos la revisión de estas medidas o una aclaración suficiente sobre lo mencionado.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la ***Adenda N° 4***. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

23. **Consulta:**
Lote N° 1. Ítem 1. Autoclaves tipo Chamberlain. *Sub ítem 1.3.1. "Capacidad o volumen de la cámara de esterilización, al menos 100 Litros". Se podrán cotizar con capacidad de 75 litros?*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

24. **Consulta:**
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. *Sub ítem 2.2.3. "Panel equipado con manómetro, medidor de vacío, llave general, botón de emergencia, y **pantalla del tipo Touch Screen** e impresora". Solicitamos a la convocante permitir la cotización de "panel con comando alfanumérico (IHM)" en reemplazo de la pantalla del tipo Touch Screen.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la ***Adenda N° 4***.

25. **Consulta:**
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. *Sub ítem 2.3.1. "Capacidad o volumen de la cámara de esterilización, como mínimo 130 Litros". Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Autoclaves con Capacidad o volumen de la cámara de esterilización de 100 Litros o mayor.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

26. **Consulta:**
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. *Sub ítem 2.3.3. "Tiempos de esterilización y secados programables entre 121 y 134 °C (± 10°C)". Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Autoclaves con Tiempos de esterilización y secados programables entre 100 y 134 °C. Mínimamente cuantos programas de esterilización y secado debe poseer?*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

27. **Consulta:**
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. *Sub ítem 2.3.6. "Dimensiones externas: 170cm (+/-3 cms) de altura x 90 cm (+/-3 cms) de largo x 125 cm de profundidad. (+/-3 cms)". Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Autoclaves con dimensiones externas de 160 cm (+/- 10 cms) de altura x 90 cm (+/- 5 cms) de largo x 125 cm de profundidad (+/-3 cms). Estas variaciones no impedirán contar con autoclaves de capacidades mínimas de 130 litros.*
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

Abog. Daniel José Diverti Prono
Jefatura
Seccion de Ofertas
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

28. Consulta:

Lote N° 3. Ítem 1. Estufa. *Sub ítem 3.2.1. y 3.3.1. "Capacidad 150 litros o mayor". Se podrán cotizar con capacidad de 100 litros?*

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

29. Consulta:

Lote N° 3. Ítem 1. Estufa. *Sub ítem 3.3.11. "Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara". Podría permitir la cotización con " Sistema de aireación natural del aire en reemplazo de forzada?*

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

30. Consulta:

Sección III. Suministros Requeridos. Punto 4. Plan de Entrega. *Por tratarse de gran cantidad de productos, se requieren largos y minuciosos procesos de producción, rogamos a la Convocante extender el plazo para la entrega de los mismos a por lo menos 90 días, contados a partir del cobro del anticipo.*

Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

31. Consulta:

Sección III. Suministros Requeridos. Punto 5. Requerimientos para la entrega del equipo adjudicado (página 17). *En una parte dice "La empresa deberá realizar capacitaciones de utilización y cuidados del equipo, al personal Médico y de Enfermería designado por la Dirección de la dependencia donde es instalado el equipo. Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 20 (veinte) horas con las correspondientes entregas de certificados". Consideramos un tanto elevada la cantidad de horas requeridas para las capacitaciones, teniendo en cuenta que los equipos no son de alta complejidad. Más aun, considerando que tanto el Lote 1 Autoclaves tipo Chamberlain como el Lote 3 Estufas, son muy sencillos de utilizar. Por lo expuesto solicitamos a la Convocante reducir la duración de estas capacitaciones a:*

Lote 1. Autoclaves tipo Chamberlain: *Capacitación con una duración mínima de 1 (una) hora, con la correspondiente entrega de certificados.*

Lote 2. Autoclaves de Esterilización: *Capacitación con una duración mínima de 3 (tres) horas, con la correspondiente entrega de certificados.*

Lote 3. Estufa: *Capacitación con una duración de 1 (una) hora, con la correspondiente entrega de certificados.*

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

32. Consulta:

Sección III. Suministros Requeridos. Punto 5. Requerimientos para la entrega del equipo adjudicado (página 17). *En una parte dice "La empresa deberá realizar capacitación técnica del equipo proveído...", esta capacitación deberá tener una duración mínima de 60 horas (3 hs diarias)...Por las mismas razones esgrimidas en el párrafo anterior, solicitamos a la Convocante reducir la duración de estas capacitaciones a:*

Lote 1. Autoclaves tipo Chamberlain: *Capacitación con una duración mínima de 2 (dos) horas.*

Lote 2. Autoclaves de Esterilización: *Capacitación con una duración mínima de 5 (cinco) horas.*

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Lic. Cecilia Rodríguez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

***Lote 3. Estufa**: Capacitación con una duración de 2 (dos) horas.*
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

33. <u>Consulta:</u>
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el Autoclave debe contar con ciclos adicionales configurables por el usuario, por ejemplo 30 ciclos adicionales y configurables para atender cualquier tipo de material a ser esterilizado por el hospital.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

34. <u>Consulta:</u>
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el Autoclave debe tener modo Stanby o en Espera. En este modo el autoclave apaga la cámara externa y el generador de vapor para economizar consumo de energía eléctrica y consumo de agua.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

35. <u>Consulta:</u>
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el equipo debe contar con arranque automático programable de forma que el equipo esté totalmente preparado y listo para funcionar cuando el usuario inicie su turno laboral en el hospital a la hora programada.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

36. <u>Consulta:</u>
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el Autoclave debe contar con Modo de Verificación automática que realiza los test de Hemeticidad o fuga y Bowie and Dick automáticamente después del arranque automático programable.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

37. <u>Consulta:</u>
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el equipo debe contar con Apagado automático programable, para garantizar que el equipo se apague totalmente al final del turno del usuario, a una hora programable, y evitar que quede encendido innecesariamente ahorrando en energía eléctrica y agua.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

38. <u>Consulta:</u>
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el equipo debe poseer manómetro para medir la presión del generador de vapor y de presión del sellado del burlete de la puerta.

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Lic. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y en la ***Adenda N° 4***. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

39. **Consulta:**
Lote N° 2. Ítem 1. Autoclaves de Esterilización. Se consulta si el panel de control del equipo debe presentar curvas color de Presión vs Tiempo y de Temperatura vs en tiempo real para el control y verificación de la evolución del proceso de esterilización.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todos los requerimientos solicitados son mínimos. Se aceptarán características adicionales, siempre que no disminuya la capacidad de los equipos.

40. **Consulta:**
Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2. Especificaciones Técnicas. En una parte del Sub Ítem 2.4.2 dice: "04 (cuatro) Contenedores: con barrera microbiónica…///… con marco cromático". ¿Podría la convocante permitir la cotización de contenedores sin barrera microbiónica?
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

41. **Consulta:**
Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2. Especificaciones Técnicas. En una parte del Sub Ítem 2.4.2 dice: "Dos bandejas cribadas: Diseño ancho de las rejillas para limpieza…///…medidas 270 x 270 x 160 mm (+/- 2 mm de variación)". Entendemos que podría tratarse de un error involuntario en la transcripción de las medidas, pues las bandejas deberían de ser más pequeñas para que puedan colocarse dentro del contenedor de aluminio. Por lo expuesto solicitamos a la convocante reducir el tamaño de estas bandejas.
Respuesta: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

Abog. Daniel José Dioverti Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios