DICTAMEN DOC N° 7/2023

VISTO: La Nota D.S.B.D. N° 013/2023, de la Dirección de Salud Bucodental, por la cual se eleva el pedido de aumento de cantidades e inclusión de un ítem para la ***"ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICO PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - M.S.P. Y B.S."***, Expediente **SIMESE N° 198.519/20 - 87.619/22**

ANTECEDENTES:

1. Nota D.S.B.D. N° 013/2023, de la Dirección de Salud Bucodental, de fecha 23 de enero del 2023.
2. Nota D.S.B.D. N° 465, de la Dirección de Salud Bucodental, de fecha 08 de noviembre del 2022.
3. Nota D.S.B.D. N° 190, de la Dirección de Salud Bucodental, de fecha 24 de mayo del 2022
4. Nota MSPyBS/DGGIES/DG N° 2496/2022, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, de fecha 30 de mayo del 2022.
5. NOTA DGGIES N° 3.524/20, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos
6. Complemento de Análisis de Precio de la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto, de fecha 25 de enero del 2023

MARCO LEGAL

1. Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"
2. Ley N° 7.050/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023"
3. DECRETO N° 2.992/2019 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 2.051/ "De Contrataciones Públicas"
4. RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en el Marco de la Ley N° 2051/03.

CONSIDERANDO: Que, el Complemento del Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado ***"ADQUISICION EQUIPOS ODONTOLOGICO PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - M.S.P. Y B.S"***, fue realizado por la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto en fecha 25 de enero del 2023.

Que, para la obtención del precio referencial y atendiendo los Principios de "Economía y Eficiencia" y al Criterio de Razonabilidad, se expone para la fundamentación basada y descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/20, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el promedio de los precios, se hace mención que para el Primer Parámetro, se ha recepcionado con el Expediente 1 (una) cotización de posible oferentes, y para el Segundo Parámetro se verifico en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) en el Historial de Precios Adjudicados de la DNCP, tomándose como referencia las adjudicaciones con especificaciones técnicas similares y que se detallan a continuación de acuerdo a lo solicitado:

Lic. Jorge M... Dpto. de Planificación y Presupuesto D.G.C. - D.G.A.F MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DICTAMEN DOC N° 7/23

Conforme se expone en el desarrollo de los parámetros mencionados para el Ítems 1; Ítems 2; Ítems 3; Ítems 4; Ítems 5; Ítems 6; Ítems 7; Ítems 9; se obtuvo 1 (una) cotizaciones, para el 1er. Parámetro, y se ha tomado 2 (dos) precios para el 2do. Parámetro, del Historial de Adjudicaciones de la DNCP, con características y/o especificaciones técnicas similares, tomándose como Precio Referencial, el **PRECIO PROMEDIO,** de la comparación de los parámetros.

Para el Ítems 8; no se obtuvo precios para el 1er. Parámetro y se ha tomado 3 (tres) precios para el 2do. Parámetro, del Historial de Adjudicaciones de la DNCP, con características y/o especificaciones técnicas similares, tomándose como Precio Referencial, el **PRECIO PROMEDIO,** de la comparación del parámetros, se expone la fundamentación basada en el punto de excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma.

CONCLUSION: En base a la verificación documental la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente dictamen a los veinticinco días del mes de enero del año 2023

Lic. Jorge Martínez - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.A.F
MSP y BS

Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Patricia González Burgos, *Directora*
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Formulario N° 4 – RES. S.G. 64/22

COMPLEMENTO DE ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 25 de enero del 2023

"ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICO PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - M.S.P. Y B.S."

EXP N° 198.519/20 - EXP. N° 87.619/22

Conforme a la Resolución DNCP N.º 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar el análisis de precio referencial a ser aplicado para la ***"ADQUISICION DE EQUIPO ODONTOLOGICO PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - M.S.P. Y B.S"***, de acuerdo a los siguientes puntos:

ANTECEDENTES

Conforme al requerimiento y la normativa vigente, se verifican los datos obtenidos de los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

- Cotizaciones – METODO 1 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20).
- Historial de Precios Adjudicados en el portal de la DNCP – METODO 2 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A.F
MSPYBS

RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos de la comparación de los **parámetros 1° y 2°,** se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Unidad de Medida	1er. Parámetro	2do. Parámetro					PRECIO REFERENCIAL
				DENTAL GUARANI	ID 334.822 27-11-17 G.D.S.PEDRO	ID 333.855 04-08-17 M.G.BRU.	ID 413.399 16-09-22 SENAD	ID 385.612 23-11-20 MDN	ID 400.576 07-10-21 MI	
1	42151705-001	Set de equipos odontológicos	Unidad	32,000,000	24,485,000	31,620,000	–	–	–	29,368,333
2	42152223-002	Equipo Fotopolimerizador	Unidad	1,100,000	–	–	1,045,500	1,156,500	–	1,100,667
3	42292202-001	COMPRESOR PARA USO ODONTOLOGICO	Unidad	4,000,000	–	–	–	3,553,000	3,514,285	3,689,095

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A.F.
MSPYBS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Unidad de Medida	1er. Parámetro	2do. Parámetro										PRECIO REFERENCIAL
				DENTAL GUARANI	ID 368.361 18-11-19 MI	ID 369.069 28-10-19 MDN	ID 357.777 28-10-19 G. MILITAR	ID 368.140 24-10-19 G.D. ITAPUA	ID 342.800 17-07-19 IPS	ID 412.414 14-09-22 MSPYBS	ID 347.139 23-06-22 MSPYBS	ID 332.596 20-09-17 MDN	ID 310.017 04-11-16 MSPYBS	ID 306.374 04-11-16 MDN	
4	42152211-001	MicroMotor odontológico	Unidad	1,900,000	1,908,000	1,180,000	–	–	–	–	–	–	–	–	1,662,667
5	42152211-002	Turbina de alta velocidad para odontología	Unidad	1,000,000	–	–	950,000	880,000	–	–	–	–	–	–	943,333
6	42152008-9999	Equipo de Rayos X Odontológico	Unidad	14,000,000	13,500,000	–	–	–	13,500,000	–	–	–	–	–	13,666,667
7	41104506-002	Estufa para esterilización	Unidad	14,800,000	–	–	–	–	–	18,638,875	12,600,000	–	–	–	15,346,292
8	42152211-007	Torno Colgante	Unidad	–	–	–	–	–	–	–	–	1,260,000	910,000	1,794,100	1,321,367

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	Unidad de Medida	1er. Parámetro	2do. Parámetro		PRECIO REFERENCIAL
				DENTAL GUARANI	ID 400.576 07-10-21 MI	ID 414.728 11-10-21 G.D.ITAPUA	
9	42281508-002	Autoclave para esterilización de 17 litros	Unidad	10.000.000	10.900.000	10.000.000	10.300.000

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A.F
MSPYBS

Fundamentación de los precios obtenidos:

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/20, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el promedio de los precios, se hace mención que para el Primer Parámetro, se ha recepcionado con el Expediente 1 (una) cotización de posible oferentes, y para el Segundo Parámetro se verifico en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) en el Historial de Precios Adjudicados de la DNCP, tomándose como referencia las adjudicaciones con especificaciones técnicas similares y que se detallan a continuación de acuerdo a lo solicitado:

Conforme se expone en el desarrollo de los parámetros mencionados para el Ítems 1; Ítems 2; Ítems 3; Ítems 4; Ítems 5; Ítems 6; Ítems 7; Ítems 9; se obtuvo 1 (una) cotizaciones, para el 1er. Parámetro, y se ha tomado 2 (dos) precios para el 2do. Parámetro, del Historial de Adjudicaciones de la DNCP, con características y/o especificaciones técnicas similares, tomándose como Precio Referencial, el **PRECIO PROMEDIO,** de la comparación de los parámetros.

Para el Ítems 8; no se obtuvo precios para el 1er. Parámetro y se ha tomado 3 (tres) precios para el 2do. Parámetro, del Historial de Adjudicaciones de la DNCP, con características y/o especificaciones técnicas similares, tomándose como Precio Referencial, el **PRECIO PROMEDIO,** de la comparación del parámetros, se expone la fundamentación basada en el punto de excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma.

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-DGAF
MSPYBS

Desarrollo:

- **1° parámetro utilizado: presupuestos de empresas**

Se ha recepcionado con el expediente de reprogramación la cotización de la Empresa **DENTAL GUARANI,** se adjunta captura de pantalla de la solicitud de cotización.



DENTAL GUARANI
Ruc: 80025640-9
Dirección: Yegros 1064
email: raulcporto000@gmail.com
tel: 021 494 411 / 0992247996
Contactor: Raúl Oporto
Contactor Salud Bucodental

Asunción 26/05/2022

PARA: Ministerio de Salud Pública y BS / Dirección Salud Bucodental

De Nuestros interes presentarles el siguiente presupuesto

Cantidad			Precion Unitario
	LOTE DE EQUIPOS ODONTOLOGICO		
1	Set de equipos odontologicos	Datos Generales del equipo. Sillon odontologico completo. Especificar FABRICA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACION. Sillon odontologico, con brazo articulado con 1 refleotor, 1 cabezera, 1 jeringa triple, 1 turbina, 1 eliminador, 1 escupidor, 1 compresor odontologico silencioso. El sillon debe ser en tapiceria de cuero, con material sintetico segun normas reglamento con material de alto impacto con pulido sintetico o en material sintetico de emergencia, vestia a cero y esterilizables. Comando electrico en la base del sillon y en platina, pedal de emergencia, vestia a cero y pocandos del foco del reflector desde la base, apoyo cabeza ergonomico y bi articulado para adaptacion a diferentes estaturas, retrolavado, para pacientes en silla de ruedas, material metalico, apoya brazos con tapiciones e alta resistencia, tapizado del sillon sin costura, resistente y lavable, capacidad de soportar 130 kilos o mas. La silla de consultorio debe estar adecuada al sillon. El brazo del sillon articulado Con Reflector LED (de 3 ada), debe tener ergonomico, articulacion y regulacion de intensidad con medio de un sensor. La platina con sistema de nivel invertible, brazo articulado con al menos 3 codos neumaticos para una buena. Un escupidor, un cebador pacio electrico con al menos 3 niveles y una jeringa triple de diseño ergonomico, salida de la punta con sistema neumatico con sistema 3 posiciones y con soporte adecuado a la punta. La pieza neumatica para turbina se debe poder regular desde el equipo (como mas o menos 141 psi). Contraangulo de alta resistencia, fresadas con alta durabilidad de los complementos, sistema de agua pulverizada, pieza neumatica con velocidad automatica de la pieza de mano o propiedad (maquina microscopica, medida maxima de los manguera 3.5 mm. Salvadera: Escupidor de ceramica desinfectado con fibra de vidrio con sistema de succion, base vasos y llave bacha, compatible con la lampara, piezas de turbina y llave vasos desmontables sobre su eje para facilitar el acceso del interior de las piezas. El Salvadero debe tener movimiento sobre su eje para facilitar el acceso del profesional al paciente. Banqueta ergonomica con respaldo de contacto permanente. Posicionamiento o mecanico de velocidad con potencia automatica de la pieza de mano o propiedad a utilizar a través de sistema de esterilizacion. Alimentacion electrica 220V / 50 HZ con estabilizador de voltaje independiente. Tratamiento de limpieza, desinfeccion y esterilizacion. CARACTERISTICA TÉCNICA MINIMA (pies) 3 o mas. Accesorios Minimos del Equipo: Una turbina LED. CARACTERISTICA TÉCNICA MINIMA (pies) 3 o mas. Salidas de agua para refrigeracion de la broca, con sistema de atomizado, de alto torque, y bajo ruido de rotor, reduccion mas de 0 a 420 mil, consumo de aire 42, presion 35, de aumento arrastrado, (no de material plastico), reduccion mas de 0 a 420 mil, consumo de aire 42, presion 35. Con un nivel telescopico, una cavidad para fresas grande, fijacion de fresas grande bottom. Con un nivel telescopico, una cavidad para fresas grande, fijacion de fresas grande bottom. Un movimiento, pulverizada y un contraangulo. Luz para limpieza. Rodamientos ceramicos. Un movimiento, pulverizada y un contraangulo. CARACTERISTICA TÉCNICA MINIMA, de alcance ergonomico de bajo nivel de ruido, sistema luz para fresas de baja rotacion, velocidad 0/34 de 0 a 20 mil, consumo de aire 55, presion de 40 a 50, consumo del aire 55, presion de 40 a 50. El contraangulo debe cumplir con normas de seguridad, prevenciones automaticas para cabezas y corte, mantenimiento de precision, cabeza de escape libre bombas, mantenimiento superior tipo intra con un sistema lubricante. El contraangulo debe cumplir con las normas basicas internacionales de calidad. Compresor e pistos a seco silencioso para su uso en odontologia. Construccion acorde a normas internacionales. Seguridad electrica acorde a normas internacionales. Construccion acorde a normas internacionales. Seguridad electrica acorde a normas internacionales. Construccion de material resistente con pintura secado al horno o similar, silenciosos con dos cabezas para uso en odontologia, tanque resistente de acero con sistema secado en pintura secado al horno con vehiculo de seguridad, prevenciones automaticas para cabezas y corte, mantenimiento de precision, cabeza de escape libre bombas, mantenimiento superior tipo intra con un sistema lubricante. Sistema de secado libre para mantenimiento de vehiculo de seguridad, prevenciones automaticas para cabezas y corte, mantenimiento de precision, cabeza de escape libre bombas, mantenimiento superior tipo intra con un sistema lubricante. Sistema de secado libre para mantenimiento de vehiculo de seguridad, prevenciones automaticas para cabezas y corte, mantenimiento de precision, cabeza de escape libre bombas, mantenimiento superior tipo intra con un sistema lubricante. Luz Led Odontologico. Comercial Digital con Foco Opraca ignaria 3W, y estandarte, automatico, posibilidad de ajustar esta de 300 lucx, efectos de Luz hasta lucxm, Potencia de 1000lmx/cm a 1200lmx/cm con 3 niveles de una cara mueble.	ALLIAGE	32.000.000
1	Equipo Fotopolimerizador- Luz led odontologico		1.100.000
1	Compresor para uso odontologico silenciosos	Compresor a piston seco silencioso para uso en odontologia Construccion acorde a normas internacionales. Seguridad electrica acorde a normas internacionales. Construccion de material resistente con pintura secado al horno o similar, silenciosos con dos cabezas para uso en odontologia, tanque resistente de acero con sistema secado en pintura secado al horno con vehiculo de seguridad, prevenciones automaticas para cabezas y corte, mantenimiento de precision, cabeza de escape libre bombas, mantenimiento superior tipo intra con un sistema lubricante. Estructura de material resistente con pintura secado al horno o similar, silenciosos con dos cabezas para uso en odontologia, tanque resistente de acero con sistema secado en pintura secado al horno con vehiculo de seguridad, prevenciones automaticas para cabezas y corte, mantenimiento de precision, cabeza de	WOODPECKER APPLE DENTAL	4.000.000

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1064 c/ Itas. Caaguazú
Abg. Aníbal Raúl Oporto
Mat. C.S.J. Nº 19.033
0992 247 996
raulcporto000@gmail.com

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A. F
MSPYBS

1	Micromotor odontologico	Un micromotor, un contrangulo y pieza recta: CARACTERISTICA TÈCNICA MINIMA: de aluminio anodizado de bajo nivel de ruido ≤65dB, sistema intra push button para fresas de bajo rotacion, rotacion 16-16 krpm, presion de aire de 0.25 - 0.3 mpa, presion de agua de 0.2 - 0.23 Mpa. Torque de 0.4 - 0.45 (N) conexion del acople tipo bordon INTRA con irrigacion interna, con un aceite lubricante. El contrangulo deberá cumplir con las normas basicas internacionales de calidad	APPLE DENTAL	1.900.000
1	Turbina de alta velocidad para odontologia	Una turbina: CARACTERISTICA TECNICA MINIMA: 3 o mas salida de agua para refrigeracion de la fresa, de alto torque, y bajo nivel de ruido, de aluminio anodizado, que no sea material plastico, con LED autogenerado 16000 - 20000 Lux, sistema de anti reflujo, rotacion 300-350 krpm, presion de 0.26 - 0.3 Mpa, nivel sonoro ≤65d, torque 22N.CM, sistema de acople tipo bordon, fijacion de las fresa con push button, Rulemanes ceramicos. Con un aceite lubricante, una aguja para limpieza	APPLE DENTAL	1.000.000
1	Equipo de Rayos X Odontologico	Equipos RX odontologicos. Capacidad de disparo 0.001 a 3,2 seg excelente estabilidad y desplazamiento de uso en odontologia. Cabezal de 70Kv, 9mA. Alimentación 230/110 VAC . ±10% – 50/60 Hz, Corriente Primaria: 4 A max – 230 VAC, 920 VA 8 A max – 110 VAC, 880 VA. - Campo de Radiación (diam.) 60 mm. Mancha Focal efectiva: 0.8 mm. Distancia Foco-Peliculas 200 mm. Con caja reveladora	ALLIAGE	14.000.000
1	Unidad Odontologica Portatil con silla plegable	Con Compresor odontologico silencioso + 4 puntas + jeringa triple + turbina +micromotor + Aspirador de fluido.Turbina Led, Pieza de mano y Contra Angulo SISTEMA Intra, totalmente adosado y facil de transporte con ruedas. Incluye silla plegable	APPLE DENTAL	8.500.000
1	Equipo de Raspador ultrasonico portatil.	Desarrador ultrasonico portatil: Frecuencia 28 kHz o mas, voltaje 220 - 240V - 50 Hz/60Hz, regulador de flujo de agua, kit de 5 puntas por equipo, luz led en la pieza de mano, con reservorio de agua incluido, incluir bandeja auxiliar	APPLE DENTAL	1.700.000
1	Motor Implantomer para cirugia bucal	Motor con comando digital con 8 programas como minimo y accesorios consistentes en pedal progresivo multifuncion, columna porta suero, pieza de mano sistema intra, bomba peristaltica, contra angulo 20:1, rotacion 300 - 40,000 rpm. torque 5N. cm - 80N cm alimentacion 220 V.	WOODEPCKER	14.800.000
1	Estufa para esterilizacion	Equipo esterilizador odontológico de 15 Litroscomo minimo: con comando digital. Fabricado en acero inoxidable, con 3 programas de esterilización.Debe contar con una plaqueta con microprocesador y pantalla de LCD. Con una capacidad de 15 Litros como minimo.Debe poseer 4 bandejas perforadas como minimo.Con un rango de temperatura de 100 a 190° C como mínimo.Potencia 700w. Consumo 1,6A(220V).Alimentacion 220V.Fusibles de proteccion de 4A.	DENIMED	3.850.000
1	Autoclave para esterilizacion de 17 litros	Autoclave a vapor Esterilizador a vapor de 17 litros como minimo (Autoclave). Comando digital - display: LCD iluminado. 3 Programas de esterilización como minimo.Tanque de Acero inoxidable. Plaqueta con microprocesador y pantalla LCD. Secado: Puerta cerrada. Esterilización: 121°C / 1,15 Bar y 134°C / 2,15 Bar. Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica. Seguridad: Sistemas mecánicos y digitales. Potencia: 1400W. Aviso de mantenimiento preventivo. Suministrada con: 2 bandejas. 220V	ALLIAGE	10.000.000
1	Horno Polimerizador	Equipo para la Coccion de Muflas sin sin presion para laboratorio dental. Capacidad : 9 muflas, 3 bridas con 3 muflas cada una. Recipiente con tapa de Acero inoxidable. Digital, alimentacion 220V.	TECNODENT	15.500.000
1	Comando de Membrana de Movimiento y Funciones de la Escupidera	Comando llave de paso para agua de unidad de salíva.	ALLIAGE	150.000

DENTAL GUARANI
CASA CENTRAL: Yegros 1064 c/ Pres. Coronel
Abg. Aníbal Raúl Oporto
Mat. C.S.J. Nº 19.603
0992 247.996
raulopo@hotmail.com

LIC. MARTA WEGERT
Dpto de Planificación y Presupuesto
DOC-D G A F
MSPYBS

2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios adjudicados tomando como referencia las últimas adjudicaciones, se anexan al expediente copia de los contratos que corresponden a los llamados mencionados de acuerdo al siguiente detalle:

Ítems 1

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguai ñemoarandu mbaé — Enviá tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio » Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Set de Equipos odontologicos

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42151705-001	Set de Equipos odontologicos	334822	Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)	DENTAL GUARANI SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Dentscler	2	₲ 24.485.000
42151705-001	Set de Equipos odontologicos	333855	Municipalidad de Gral Jose M. Bruguez	D & D DISTRIBUIDORA SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: DABI ATLANTE	1	₲ 31.620.000

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A. F
MSPYBS

Ítems 2

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguái Ñeñgueraha mbaé — Enviá tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Equipo Fotopolimerizador

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42152223-002	Equipo Fotopolimerizador	413399	Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República	GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: WOODPECKER	1	₲ 1.045.500
42152223-002	Equipo Fotopolimerizador	385612	Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: GNATUS	2	₲ 1.156.500

Ítems 3

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguái Ñeñgueraha mbaé — Enviá tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Compresor para uso odontologico

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42292202-001	Compresor para uso odontologico	400576	Policia Nacional / Ministerio del Interior	DENTAL GUARANI SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: APPLEDENTAL	7	₲ 3.514.285
42292202-001	Compresor para uso odontologico	385612	Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: TOYE	2	₲ 3.553.000

L.C. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A.F
MSPYBS

Ítems 4

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguái teheguáva mbaé — Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Micro motor odontologico

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42152211-001	Micro motor odontologico	368361	Policía Nacional / Ministerio del Interior	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Coxo	1	₲ 1.900.000
42152211-001	Micro motor odontologico	369069	Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: COXO	1	₲ 1.180.000

Ítems 5

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguái teheguáva mbaé — Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Turbina odontologica

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42152211-002	Turbina odontologica	357777	Gabinete Militar / Presidencia de la República	DENTAL GUARANI SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: APPLEDENTAL	1	₲ 950.000
42152211-002	Turbina odontologica	368140	Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Coxo	1	₲ 880.000

J.C. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A. F
MSPYBS

Ítems 6

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguay teleguaiã mba'e — Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Equipo de Rayos X Odontologico

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42152008-9999	Equipo de Rayos X Odontologico	368361	Policia Nacional / Ministerio del Interior	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Gnatus	1	₲ 13.500.000
42152008-9999	Equipo de Rayos X Odontologico	342800	Instituto de Previsión Social (IPS)	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: GNATUS	2	₲ 13.500.000

Ítems 7

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguay teleguaiã mba'e — Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Estufa para esterilización

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
41104506-002	Estufa para esterilización	412414	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)	ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: ARI	4	₲ 18.638.875
41104506-002	Estufa para esterilización	347139	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	ARGON S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: GEMMY	1	₲ 12.600.000

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A. F
MSPYBS

Ítems 8

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguái kelyguáre mbaéte — Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Torno colgante

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42152211-007	Torno colgante	332596	Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	DENTAL GUARANI SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: DRILLCO	1	₲ 1.260.000
42152211-007	Torno colgante	310017	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)	DENTAL GUARANI SRL	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : • Relación de Medida : UNIDAD • Marca: DRILLCO	11	₲ 910.000
42152211-007	Torno colgante	306374	Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional	ANDRES H. ARCE SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : unidad • Marca: Sabilex	1	₲ 1.794.100

Ítems 9

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS — TETÃ REKUÁI — Paraguái kelyguáre mbaéte — Envía tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio > Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Autoclave de esterilizacion

Resultados de la Búsqueda — ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42281508-002	Autoclave de esterilizacion	414728	Gobierno Departamental de Itapua (ITAPUA)	ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Ari	4	₲ 10.000.000
42281508-002	Autoclave de esterilizacion	400576	Policia Nacional / Ministerio del Interior	DENTAL GUARANI SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Bio-Art	5	₲ 10.900.000

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto. de Planificación y Presupuesto
DOC-D.G.A.F.
MSPYBS

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Lic. Marta E. Wiegert
Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación

LIC. MARTA WIEGERT
Dpto de Planificación y Presupuesto
DOC-D G A F
MSPYBS