PAC Nº: 312.211

ADENDA Nº 06

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC Nº 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 34/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIO, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **12 de octubre de 2016** Hora: *hasta las* **10:50** *a.m. horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: **12 de octubre de 2016** Hora: ***11:00*** *a.m. horas*

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
7	41111709-006	Microscopio Invertido	Con sistema optico universal corregido al infinito. Movimiento vertical del portaobjetivos (planta fija), enfoque micro y macrometrico coaxial con mecanismo de ajuste de tension, mecanismo de deslizamiento de Ruedas, distancia 7 mm por encima y 2 mm por debajo de la posicion de foco, que esta a 1mm por encima de la platina, distancia por rotacion: 39,6 mm (macrometrico), 0,2 mm (micrometrico). Revólver portaobjetivos de 4 posiciones. Plantina simple 160 a 200 mm.x 250 mm. Lampara halógena de 6V/30W o LED, enchufe para lampara, Control deslizante de contraste **DE FASE** , Tubo binocular inclinación 30 grados , rango de distancia interpupilar :48-75mm, ajuste de dioptria con helicoide en el cilindro izquierdo , Ajuste de intensidad continua, interruptor de cambio de voltaje incorporado (100/120V,

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
			200,400V) , frecuencia 50/60Hz.OPCIONAL también podrá ofertarse con tubo trinocular, en cuanto a los objetivos se requiere que sean de 4X,10X, 20X, 40X
25	41111722-001	Microscopio de fluorescencia	Microscopio binocular con fluorescencia transmitida **(Fluorescencia Reflejada).** Equipado con sistema de óptica infinita con corrección cromática y objetivos tipo " Plan – acromático ", Revolver con 4 objetivos Platina con pinza sujeta láminas y mecanismo de desplazamiento coaxial para los ejes X e Y. Condensador; Apertura numérica 0,9/1,25, centrable, con sistema de iluminación de Koehler fijo Iluminación : Sistema de iluminación con lámpara LED , con una duración de 30.000 horas , Tubo Binocular : Principio de Siedentopf, giratorio inclinado en 30°; adaptación de la altura de observación a la estatura del usuario Objetivos: Acromático 4x/A.N. 0,1 -Acromático 10x/A.N. 0,25 – Acromático 40x/A.N. 0,65 retráctil Debe incluir :1 filtro Azul, 1 filtro verde, 1 funda de Proteccion, 1 frasco x 10 cc, aceite de inmersión,UPS acorde a la capacidad del equipo . **El Sistema de Fluorescencia es para 3 filtros, Azul, Verde y Amarillo y las longitudes de onda son de: 365/366-404,7-435-546.1-577.0/579.1mm**

Asunción, 30 de septiembre de 2016.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.