INERAM "PROF. DR. JUAN MAX BOETTNER"

ADENDA N° 1

Contratación Directa N° 39/2012 Adquisición de Insumos Descartables.

IDN° 245810

Ítems 17 donde dice:

Set de infusión descartable para la administración de drogas intravenosas y preparados alimenticios parenterales de uso con bomba de infusión volumétrica.

Longitud mínima de 250 cm concamara de goteo y valvula o compuerta de entrada de aire con filtro. Rodillo de Seguridad que permite bloquear el goteo de la infusión.

Segmento siliconado adecuado para funcionamiento con el principio de función peristáltico. Sistema de Protección automática que evita el flujo libre al retirar el set de la bomba de Infusión. Conexión a rosca tipo luer lock compatible con vias de acceso periférico (braun)

Debe decir:

Set de infusión descartable para la administración de drogas intravenosas y preparados alimenticios parenterales de uso con bomba de infusión volumétrica, compatible con bombas B/Braun en uso en la Institución.

Longitud mínima de 250 cm con c{amara de goteo y válvula o compuesta de entrada de aire con filtro. Rodillo de Seguridad que permite bloquear el goteo de infusión.

Segmento siliconado adecuado para funcionamiento con el principio de función peristáltico. Sistema de Protección automática que evita el flujo libre al retirar el set de la bomba de Infusión (opcional). Conexión a rosca tipo luer lock compatible con vías de acceso periférico.

MILKOS EMILIO BELLO MEZA

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS