ACLARACION

En referencia al Llamado con ID Nº **271.132, Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO"**, con el objeto de responder las siguientes consultas:

CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

CONSULTAS:

Ítem N° 5

Se solicita el equipo con selector de temperatura. Entendemos que los destiladores de agua trabajan a una temperatura fija.
Favor aclarar el sentido del selector solicitado.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 1.

Ítem N° 12

¿Con cuáles filtros (longitud de onda) debe ofertarse el equipo?

RESPUESTA: El equipo solicitado deberá emitir una fluorescencia azul de 450nm.

Ítem N° 15

1- Para cada instrumento que solicitan, ver posibilidad de que tengan un rango de variación de ±2 cm, esto dentro del marco del Principio de Igualdad y Libre Competencia.
2- Donde dice Tijera Q Curva de 14,5 cm R-P. Se solicita a la Convocante si puede agregar más detalles sobre este instrumental.
3- Donde dice Tijera Q recta de 16 cm P-P. Se solicita a la Convocante si puede agregar más detalles sobre este instrumental.
4- Donde dice Tijera quirúrgica. Se solicita a la Convocante si puede agregar más detalles sobre este instrumental ya que hay varios modelos de tijeras quirúrgicas.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 1.

Ítem N° 4

Favor aclarar si se puede ofertar un lavador para un solo tipo de placa sin capacidad de procesar placas de 384 pocillos.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 1.

Ítem N° 9

Favor aclarar si se puede ofertar un destilador de agua con reservorio de 25L, con destilación de 8 L/h.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 1.

Atentamente.

Lic. Damaris Ocampo B.
Directora de Contrataciones
SENACSA