Consulta 26 - Ítem 1 - Paquete quirúrgico para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	24-01-2022
Donde solicitan 1 (un) campo fenestrado en "U" de 200 cm ancho x 315 cm largo (+-20cm) con refuerzos de termosella y cinta doble faz hipoalérgenico de 4.5 cm en todo el borde en "U", solicitamos amablemente puedan remitir un gráfic para saber en qué lado solicitan la abertura "U"		

Respuesta: Fenestra: Inicia del borde superior correspondiente a la cabeza del paciente hacia abajo 80-100 cm.