DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL - DIBEN

LPN N° 02/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS Y SILLAS DE RUEDAS" - ID 359.543

ACLARACIONES Nº 1

Asunción, 10 de abril de 2019.

CONSULTA Nº 1:

Item 17: Se solicita actualizar el precio de referencia teniendo en cuenta que el producto solicitado es de material Titanio +/-6.000.000 Gs.

Item 18: Se solicita actualizar el precio de referencia teniendo en cuenta que el producto solicitado es de material Titanio +/-6.000.000 Gs.

Item 20: Favor indicar si el producto solicitado es de material Titanio y si el precio de referencia esta correcto.

Item 22: Favor indicar si el producto solicitado es de material Titanio y si el precio de referencia esta correcto.

Item 24: Favor indicar si el producto solicitado es de material Titanio y si el precio de referencia esta correcto.

Item 28: Favor indicar si el producto solicitado es de material Titanio y si el precio de referencia esta correcto.

Item 30: Se solicita actualizar los precios de referencia.

RESPUESTA: En cuanto a los ítems consultados la convocante solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 2:

- En la *Sección III – Requisitos de los bienes/servicios requeridos, Lote 10,* se establecen como especificaciones técnicas: "Prótesis de rodilla cementada modular derecha e izquierda en cr-co-mo. El componente femoral deberá contar con 10 medidas como mínimo. El componente tibial deberá contar como mínimo con 10 medidas. La patela deberá contar con un mínimo de 3 medidas. Debe incluir 2 cementos quirúrgicos."

Consulta 1: ¿Sería posible ofertar prótesis con componentes femoral y tibial de como mínimo 5 medidas, en lugar de 10 medidas? Abrir estos requisitos daría una mayor participación, considerando que al exigir de 10 medidas se deja de lado a un sin número de potenciales oferentes y este requisito resulta técnicamente innecesario.
En el año 2017, la firma que represento realizó 200 cirugías para la DIBEN, con prótesis de 5 medidas como componentes femoral y tibial, todas exitosas. En el año 2018 se hicieron otras 200 e inclusive, se tuvo que aumentar, dada la necesidad. Se están realizando 40 cirugías más en el año 2019.
Por otro lado, con la inclusión de estos requisitos, el precio referencial se dispara en un 178%, yendo de Gs. 6.820.000 a Gs. 19.000.000. Esto deja automáticamente de lado a 200 pacientes de la institución.

RESPUESTA: Se aclara que el concepto que se maneja hoy en día es la menor resección ósea posible que solo se da con la mayor cantidad de medidas. En base a esto la prótesis se adapta al paciente y no el paciente a la prótesis cuando las medidas son insuficientes. En ese sentido, se solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN
Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

CONSULTA Nº 3:

a) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote No 7, Item No 1 Prótesis total de cadera de revisión cementada solicitan que la misma deberá poder utilizarse con injerto de banco de huesos, a que se refieren exactamente con esta especificación técnica, es ambigua y no comprendemos si el implante debe ser de algún material en especial cuya especificación técnica no está definida en el pliego o la misma requiere de algún componente extra a tener en cuenta (como por ejemplo techo para cúpula acetabular). Favor aclarar.

RESPUESTA: Se aclara que en la descripción está detallado que la prótesis debe ser de cr-co-mo. No debe tener ningún componente extra. La superficie deber ser pulida lisa para que se pueda realizar la técnica de injerto molido de banco y cemento.

CONSULTA Nº 4:

b) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote No 7, Item No 1 Prótesis total de cadera de revisión cementada solicitan con tallo pulido liso, solicitamos que dicha especificación técnica se adecue o amplié a las especificaciones standard y genéricas de nuestro mercado, solicitadas y compradas regularmente en las licitaciones de la Diben, IPS, Policía Nacional, etc., cuyas especificaciones establecen que el tallo a utilizarse es del modelo tipo Müller o Charnley por lo que lo solicitado es limitativo y dirigido a una marca y modelo en particular. En todo caso podrían establecer que dicho tallo femoral pueda ofertarse de ambas maneras. Favor aclarar.

RESPUESTA: Se aclara que no se solicita un modelo específico. Lo que se solicita es que el recubrimiento sea pulido liso y que tenga 4 medidas como mínimo.

CONSULTA Nº 5:

c) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote No 8, Item No 1 Prótesis total de cadera de revisión no cementada solicitan con fijación distal, dicha especificación técnica es ambigua, ya que la fijación distal se puede dar por Pressfit o bloqueo con tornillo, es importante que dicha especificación técnica quede abierta a ambas opciones o en todo caso se adecuen a la especificación standard y genérica del mercado que es la del Pressfit. Favor aclarar

RESPUESTA: Se aclara que se solicita que la fijación distal sea por Pressfit. El tornillo es un adicional que puede o no estar incluido.

CONSULTA Nº 6:

d) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote 17, Item 1 Clavo proximal p/fémur (PFN) corto c/pernos de bloqueo solicitan en esta ocasión en sus especificaciones técnicas que dicho material sea fabricado íntegramente en titanio, solicitamos que analicen y modifiquen el precio referencial de dicho material, ya que el costo del clavo solicitado es muy superior a lo previsto en el PBC, esto podría acarrear la eliminación de dicho Item que es de mucha necesidad y utilización en el mercado.

RESPUESTA: Se solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

CONSULTA Nº 7:

e) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote 18, Item 1 Clavo proximal p/fémur (PFN) largo c/pernos de bloqueo solicitan en esta ocasión en sus especificaciones técnicas que dicho material sea fabricado íntegramente en titanio, solicitamos que analicen a y modifiquen el precio referencial de dicho material, ya que el costo del clavo solicitado es muy superior a lo previsto en el PBC, esto podría acarrear la eliminación de dicho Item que es de mucha necesidad y utilización en el mercado. Además deben tener en cuenta que bajo ningún criterio el clavo PFN corto puede tener el mismo precio que el clavo PFN largo, por lo que reiteramos nuestra solicitud de cambio del precio referencial de dicho Item.

RESPUESTA: Se solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 8:

f) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote No 8, Item No 1 Prótesis total de cadera de revisión no cementada solicitan que el componente proximal deberá contar con 7 medidas como mínimo y el componente distal deberá contar con 14 medidas como mínimo, favor aclarar a que componentes se refieren con distal y proximal ya que son terminologías no utilizadas y aplicadas normalmente a las prótesis de cadera.

RESPUESTA: Se aclara que la prótesis solicitada es MODULAR, modular significa que está compuesta por módulos (componentes). Uno de los componentes es para la región trocantérica (proximal) y el segundo componente es para la región diafisaria (distal), que al unirse forman la prótesis, más la adición de la cabeza correspondiente. El componente distal de la prótesis es la que realizará la función de pressfit para lo cual se deben contar con la cantidad de medidas solicitadas para la correcta técnica operatoria.

CONSULTA Nº 9:

g) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote 19, Item 1 Placa tipo Philos p/húmero proximal en titanio, solicitan en esta ocasión en sus especificaciones técnicas que dicho material sea fabricado íntegramente en titanio, solicitamos que analicen a profundidad y modifiquen el precio referencial de dicho material, ya que el costo del implante solicitado es muy superior a lo previsto en el PBC, esto podría acarrear la eliminación de dicho Item que es de mucha necesidad y utilización en el mercado.

RESPUESTA: Se solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 10:

h) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote 27, Item 1 Placa doble hilera de ángulo variable tipo DVR en titanio sistema 2.4mm, solicitamos la ampliación del rango en el diámetro de los tornillos solicitados ya que para el uso indicado (fx de radio distal) dichas placas vienen también de 2.7mm y combinadas de 2.4/3.5mm, lo ideal sería abrir el Item a todas las opciones. Solicitamos que agreguen la palabra "como mínimo en diámetro de 2.4mm" a las especificaciones técnicas solicitadas.

RESPUESTA: Se solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Carmelo R. Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

CONSULTA Nº 11:

i) Sección III Suministros Requeridos, para el Lote 31, Items 1,2,3,4 y 5 Placas bloqueadas especiales solicitan en esta ocasión en sus especificaciones técnicas que dichos materiales sean fabricados íntegramente en titanio, solicitamos que analicen a profundidad y modifiquen el precio referencial de dichos materiales, ya que el costo de los implantes solicitados es muy superior a lo previsto en el PBC, esto podría acarrear la eliminación de dichos Items que son de mucha necesidad y utilización en el mercado.

RESPUESTA: La convocante solicita atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA Nº 12:

En el pliego no encontramos los ítems de Miniplacas y Microplacas para maxilofacial. ¿Estos ítems serán solicitados en otra licitación o ya no formarán parte del área de traumatología?

RESPUESTA: La Convocante tiene la potestad de elaborar su pliego en atención a sus requerimientos.

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Carmelo Ramón Torres Marecos
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN