Asunción, 19 de agosto de 2011.

ADENDA N° 4

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 26/2011 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR" - ID 222.760.

Estimados:
Potenciales Oferentes:

Por la presente, el Departamento de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cumple en informarles las modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones, a la Adenda N°1, a la Adenda N°2 y a la Adenda N°3 del llamado a **LPN N° 26/2011 - ID N° 222.760,** conforme al siguiente detalle:

Se deja sin efecto los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones:

- **SECCION III – REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS: NUMERAL 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESPECIFICAMENTE EL ITEM 3.**

- **Sección I- Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, Específicamente:**
  - **IAO 10.3**
  - **IAO 10.11**
  - **IAO 13.2; 13.3**

LOS CUALES QUEDAN REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ÍTEM 3. VITREOFAGO

Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN

Construcción acorde a normas internacionales

Seguridad eléctrica acorde a normas

Características Generales

Para emplearse en procedimientos quirúrgicos de los segmentos anterior y posterior del ojo

Fiabilidad y Versatilidad; fácil manejo, por medio de una pantalla táctil de cristal líquido

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Para realizar procedimientos de:
Irrigación,
Irrigación/aspiración,
Facoemulsificación, Tecnología: 1,8 mm.
Vitrectomía anterior,
Vitrectomía posterior
Taponamiento de aire/aceite de silicona,
Coagulación mediante diatermia bipolar
iluminación intraocular, Xenon y Mercurio
Aspiración mediante; sistema de bomba situado en un único contenedor desechable. Para que el cirujano pase de la bomba Venturi y peristáltica durante la cirugía
Sistema anticolapso, que elimine la pulsación y aumente la presión de succión de fluidos
Vacio programable, de 5 a 500 mmHg como mínimo.
Garantía de seguridad, del paciente, por medio de avisos sonoros o visuales en las situaciones que requiere una atención especial

Datos técnicos

Especificaciones de aire comprimido

Presión de aire entrante: 500 a 800 Kpa (de 72 a 116PSI) como mín.
Consumo de aire: 30 litros por minuto como mín.
IRRIGACIÓN
CAUDAL: Alimentación por graveded; presión ocular condicionada por la altura de la fuente de irrigación o forzada
Elemento de válvula: válvula de compresión accionada por solenoide.
Control: Interruptor de pie del sistema
Aspiración:
Tipos de bomba de aspiración: Venturi y Peristalica
Medio accionador: aire presurizado procedente de una fuente externa, presión entre 500 y 800 (entre 72 y 116 PSI) como mínimo.
Flujo: al menos 30 litros por minuto a 500 mm Hg.
Vacio predeterminado: programable por el usuario
Intervalo de vacio disponible: de 5 a 500 mmHg
Velocidad de flujo predeterminada: programable por el usuario
Velocidad de flujo disponible: 2 a 50 cm3/min (solo para la peristalica)
Tiempo de subida de la aspiración, disponible : tres niveles (lento, medio y rápido) **Modo quirúrgico** (aspiración lineal): vacio o velocidad de flujo de O al nivel predeterminado controlada linealmente con el interruptor de pie
Dispositivo de Seguridad: sensor de vacio para supervisar el vacio en la linea de aspiración.
Control: Interruptor de pie del sistema
Vitrectomia - 20G,23G,25G

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Tipo de pieza de mano: cortador de guillotina de acción neumática (VIT) microtijeras de acción neumática (SCIS5)
Modo de corte: movímiento repetitivo, hacia adelante y hacia atrás
Velocidad de corte predeterminada: programable por el usuario

Velocidad de corte disponible:(VIT) desde 30 hasta 5000 cortes por minuto (SCISS)

Corte único: modo de4 corte único disponible.
Tamaño del Puerto: ajusta ble de 0,2 a 0,7mm (solo en cortadores reutilizables
Medio accionador: aire presurizado, procedente de una fuente externa
Presión de funcionamiento: 200Kpa (29,0/1,5 PSI) 2,3 BARES
Pedal de multifunción (inalámbrico – opcional)
Manual de operación y servicio tecnico en español.
Garantia de 1 año a partir de la instalación y puesta en marcha del equipo
Instrucción de uso al personal usuario
Instrucción de mantenimiento y reparación al personal técnico en electromedicina del MSPyBS.

SECCIÓN I.
CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha*: 30/08/2011* desde las *08:00 Hs.* hasta las *08:00* del día *31/08/2011*
10.11	Inicio de la etapa competitiva	- ÍTEM 1. OFTALMOSCOPIO DIRECTO, a las 08:10 del 31/08/2011. - ÍTEM 2. CAJA – EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS, después del cierre del ítem 1. - ÍTEM 3. VITREOFAGO, después del cierre del ítem 2. - ÍTEM 4. AUTOREFRACTOMETRO, después del cierre del ítem 3. - ÍTEM 5. LASER OFTALMOLÓGICO, después del cierre del ítem 4. - ÍTEM 6. ANGIOGRAFO, después del cierre del ítem 5. - ÍTEM 7. CAMPIMETRO, después del cierre del ítem 6. - ÍTEM 8. EQUIPO LASER YAG, después del cierre del ítem 7. - ÍTEM 9. TONOMETRO DE APLANACIÓN, después del cierre del ítem 8.
13.2; 13.3	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, las 3 Empresas con el precio más bajo ubicadas en primero, segundo y tercer lugar, deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado (1 (UN) ORIGINAL Y 2 (DOS) COPIAS) con

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

		indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, sito en las calles Brasil y Pettirossi, de la ciudad de Asunción, Edificio del M.S.P. y B.S., 1er Piso, Oficina Nº 418 (Mesa de Entrada), Teléfono: (021) 223 - 523. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. La fecha de presentación de las documentaciones es el día lunes 05 de setiembre de 2.011 hasta las 11:10 hs. La fecha de apertura de los sobres es el día lunes 05 de setiembre de 2011 a las 11:20 horas. Todo sobre que reciba la Convocante después del plazo de presentación citado más arriba, será declarado tardío y será rechazado y devuelto al Oferente remitente sin abrir.

<u>OBSERVACION:</u> TODOS LOS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, LA ADENDA N°1, LA ADENDA N°2 Y LA ADENDA N°3 NO AFECTADOS POR LA PRESENTE ADENDA, PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES.

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.