essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Asunción, 2 de abril del 2014.

ADDENDA 06 – CONTRATACIÓN 10/2014 "ADQUISICION DE BASCULA ". ID N° 269081

1) Se modifica el plazo de entrega de ofertas y Apertura de ofertas a:

   Fecha y hora de entrega de ofertas: 9 de abril del 2014 hasta 09:30 hs.

   Fecha y hora de apertura de ofertas: 9 de abril del 2014 a las 09:30 hs.

2) Se modifica el **Anexo C**, 1. Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos
   Donde dice:
   BASCULA ELECTRONICA DE 80.000 KILOS DE CAPACIDAD: que se utilizará para pesaje de productos químicos y otros.

Cantidad del bien solicitado: 1 (una), Instalado y funcionando.

- Capacidad máxima: 80.000/100.000 kilos
- Capacidad mínima : conforme a las normas de metrología avalados por el INTN y demás organizaciones rectores de la República del Paraguay, para una báscula de 80 a 100 toneladas, la sensibilidad es de 10 o 20 kg, lo que da una Capacidad mínima de pesaje de 2.000 a 4.000 Kg.
- Plataforma de Ho Ao: aproximado 21 mts de largo x 3.20 mts de ancho
- Modelo tipo puente: 45 cm sobre nivel de la superficie (sin foso)
- Estructura: Perfiles en acero SAE 1010
- Celda de Carga: 10(diez) acorde a graduación
- Indicador Digital de precisión, que puede ser de cualquier marca que reúna las especificaciones requeridas para el uso normal de la báscula.

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

- 5 dígitos de gran luminosidad
- Conexión a célula de carga
- Salida RS-232 C
- Función Tara
- Función Bruto/Neto
- Batería recargable
- Tensión de alimentación de 220 V

Debe decir:

BASCULA ELECTRONICA DE 80.000 KILOS DE CAPACIDAD: que se utilizará para pesaje de productos químicos y otros.

Cantidad del bien solicitado: 1 (una), Instalado y funcionando.

- Capacidad máxima: 80.000/100.000 kilos
- Capacidad mínima : conforme a las normas de metrología avalados por el INTN y demás organizaciones rectores de la República del Paraguay, para una báscula de 80 a 100 toneladas, la sensibilidad es de 10 o 20 kg, lo que da una Capacidad mínima de pesaje de 2.000 a 4.000 Kg.
- Plataforma de Ho Ao: aproximado 21 mts de largo x 3.20 mts de ancho
- Modelo tipo puente: 45 cm sobre nivel de la superficie (sin foso)
- Estructura: Perfiles en acero SAE 1010
- Celda de Carga: 10(diez) acorde a graduación
- Indicador Digital de precisión, que puede ser de cualquier marca que reúna las especificaciones requeridas para el uso normal de la báscula.

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

- 5 dígitos de gran luminosidad
- Conexión a célula de carga
- Salida RS-232 C
- Función Tara
- Función Bruto/Neto

- Batería recargable
- Tensión de alimentación de 220 V
- Debe incluir Software de comunicación del indicador digital al computadora que informe los siguientes datos:
  1) Nro de chapa,
  2) Nombre del Chofer
  3) Empresa Contratista,
  4) Nro de Contrato,
  5) Fechas (de entrada y de salida de productos)
  6) Operador Responsable
  7) Tipo de Producto
  8) Peso Bruto, Peso tara
  9) Peso neto.

Lic. Francisco Torres
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.