PAC Nº: 366.382.-

NOTA ACLARATORIA Nº 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

Comunica por este medio, que en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2019 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 60/18" - ID N° 366.382**, procedemos a dar las respuestas a las siguientes consultas realizadas:

CONSULTA 1:

PBC: Sección iii. Suministros Requeridos. 1. Especificaciones Técnicas. Ítem 2: Set de catéter para hemodiálisis temporal 12 Fr x 20 cm de longitud de la porción intravascular, adulto, siliconado, doble lumen, con conectores arteriales rojo y venoso azul, con catéter, guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja.

Solicitamos a la convocante ampliar el rango de diámetro y longitud del catéter de 11.5 a 12 Fr x 16 a 20 cm. El motivo es que se puede usar el mismo rango de 11.5 Fr o 12 Fr, sin alterar su función y permite aumentar el número de oferentes.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 2:

Para el ítem 2: Set de catéter para hemodiálisis temporal, considerando que el bien solicitado es usado de manera general y mayoritaria en el material poliuretano, se solicita que las especificaciones técnicas del mismo sean modificadas indicando el uso de éste material o permitiendo que el mismo sea de material siliconado o poliuretano indistintamente.

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 3:

Para el ítem 2: Set de catéter para hemodiálisis temporal, se solicita a la Convocante modificar las especificaciones técnicas ampliando el rango de 11.5 a 12 Fr.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 4:

Para el ítem 2: Set de catéter para hemodiálisis temporal, el precio referencial asignado al bien no se ajusta a la realidad del mercado para ninguno de los materiales (siliconado y/o poliuretano) ya que actualmente los precios oscilan en Gs. 176.000 para material de poliuretano y Gs. 330.000 para material de silicona, esto atendiendo a los altos costos a consecuencia de la alza en la cotización del dólar. Se solicita sean verificados los precios referenciales del llamado, de manera a evitar el desabastecimiento de la Institución ocasionada por la declaración desierta del llamado.

RESPUESTA: El precio referencial fue modificado en el SICP.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 5:

Ítem 2: Set de catéter para hemodiálisis permanente, se solicita mantener especificaciones técnicas de la LPN N° 13/16 "Catéter de 12 Fr x 20 cm de longitud de la porción intravascular. Adulto, poliuretano, doble lumen, con conectores arteriales rojo y venoso azul, clamps de seguridad. Con cuff. El set deber tener: catéter, guía, dilatador introductor y jeringa de 5 cc con aguja", ya que es el producto disponible en el mercado por las empresas proveedoras.

RESPUESTA: Ajustarse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 6:

Ítem 2: Set de catéter para hemodiálisis permanente, se solicita modificar precio de referencia a Gs. 150.000.-

RESPUESTA: El precio referencial fue modificado en el SICP.

Asunción, 2 de septiembre de 2019

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.