Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

"Año del Bicentenario de Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACLARACION 01

Asunción, 23 setiembre de 2013

Señores:
Presente

Ref: Licitación Pública Nacional N° 17/2013 "Adquisición de Instrumentales, reactivos, materiales médicos y kits para agresiones sexuales" – ID 254.959----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la ACLARACIÓN Nº 01 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

1. **CONSULTA:**

Ítem 1 y 2. Favor aclarar el material del Hisopo.

1. **RESPUESTA**

Los hisopos deben ser de fibra de algodón y vástago de madera. **Ver Adenda 3**

2. **CONSULTA**

Ítem 3. Favor aclarar si se solicita un Hisopo tipo *Omni.* **Ver Adenda 3**

2. **RESPUESTA**

El hisopo puede ser tipo *Omni.* **Ver Adenda 3**

3. **CONSULTA:**

Ítem 9. Favor aclarar si se puede ofertar papel de filtro circular con diámetro de 32 cm.

3. **RESPUESTA**

No, deben ser en pliegos.

4. **CONSULTA**

Ítem 23. Favor aclarar si se puede ofertar un set de pipetas conteniendo 3 pipetas, de 5-50 ul; 100 a 1000 y 20 a 200 ul.

4. **RESPUESTA**

Sí, porque cubre todo el rango de volúmenes. **Ver Adenda 3**

5. **CONSULTA**

Ítem 34. Favor aclarar si se puede ofertar una cuba de 20 x 20 cm con capacidad para 5 placas.

5. **RESPUESTA**

Si. **Ver Adenda 3**

6. **CONSULTA**

Ítem 35. Favor aclarar si se puede ofertar una cuba de 10 x 10 cm con capacidad para 2 placas.

6. **RESPUESTA**

Si. **Ver Adenda 3**

ACLARACION 01

7. **CONSULTA**

Ítem 36 – 37 – 38. Favor aclarar el diámetro de la columna y el espesor del film que lo recubre

7. **RESPUESTA**

Los diámetros internos de cada columna deben ser de 0,25 mm x 30 m.; el film debe ser de polímero térmicamente estable y alto peso molecular, con un espesor comprendido entre 0,1 - 10um. **Ver Adenda 3**

8. **CONSULTA**

Ítem 39 y 40. Considerando que la presentación de nuestro proveedor es caja por 30 unidades. Solicitamos la posibilidad de entregar 60 unidades en 2 cajas de 30 unidades

8. **RESPUESTA**

Si es posible, ya que lo solicitado para cada tipo de columna es de 50 unidades mínimo. **Ver Adenda 3**

9. **CONSULTA**

Ítem 44. Favor aclarar si se puede presentar un Kit de 2 frascos con cantidad suficiente para preparar 500 ml de reactivo

9. **RESPUESTA**

Si. **Ver Adenda 3**

10. **CONSULTA**

Ítem 69 y 71. Favor aclarar la presentación del producto solicitado

10. **RESPUESTA**

Debe ser polvo. **Ver Adenda 3**

11. **CONSULTA**

Ítem 74. Favor aclarar si se puede cotizar kit con 4 placas de 96 test cada una.

11. **RESPUESTA**

No porque se requiere 100 reacciones en tubos

12. **CONSULTA**

Ítem 75. Favor aclarar si se puede ofertar un kit para extracción de ADN sin partículas magnéticas para 50 determinaciones como mínimo

12. **RESPUESTA**

No. La convocante se ratifica en lo establecido en el PBC

13. **CONSULTA**

Ítem 79. Favor aclarar el anticoagulante que se solicita.

13. **RESPUESTA**

El anticoagulante solicitado es el EDTA (Acido Etilén Amino Tetra Acético). **Ver Adenda 3**

14. **CONSULTA**

Ítem 88. Favor aclarar si se puede ofertar frasco de 100 ml

Eduardo P. Barros E.
Director
Dpto. Compras

14. RESPUESTA

No. La convocante se ratifica en lo establecido en el PBC.

15. CONSULTA

Ítem 19 y 92. Favor aclarar si se puede ofertar bolsas por 500 unidades.

15. RESPUESTA

Lo importante es la cantidad solicitada (2000 unidades de tubos hemólisis y 5000 unidades de tubos para PCR). **Ver Adenda 3**

16. CONSULTA

Ítem 95. Se solicita 100 cajas. Favor aclarar la unidad de medida y la presentación de las cajas.

16. RESPUESTA

Se requiere 100 unidades de de Tubos, no cajas. **Ver Adenda 3**

17. CONSULTA

Ítem 108. Favor aclarar si se puede ofertar gradillas para 20 tubos

17. RESPUESTA

En el PBC está establecido la leyenda "como mínimo" por lo que se puede ofertar lo sugerido.

18. CONSULTA

Ítem 109. Se solicitan 3 cajas para cadena de custodia. Favor aclarar si se puede cotizar 1 caja de cadena de custodia.

18. RESPUESTA

No, se necesitan como mínimo 2 (dos) cajas de custodia. **Ver Adenda 3**

19. CONSULTA

Ítem 120. Favor aclarar si se puede cotizar frascos con capacidad de 120 ml.

19. RESPUESTA

Si se puede cotizar frascos con capacidad e 120 ml. **Ver Adenda 3**

20. CONSULTA

Ítem 148. Favor aclarar si se puede ofertar Acido Acético al 100% grado PA

20. RESPUESTA

Se puede cotizar Acido Acético al 100%. **Ver Adenda 3**

21. CONSULTA

Ítem 149. Favor aclarar el tipo de cuchilla para micrótomo

21. RESPUESTA

Cuchilla para micrótomo de bajo perfil. **Ver Adenda 3**

22. CONSULTA

Ítem 156. Favor aclarar la medida del producto

22. RESPUESTA

La medida es de 10 m. x 5 cm. **Ver Adenda 3**

23. CONSULTA

Ítem 157 Favor aclarar si se puede cotizar gasa de 0,9 x 40 metros

23. RESPUESTA

Si se puede cotizar. **Ver Adenda 3**

24. CONSULTA

Ítems N° 137, 138 y 139: Láminas, se solicitan en presentaciones de cajas de 100 y 50 unidades. La pregunta es si solicitan 200 ó 300 unidades de láminas o de cajas.

24. RESPUESTA

Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

25. CONSULTA:

Se solicita frasco recolector. ¿El frasco debe ser estéril?

25. RESPUESTA

Si. **Ver Adenda 3**

26. CONSULTA

Favor indicar las medidas aproximadas de las bolsitas

26. RESPUESTA

Medidas 9" x 12". **Ver Adenda 3**

27. CONSULTA

¿Los casetes se requieren con tapa?

27. RESPUESTA

Si. **Ver Adenda 3**

28. CONSULTA

Se solicitan 650 cajas por 50 unidades de cuchilla, lo que representaría la cantidad total de 32.500 cuchillas. ¿Es correcta la cantidad solicitada?

28. RESPUESTA

Las cantidades han sido modificadas. **Ver Adenda 3**

29. CONSULTA

Se solicita gradilla con tapa articulada. ¿Podrá ofertarse la gradilla con tapa suelta (sin bisagra)?

29. RESPUESTA

Si. **Ver Adenda 3**

Atentamente,

Leon Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público