PAC N°: 312211

NOTA ACLARATORIA N° 01/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA ***LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 34/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA,*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

1. **CONSULTA**

Nuestra empresa solicita si es posible extender los plazos de entrega de equipos que necesariamente deben ser importados por la vía marítima como las cabinas de bioseguridad, Freezer -86°C, etc. El plazo de 45 días establecidos es corto, ya que un flete marítimo necesita un estimado mínimo de tres (3) meses.
Solicitamos si es posible contemplar esta situación

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.-

2. **CONSULTA**

Favor aclarar si efectivamente abra y de cuanto será el anticipo.

RESPUESTA: Se aclara que si hay anticipo y es del 30% conforme se indica en la Sección IV. CGC 15.1.-

3. **CONSULTA**

Item 16; para este ítem se solicita que sea proveído con UPS, como bien es sabido los equipos de frió tienen un alto consumo de energía eléctrica por lo tanto va a encarecer notablemente el precio de este ítem y no entra en el precio referencial¿Se podría eliminar la exigencia de UPS para este ítem?

RESPUESTA: Se aclara que la UPS solicitada es de 3 KVA en línea, debido a que los freezer están conectados al generador y solo necesitan soportar 10 segundos de carga dando tiempo al arranque del Generador, por lo que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

4. **CONSULTA**

La mayoría de los precios de referencia no se adecuan a los precios del mercado, estos serán modificados?

RESPUESTA: Se aclara que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

5. CONSULTA

- **ITEM 7 Microscopio invertido**

N° 47644 | Firma:

DICE, "Con sistema óptico universal corregido al infinito UIS"

SOLICITAMOS, Solicitamos que solo diga con sistema óptico universal corregido al infinito sin las siglas UIS, ya que estas siglas corresponden a una sola marca y oferente en vista que son siglas registradas por una marca.

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

6. CONSULTA

DICE, "Platina simple de 160 mm x 250 mm"

SOLICITAMOS, Solicitamos poder ofertar un microscopio con Platina 200 mm x 252 mm. Una platina de mayor superficie es un beneficio

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

7. CONSULTA

DICE, "Lámpara Halógena de 6V/30W, enchufe para lámpara (U-LS30-2), filtros incorporados de absorción de frio y calor, lámpara desmontable".

SOLICITAMOS, Poder ofertar un microscopio con sistema de iluminación LED.

Un sistema de iluminación LED como para este caso es de larga vida útil 20.000 hs. como mínimo, la iluminación LED no genera calor, por lo que no precisa filtros de absorción ni de frio ni de calor, ni desmontar la lámpara ya que no debe ser sustituida en un periodo de muchos años (si se usan 6 horas por día durante los 365 días del año la lámpara recién deberá ser sustituida después de 10 años de la compra del equipo), en cambio una lámpara halógena con 6 horas de uso por día debe ser sustituido al menos cada 6 meses.

Aparte queremos aclarar que la marca que representamos y la mayoría de las marcas nivel mundial ya solo fabrican un sistema de iluminación LED y no halógena para microscopios invertidos

---

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

8. CONSULTA

DICE, "Control deslizante de contraste"

SOLICITAMOS, Aclarar si este punto se refiere al "control deslizante de contraste de fase" o a que control deslizante se está refiriendo

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

9. **CONSULTA**

DICE, "Tubo Binocular".

SOLICITAMOS, Poder ofertar un microscopio con "tubo trinocular" Esto representa una ventaja ya que se le puede agregar una cámara cuando así necesiten (algo muy necesario)

TAMBIEN SOLICITAMOS, indicar de cuanto y que tipo son los objetivos que se solicitan, ya que eso no indica en ningún lado, los objetivos hay con diversos aumentos (4X, 10X, 20X) que a la hora de cotizar varían mucho los precios entre sí y puede que no cumpla la necesidad del servicio que va utilizarlo, al ser un revólver porta objetivos de 4 posiciones lo más indicado es solicitar 4 objetivos con diferentes aumentos (ejemplos 4X, 10X, 20X, 40X, 60X, 100X de inmersión de aceite).

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

10. **CONSULTA**

DICE, "Con sistema óptico UIS (sistema infinito universal"

SOLICITAMOS, Solicitamos que solo diga con sistema óptico universal corregido al infinito sin las siglas UIS, ya que estas siglas corresponden a una sola marca y oferente en vista que son siglas registradas por una marca.

DICE, Número de campo (F.N.) 18 (protegidos contra hongos)

SOLICITAMOS, Elevar el número de campo (F.N.) de 18 a 20, y que sea protegido contra hongos ya que cualquier fabricante de microscopio de calidad es el número de campo menor que fabrica (F.N. 20), si se deja en 18 está garantizado que el microscopio adquirido será de muy baja calidad y con un número de campo muy reducido, a mayor número de campo mayor el área observada de la muestra, mayor calidad de observación, mejor diagnóstico, más rápido y preciso

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

11. **CONSULTA**

- **ITEM 25 Microscopio de fluorescencia**

DICE, "Microscopio Binocular de fluorescencia transmitida"

SOLICITAMOS, aclarar si es realmente "fluorescencia transmitida" lo solicitado o es "fluorescencia reflejada". La fluorescencia transmitida es algo poco común para no decir que es algo que no existe

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

12. **CONSULTA**

ACLARAR, Cuál de los filtros de fluorescencia o longitud de onda es lo solicitado o se necesita (no menciona ningún lado y existen varios tipos y modelos.

ACLARAR, para cuantos filtros es el sistema de fluorescencia solicitado (no menciona ningún lado y existen varias posibilidades).

DICE, "Sistema de iluminación con lámpara LED"

SOLICITAMOS, aclarar nuevamente si es para iluminación transmitida o reflejada

DICE, "Debe incluir: 1 filtro azul, 1 filtro verde"

SOLICITAMOS, aclarar nuevamente si es para iluminación transmitida o reflejada

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.-

13. **CONSULTA**

Item Nº 27 : Espectrofotòmetro de Masas.
El pliego de bases y condiciones establece que, " El oferente adjudicado será responsable de la actualización constante de la librería técnica o biblioteca, sin cargo alguno para nuestra institución". Se solicita informar por cuanto tiempo el oferente adiudicado será responsable de este procedimiento.

RESPUESTA: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.-

14. **CONSULTA**

Item Nº 27 : Espectrofotòmetro de Masas.
Se solicita ofertar una (1) unidad de equipo Espectrofotòmetro de Masas sin la provisiòn de reactivos. Se solicita informar cuanto sigue :

02-01: Para cuantas determinaciones de reactivos consumibles y material necesario debe considerar el oferente en su oferta para la puesta en marcha, instalación y adiestramiento del equipo
02-02: en cuanto a los reactivos consumibles y material requerido para las pruebas se llamará a una nueva licitación? ¿Qué cantidad?

RESPUESTA:
02-01: el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.-
02-02: Si se llamara a una nueva licitación, con una cantidad aproximada de 1000 determinaciones/mes, pero no se sabe fecha exacta.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

15. CONSULTA

Para el ítem 27, Espectrómetro de masas, favor aclarar para qué departamento estaría siendo adquirido el equipo y cuál sería su uso final, de manera a poder proveer la oferta que se adecue a esas características.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4

16. CONSULTA

Considerando que un mayor rango de diferencias de temperaturas permite una mayor flexibilidad de gradiente para la estandarización de reacciones de PCR, es posible ofertar un equipo con un rango de 1 a 30°C, el cual es mayor solicitado?.

RESPUESTA: Se aclara que si puede ofertar un equipo con un rango mayor al solicitado.

17. CONSULTA

- En el Punto I) Documentos Adicionales de la Sección VII Anexos se solicita Habilitación Vigente se Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. y B.S.

Consulta: se aceptará la presentación de la Oferta con un Servicio Técnico Especializado y Calificado a cargo del Ing. Julio Santos Ogara quien podrá atender todos los requerimientos que sean necesarios, aunque no se haya tramitado la habilitación solicitada.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse al PBC

18. CONSULTA

- **ITEM 7 Microscopio invertido**

DICE, "Lámpara Halógena de 6V/30W, enchufe para lámpara (U-LS30-3-2), filtros incorporados de absorción de frio y calor, lámpara desmontable".

SOLICITAMOS, eliminar las siglas (U-LS30-3-2), ya que eso es el código de producto de una marca (OLYMPUS) y en su lugar solo poner con enchufe para lámpara y aclarar si al ser sistema LED (no tiene enchufe para lámpara tampoco la lámpara debe ser desmontable porque no se cambia, ni filtros de absorción frio y calor porque no trasmite temperatura) se puede ofertar sin esos enchufes ni filtros solicitados, y sin ser la lámpara desmontable, que sería lo correcto al ser LED

DICE, tubo binocular (U-CBI30-2)

Solicitamos, eliminar las siglas (U-CBI30-2) ya que esto es el código de un producto de una marca (OLYMPUS) y en su lugar poner solo tubo binocular

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6

19. CONSULTA

- ***ITEM 25 Microscopio de fluorescencia***

ACLARAR, Cuál de los filtros de fluorescencia o longitud de onda es lo solicitado o se necesita (no menciona ningún lado y existen varios tipos y modelos.

ACLARAR, para cuantos filtros es el sistema de fluorescencia solicitado (no menciona ningún lado y existen varias posibilidades).

RESPUESTA: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6

Asunción, 30 de septiembre de 2016

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS