PAC Nº: 267.802

NOTA ACLARATORIA N° 02

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA ***CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 03//2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA DEL OFERENTE Nº 1

LOTE 132- ÍTEM 1- PROPIPETA/ APOPIPETA DE GOMA

Consulta: ¿Se refiere la PROPIPETA ED GOMA UNIVERSAL P/ 100ML O ESTÁNDAR P/ 10ML?

RESPUESTA: Se aclara que se requiere la PROPIPETA DE GOMA ESTÁNDAR, 10 ML.

ÍTEM 2- PROPIPETA / APOPIPETA DE GOMA P/ PIPETA DE VIDRIO, C/ DISPOSITIVO DE BAJA Y SUBIDA.

Consulta: ¿Se refiere a la PROPIPETA ED GOMA UNIVERSAL P/ 100ML O ESTÁNDAR P/ 10ML?

RESPUESTA: Se aclara que se requiere la PROPIPETA DE GOMA ESTÁNDAR, 10 ML.

CONSULTA DEL OFERENTE Nº 2

LOTE 74- ÍTEM 1- ANTISUERO POLIVALENTE DE SALMONELLA

Consulta: Favor aclarar el tipo de antisuero solicitado.

RESPUESTA: Se aclara que el antisuero deseado es SOMÁTICO.

LOTE 81 - ÍTEM 1 y 2-

Consulta: Favor aclarar si puede ofertarse tubos de 10 unidades, construidas en Ni Cromio.

RESPUESTA: Se aclara que si se puede ofertar tubos por 10 unidades como mínimo, material platino o nicromo.

LOTE 162 - ÍTEM 1- INHIBIDOR DE RNAasas.

Consulta: Favor aclarar si puede cotizar viales de 1000 unidades.

RESPUESTA: Si existen inconvenientes técnicos al utilizar viales conteniendo un volumen demasiado pequeño que no son suficientes ni siquiera para una tanda de PCR, ocasionando una reducción significativa en el rendimiento del reactivo.

LOTE 176 - ÍTEM 1- Ansas calibradas.

Consulta: Favor aclarar si puede ofertar tubos de 10 Unidades.

RESPUESTA: Solicitamos tubos por 12 unidades como mínimo.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LOTE 190 - ÍTEM 1- Taq polimerasa.

Consulta: Favor aclarar si puede ofertar viales de 1000 Unidades.

RESPUESTA: Se aclara que no existen objeciones técnicas para recibir viales por 1000 unidades de taq polimerosa.

CONSULTA DEL OFERENTE N° 3 - En cuanto a los siguientes puntos consultados, favor remitirse a la **ADENDA N° 3.**

LOTE 125- ITEM 4, LOTE 123 - ITEM 3 y LOTE 94 - ITEM 1.

CONSULTA DEL OFERENTE N° 4

LOTE 82- ÍTEM 1- BARRAS MAGNÉTICAS

Consulta: Favor aclarar para que marca de equipo.

RESPUESTA: Se aclara que el producto solicitado es de uso estándar, indistintamente de la marca del equipo.

LOTE 93 - ÍTEM 1- CUBETA PARA COAGULACIÓN.

Consulta: Favor aclarar para que marca de los equipos disponibles en las Instituciones.

RESPUESTA: Se aclara que la marca de los equipos disponibles en los servicios son: Human, Trombotimer y AutoStar System.

LOTE 96 - ÍTEM 1- BOLILLA PARA COAGULIMETRO.

Consulta: Favor aclarar para que marca de equipo.

RESPUESTA: Se aclara que el producto solicitado es de uso estándar, indistintamente de la marca del equipo.

LOTE 119 - ÍTEM 1- PAPEL TERMOSENSIBLE.

Consulta: Favor aclarar que diámetro solicitan y para que equipo.

RESPUESTA: Se aclara que es de 5cm de diámetro, compatible con equipos contadores hematológicos marca Mindray.

Consulta: Favor aclarar que paso con el Lote 174, ya que no figura en el PBC.

RESPUESTA: favor remitirse a la **ADENDA N° 3.**

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Asunción, 7 de abril de 2014