LPN N° 57/2019 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA INTRODUCCION DE LA DMH EN LA RED MUNDIAL DE AERONET PARA ESTUDIOS REGIONALES DE PERFIL ATMOSFERICO". I.D. N° 369.524.-

ACLARACION Nº 1

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP N° 948/2010 emite las siguientes aclaraciones dando así respuestas a las consultas realizas a los potenciales oferentes.

CONSULTA 1:
Se solicita respetuosamente excluir la solicitud de calibración del fotómetro ya que el mismo viene calibrado de fábrica, las tareas de instalación y la solicitud de presencia de un técnico en sitio, pues no es el objeto de este llamado.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda 1.

CONSULTA 2:
Solicitamos se acepten certificados de calibración o certificados del tipo ISO9001:2015 o KTA1401.-

RESPUESTA:
El oferente deberá demostrar que los equipos cuentan con alguna certificación de calibración o certificados de calidad ISO o KTA1401.-

Referirse a las especificaciones técnicas, del PBC.-

CONSULTA 3:
Siendo que el objetivo es la provisión de un equipo portátil para calibración, con prestaciones suficientes, solicitamos se permita la oferta de otros equipos, que pueden calibrar comparando el sensor a ajustar contra otro de referencia.

RESPUESTA:
Se aceptarán ofertas de calibradores por comparación con pirómetro de referencia, cumpliendo la Norma ISO 9847 o KTA 1401.

Referirse a las especificaciones técnicas, del PBC.-

CONSULTA 4:
Considerando que los equipos solicitados son fabricados sobre pedido, que su tiempo de fabricación es del orden de hasta 3 meses, que dicho tiempo de fabricación coincidirá con temporadas de receso por fin de año y de vacaciones en los países fabricantes, y a esto debe sumarse el tiempo de transporte hasta Asunción, liberación en Aduanas, y tiempos de registros administrativos antes de su entrega a DINAC, solicitamos:
a) se defina con mejor detalle cuales son los requerimientos para solicitar el anticipo referido, y cuando se entregara ese anticipo a los ganadores de la licitación;
b) ampliación del plazo de entrega de los bienes hasta 100 días de la fecha de Orden de Compra.

RESPUESTA:
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 5:
Considerando el valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato de licitaciones de DINAC anteriores a esta, solicitamos se corrija el valor en numero 5% para que coincidan ambos porcentajes, números y en letras.

RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda 1.

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC

CONSULTA 6:
Solicitamos se corrija la validez de la Garantía Expedida por el Fabricante hasta 1 año.

RESPUESTA:
El plazo de garantía expedida por cada fabricante deberá ser como mínimo de 1 año.

Referirse a las especificaciones técnicas, del PBC.-

CONSULTA 7:
Solicitamos a la convocante acepte procesadores con 24.75 Mb de cache.

RESPUESTA:
Se podrán aceptar procesadores con 24.75MB de memoria caché.

Referirse a las especificaciones técnicas, del PBC.-

CONSULTA 8:
Solicitamos a la convocante acepte disco duros cuya velocidad sea de 10 K.-

RESPUESTA:
Se aceptara discos duros de 10K RPM.-

Referirse a las especificaciones técnicas, del PBC.-

CONSULTA 9:
Solicitamos a la convocante acepte unidades ópticas DVD-RW +/- Externa.-

RESPUESTA:
Se aceptara unidades ópticas DVD-RW +/- Externas.-

Referirse a las especificaciones técnicas, del PBC.-

Abg. Marcelo Obelar
Coordinador - UOC
DINAC