UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

23/09/2010

ADENDA Nº 1
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 3/2010
"Adquisición de Equipos Varios"

Nro de Expediente: 321038 - ID Nº: 192599

Sres. Oferentes:

Según consultas hechas por dos firmas con relación a las especificaciones técnicas de lo solicitado por la Institución:
Las consultas manifiestan lo siguiente: Ítems.

10	41111502-001	**Balanza Termogravimétrica (Analizador de humedad).** - ¿Podrá ofertarse una balanza con capacidad de hasta 50 g ó de hasta 65 g? - **Se podrá ofertar con capacidad de hasta 50 g**
12	41102426-004	**Baño maría - baño termostatizado con ultrasonido.** - ¿Favor aclarar si las dimensiones mencionadas son medidas externas o internas y si el equipo deber ser termostatizado? - **Son medidas externas. Debe ser termostatizado.**
19	40161701-004	**Centrífuga de laboratorio refrigerada.** - ¿Favor aclarar si podrá ofertarse la siguiente: Con capacidad para 20 tubos de 10mL a 12.000 r.p.m.? - **Si con la capacidad para 20 tubos de 10mL a 12.000 r.p.m.**
20	40161701-001	**Centrífuga digital universal multipropósito.** - ¿Podrá ofertarse un equipo para 16 tubos de 15 y r.p.m. 5.000? - **Equipo para 16 tubos de 15 y r.p.m. 5.000**
24	41115705-002	**Cromatógrafo de líquido de alta performance (HLPC).** - ¿Si será utilizado para cuatro solventes? - **Si, será utilizado para cuatro solventes**
36	41104506-001	**Estufa de cultivo.** - ¿Podrá ofertarse la estufa con 115 litros (60 x 48 x 40 cm) de volumen interno? - **Si, podrá ofertarse la estufa con 115 litros (60 x 48 x 40 cm) de volumen interno**

C.P. Sonia Ur... Martínez
Departamento de la U.O.C.

37	41104506-003	**Estufa de secado.** - ¿Podrá ofertarse la estufa con 115 litros (60 x 48 x 40 cm) de volumen interno? - **Si, podrá ofertarse la estufa con 115 litros (60 x 48 x 40 cm) de volumen interno**

50	41102916-999	**Micrótomo de deslizamiento.** - ¿El porta cuchillas se podrá ofertar para cuchillas desechables? - **Debe ser porta cuchillas con cuchillas desechables. Además, proveer como mínimo tres cajas cuchillas desechables.**

63	41104804-002	**Rotavapor - evaporador rotativo.** - ¿Se desea el equipo con condensador vertical o con condensador diagonal? - ¿Podrá ofertarse con evaporador de 1,5 litros? - **Equipo con condensador diagonal** - **Equipo con evaporador de 1,5 litros**

75	42281712-001	**Cuba de Limpieza Ultrasonico** - ¿Favor aclarar qué volumen interno aprox. debe tener la cuba y si debe ser con o sin calefacción y con o sin temporizador? - **El volumen interno de 6 litros con calefacción y con temporizador**

77	40161701-004	**Centriguga refrigerada,** - ¿Favor aclarar si 20.000 g se refiere a RCF (=Fuerza de Aceleración) o si se refiere a r.p.m.? - **Se refiere a RCF.**

C.P. Sonia Unzain
Jefe Dpto. UOC