(1)

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 16 de julio de 2018

ADENDA Nº 01/18

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 14/18 "ADQUISICION DE GASES MEDICINALES" ID N° 350.227.

Modificar en el Pliego de Bases y Condiciones las Especificaciones Técnicas, el motivo obedece a la realización de una adenda el cual procedió a modificar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

Donde Dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL	Pureza mín. requerida para el oxígeno líquido será de 99,5 %, =/< 6 ppm de H2O. Impurezas CO2 <= 300 ppm y CO<5ppm. Humedad < 67 ppm y deberá ser corroborado con un certificado de análisis que deberá presentar el proveedor para cada entrega del producto, emitido por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa proveedora.	METROS CUBICOS	UNIDAD	7.110
2	OXIGENO 7.110.GASEOSO MEDICINAL	La pureza mínima para el Oxigeno Gaseoso Medicinal será de 99,5%, =/<200ppm de humedad. Los productos en fase gaseosa de grado medicinal deben ser proveídos con certificado de análisis por lote. Para cada caso el proveedor deberá presentar certificado de pureza de los gases anteriormente mencionados emitido por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa proveedora.	METROS CUBICOS	UNIDAD	543
3	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	Pureza mínima en o2: 19,9% v/v<o2<21,9% v/v Balance n2:78,1%<n2<80,1% v/v. Impurezas de co2 <300 ppm, co:<5ppm, humedad:<60ppm, no y no2 <2ppm, so2<1ppm, halógenos: negativos. En cilindros de alta presión con capacidad entre 6 a 8 m3	METROS CUBICOS	UNIDAD	12
4	GAS CARBONICO	La pureza mínima requerida es de 99,8%, impurezas de CO=<10 ppm, Humedad <=200 ppm Amoniaco <=25 ppm NOX=< 2,5 ppm, SO2<=5 ppm.	UNIDAD	UNIDAD	6

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGISTICO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

(2)

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

DEBE DECIR

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Especificaciones Técnicas

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL	Pureza mín. requerida para el oxígeno líquido será de 99,5 %, =/< 6 ppm de H2O. Impurezas CO2 <= 300 ppm y CO<5ppm. Humedad < 67 ppm y deberá ser corroborado con un certificado de análisis que deberá presentar el proveedor para cada entrega del producto, emitido por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa proveedora.	METROS CUBICOS	UNIDAD	7.110
2	OXIGENO 7.110.GASEOS O MEDICINAL	La pureza mínima para el Oxigeno Gaseoso Medicinal será de 99,5%, =/<200ppm de humedad. Los productos en fase gaseosa de grado medicinal deben ser proveídos con certificado de análisis por lote. Para cada caso el proveedor deberá presentar certificado de pureza de los gases anteriormente mencionados emitido por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa proveedora.	METROS CUBICOS	UNIDAD	543
3	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	Pureza mínima en o2: 19,9% v/v<o2<21,9% v/v Balance n2:78,1%<n2<80,1% v/v. Impurezas de co2 <300 ppm, co:<5ppm, humedad:<60ppm, no y no2 <2ppm, so2<1ppm, halógenos: negativos. En cilindros de alta presión con capacidad entre 6 a 8 m3	METROS CUBICOS	UNIDAD	12
4	GAS CARBONICO	La pureza mínima requerida es de 99,8%, impurezas de CO=<10 ppm, Humedad <=200 ppm Amoniaco <=25 ppm NOX=< 2,5 ppm, SO2<=5 ppm.	KILOGRAMOS	UNIDAD	6

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

JESÚS JHUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF Nº 5